

40

寮步医院 2026 年放射设备性能和防护检测服务项目合同

甲方：东莞市寮步医院

合同编号：寮医合同(2026)年 46 号

乙方：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司

签约地点：东莞市寮步镇

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及东莞市寮步医院采购的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1. 合同项目名称及清单

- 1.1 合同项目名称：寮步医院 2026 年放射设备性能和防护检测服务项目
- 1.2 合同检测设备清单（详见附件一）：

2. 合同总价和支付方式

- 2.1 合同总价：总价为人民币（大写）：壹万贰仟元整，即 RMB ¥12000.00 元，该合同总金额是设备检测、校验服务及验收合格之前的备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。
- 2.2 支付方式：按甲方规范要求完成检测项目并验收合格后，30 天内；凭（1）合同，（2）甲方验收报告，（3）乙方开具正式货款发票；甲方以银行转账方式向乙方付款 100 % 。
- 2.3 完成时间：签订合同之日起 20 个工作日内完成。

2. 工作条件和协作事项

- 2.1 乙方负责合同项目内的放射设备性能和防护检测，一切费用由乙方负责。
- 2.2 甲方必须按乙方要求提供准确可靠的资料，并协助乙方对甲方工作场所、设备防护性能等的检测。在检测过程中甲方不得以任何方式干扰检测人员，而影响检测数据的真实性。
- 2.3 乙方完成的评价报告应符合我国的相关法规标准。
- 2.4 乙方向甲方提供正式报告 5 份，由乙方提交报告至甲方，也可按双方另行约定方式提交评价报告
- 2.5 乙方保证合同项下提供的校验服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

3. 质量保证及售后服务

乙方保证合同项目配件及检测服务质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

4. 技术服务



按甲方的规范要求检测项目，根据《X 射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS519-2019）、《医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范》（WS76-2020）、《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）标准对设备和机房进行检测，派出专业人员现场检测，并出具正式检测报告。

5. 安全责任

5.1. 乙方工作人员在甲方工作场所，应遵守甲方有关规章制度和安全操作规程。由于乙方自身原因造成的安全责任，由乙方自行承担。

5.2. 乙方工作人员在甲方工作场所进行检测时受到由甲方原因造成的人身或财产损失，由甲方承担相应责任。

5.3. 乙方按国家标准方法对甲方仪器进行检测，在检测过程中出现的被检仪器异常或损坏，乙方不承担任何责任，若因乙方未按国家标准方法检测，或操作错误导致的被检仪器损坏，乙方应承担相应的责任。

5.4. 若乙方检测人员未征得甲方陪同人同意时自行操作受检设备，或未按甲方陪同人提出的注意事项要求操作受检设备导致的设备损坏由乙方承担相应责任。

6. 不可抗力

由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及第三方蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工等），经双方协商可根据实际情况部分或全部免除乙方责任。

7. 索赔

7.1 因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

7.2. 甲方逾期付款的，应按日向乙方支付违约金，每日支付技术服务费总额的 1%。

7.3. 因乙方原因延迟交付报告，应当按日向甲方支付违约金，每日支付技术服务费总额的 1%。

8、违约与处罚

因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失，该损失赔偿额以合同价款为限。

9、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在 30 天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

10、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订地或招标人所在地人民法院提起诉讼。

11、其它

11.1 本合同正本四份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方一份，合同自签字之日起即时生效。

11.3 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：

东莞市寮步医院

签约代表：

地址：东莞市寮步镇寮城西路107号

电话：0769-83325111-3339

签约日期：2026年2月24日

乙方：

广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司

签约代表：

地址：东莞市南城区莫屋边车站北路恒正大厦15楼

电话：15019990602

签约日期：2026年2月24日

附件一：设备清单

序号	品名	品牌	规格型号	检测项目	单位	数量
1	移动车载 X 光机	上海东和	DHT01	性能、防护	台	1
2	口腔内成像 X 射线机	普兰梅卡公司	Planmeca Prox	性能、防护	台	1
3	C 型臂 X 射线机	奇目	Ziehm Solo	性能、防护	台	1
4	X 射线断层扫描 CT	飞利浦	MX 16-SLICE	性能、防护	台	1
5	DR	西门子	ARISTOS MX	性能、防护	台	1
6	口腔 CBCT	卡瓦	PP3-1	性能、防护	台	1
7	数字胃肠机	上海东芝	WINSCOPE Plessart EX8	性能、防护	台	1
8	数字化乳腺 X 射线机	GE	Senographe Crystal	性能、防护	台	1
9	数字化血管造影系统 DSA	飞利浦	UNIQ FD20C	性能、防护	台	1
10	X 射线断层扫描 CT	飞利浦	Ingenuity Core 128	性能、防护	台	1
11	移动式数字 X 射线摄影 (DR)	上海联影	uDR370i	性能	台	1
12	数字化医用 X 射线摄像系统	日立医疗	Padnext50 Plus-D	性能、防护	台	1
13	X 射线断层扫描 CT	明峰医疗	ScintCare 778 Honor	性能、防护	台	1
14	双能 X 射线骨密度仪	卡乐福医疗	Apricus-DEX100	性能、防护	台	1
15	数字化医用 X 射线摄像系统	深圳迈瑞	DigiEye U7E	性能、防护	台	1