

设施设备检定/校准/测试需求表

序号	设备名称	规格型号	厂家	出厂编号 /资产编	溯源方式	数量	检定/校准/测试的具体项目、技术参数及技术要求	预期使用要求及其符合性判定的标准
1	温湿度计	JR602	广州楚才贸易有限公司	2501	校准	1	温度点：15℃、20℃、30℃，温度最大允许误差±1℃； 湿度：40%RH、60%RH、80%RH，湿度最大允许误差40±5%RH、60±5%RH、	JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范
2	温湿度计	JR602	广州楚才贸易有限公司	2503	校准	1	温度点：15℃、20℃、30℃，温度最大允许误差±1℃； 湿度：40%RH、60%RH、80%RH，湿度最大允许误差40±5%RH、60±5%RH、	JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范
3	温湿度计	JR602	广州楚才贸易有限公司	2504	校准	1	温度点：15℃、20℃、30℃，温度最大允许误差±1℃； 湿度：40%RH、60%RH、80%RH，湿度最大允许误差40±5%RH、60±5%RH、	JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范
4	温湿度计	JR602	广州楚才贸易有限公司	2508	校准	1	温度点：15℃、20℃、30℃，温度最大允许误差±1℃； 湿度：40%RH、60%RH、80%RH，湿度最大允许误差40±5%RH、60±5%RH、	JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范
5	温湿度计	JR602	广州楚才贸易有限公司	2509	校准	1	温度点：15℃、20℃、30℃，温度最大允许误差±1℃； 湿度：40%RH、60%RH、80%RH，湿度最大允许误差40±5%RH、60±5%RH、	JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范
6	温湿度计	JR602	广州楚才贸易有限公司	2510	校准	1	温度点：15℃、20℃、30℃，温度最大允许误差±1℃； 湿度：40%RH、60%RH、80%RH，湿度最大允许误差40±5%RH、60±5%RH、	JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范
7	温度智能采集器	YB-HC004-00	青岛海尔特种电器有限公司	022057b4	校准	1	温度点：15℃、20℃、30℃，温度最大允许误差±1℃； 湿度：40%RH、60%RH、80%RH，湿度最大允许误差40±5%RH、60±5%RH、	JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范
8	温度智能采集器	YB-HC004-00	青岛海尔特种电器有限公司	2.21E+09	校准	1	温度点：15℃、20℃、30℃，温度最大允许误差±1℃； 湿度：40%RH、60%RH、80%RH，湿度最大允许误差40±5%RH、60±5%RH、	JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范
9	医用冷藏箱	FYC-335	赛默飞	06838	校准	1	温度值（4℃）、温度偏差（上、下）±2.0℃、温度均匀度≤2.0℃、温度波动度±2.0℃	JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范
10	医用低温保存箱	DW-30L298J	海尔	07030	校准	1	温度值（-20℃）、温度偏差（上、下）±2.0℃、温度均匀度≤2.0℃、温度波动度±2.0℃	JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范
11	医用低温保存箱	DW-30L298J	海尔	07031	校准	1	温度值（-20℃）、温度偏差（上、下）±2.0℃、温度均匀度≤2.0℃、温度波动度±2.0℃	JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范