

阳西县沙扒镇 2026 年污水处理厂进水口水质 在线监测系统设备运行维护服务需求书

一、单位资格

- 1、已在中国境内注册，在法律上、财政上独立，合法运行的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；
- 2、资质要求：运维人员需具备自动监控运行人员证书。

二、项目概况

- 1、项目名称：阳西县沙扒镇 2026 年污水处理厂进水口水质在线监测系统设备运行维护服务；
- 2、业主单位：阳西县沙扒镇人民政府；
- 3、项目情况：根据业主要求，对阳西县沙扒镇污水处理厂进水口水质在线监测系统设备进行维护具有相关水质自动监测系统的实际运维经验。

三、工作内容、技术要求

按双方约定，提供并定期更换系统和仪表所需的试剂与各种备品备件；对在线监控系统 and 仪表进行定期检修、保养；及时排除在线监控系统和仪表出现的故障；对在线监控仪表进行定期校准；保证在线监控系统数据对环保部门平台的上传；配合环保部门的定期或不定期巡查等。

四、工期、人员、成果要求

1. 服务时间为 12 个月；
2. 运维人员需具备自动监控运行人员证书；
3. 按照合同双方自行约定。

五、收费计算方法

1 万-10 万元/年。

六、采购方式

方案择优选取。

七、验收要求

应符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》HJ 355-2019、水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范（HJ354-2019）、水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范（HJ 353-2019）、污染物自动监测监控系统数据传输技术要求 HJ212-2025 等相关规范要求。

八、结算方式

根据双方合同约定。

九、违约责任

1. 任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任;

2. 任何一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

十、合同争议解决方式

1. 服务合同中如有未尽事宜,双方协商后可以签订补充协议,但补充协议不得与法律法规和有关政府采购政策相违背;

2. 对于合同履行过程中出现的纠纷,双方应友好协商解决。协商解决不成的,任何一方均可向采购方所在地的人民法院提起诉讼解决。

阳西县沙扒镇人民政府

2026 年 3 月 9 日