

江门市疾病预防控制中心2026年生物安全柜检测服务 采购项目需求公示

江门市疾病预防控制中心拟对“江门市疾病预防控制中心2026年生物安全柜检测服务采购项目”进行公开采购，欢迎具有相应资质公司提供响应文件。有关事宜公告如下：

一、项目概况：

（一）项目名称：江门市疾病预防控制中心2026年生物安全柜检测服务采购项目

（二）服务时间：自签订合同之日起至2026年10月30日

（三）项目服务内容：江门市疾病预防控制中心2026年需要检测的生物安全柜共计18台（详见附件1）。

（四）项目仪器设备所在地：江门市蓬江区星河路10号。

（五）项目预算金额：项目预算最高金额为人民币23886.00元（大写：贰万叁仟捌佰捌拾陆元整）。

二、项目采购要求：

（一）采购服务参数要求：

1.检测设备情况

（1）检测数量：共18台生物安全柜

（2）生物安全柜类型：II级生物安全柜

（3）主要品牌：THERMO、NUAIRE等（详见附表清单）

2.检测内容及要求

★（1）生物安全柜检测项目：

- 1) 流入气流流速；
- 2) 下降气流流速；
- 3) 振动；
- 4) 高效过滤器完整性；
- 5) 工作区洁净度；
- 6) 温升；

- 7) 噪声；
- 8) 光照度；
- 9) 紫外灯强度。

(2) 检测要求：

▲ 1) 根据《生物安全柜》(GB41918-2022)、《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)和《生物安全实验室建筑技术规范》(GB 50346-2011)标准要求，提供Ⅱ级生物安全柜必检项目的检测，检验方法须严格遵照以上标准要求操作；

▲ 2) 根据采购人时间安排，3周内完成检测任务；

★ 3) 检测机构必须具备计量器具校准服务资质

▲ 4) 检测机构对检测的每台生物安全柜分别出具检测报告(包括报告封面和内页)；

5) 报告需包含检测过程中的原始数据、结果结论及《Ⅱ级生物安全柜》要求的所有内容；

6) 对检验不合格的生物安全柜，提出技术参数调整或维修建议，于设备修复后2周内免费进行复检测并出具检测报告；

7) 复检测不合格的生物安全柜，检测报告中予以说明，注明不合格的指标；

8) 检测报告需附带检测所使用有效期内的计量认证证书附表；

9) 检测报告需附带检测机构实验室资质认定证书或实验室认可证书。

10) 检测工作完成后10个工作日内出具中国计量认证(CMA)和/或中国合格评定国家认可委员会(CNAS)标识的正规报告；

▲ 11) 因本次生物安全柜检测工作涉及的区域均为生物安全重点管控区域，为保障检测工作过程的生物安全，检测人员须为检测单位正式在职人员，有生物安全柜的检测、环境监测、消毒效果评价等1年以上的工作经验，持有采抽样员(检验

员)技术能力证书(培训课程需含有以下课程:微生物检验基本要求,医学检验基本要求以及公共场所现场监测与采抽样技术)和生物安全防护培训证明。

(3) ★ 3、报告合法性

委托方(甲方): 江门市疾病预防控制中心

受托方(乙方): (仪器检定、校准、检测服务方)

1) 乙方确保所有检测报告真实有效性,出具中国计量认证(CMA)和、或中国合格评定国家认可委员会(CNAS)标识的正规报告。

2) 如乙方的检测或出具的报告不符合法律规定,或不符合国家技术标准、规范或甲方要求,乙方应在甲方要求的时间内无偿给予修正、补充和完善,并重新出具合法合规的(检定、校准、检测)报告,如乙方不履行或重新出具后仍然不符合要求的,甲方有权解除合同,剩余款项无须支付,乙方应退还甲方已付费用,并向甲方支付合同总额10%的款项作为违约金,若违约金不足以弥补甲方损失的,乙方继续赔偿甲方损失。

3) 如乙方出具的(检定、校准、检测)报告不真实、弄虚作假,甲方有权单方解除合同,剩余款项无须支付,乙方应退还甲方已付的检测费用,并向甲方支付合同总额10%的款项作为违约金,若违约金不足以弥补甲方损失的,乙方继续赔偿甲方损失。

备注:竞投人须对包为单位的采购标的进行整体响应,任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。重要性用“★”“▲”表示,“★”代表实质性条款,不满足该参数项将导致无效响应;“▲”代表重要参数;无标识则表示属一般技术参数。

三、竞投人必备资质要求:

竞投人除了满足以上的服务要求外,还需要满足以下几

点：

（一）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定。

（三）具有工商管理部门批准的营业执照。

（四）竞投人没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供在信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）下载相关信用信息报告。

（五）具有良好的社会信誉及后续服务能力。

（六）本项目不接受联合体投标。

四、违约责任

竞投人存在以下违约行为视为违约，发现一次赔付采购人1000元违约金：

（一）不接受采购人的监管。

（二）不向采购人汇报检定情况。

（三）不能在规定时间内提供有效的检定报告。

五、服务终止

（一）超过服务期限，合同自动终止；

（二）18台生物安全柜检测完成，合同终止。

符合以上条件之一的，合同自动终止。

六、响应文件组成：

（一）报价单以项目附件1中的明细为基础报价，并说明售后服务及技术参数响应情况等。

（二）营业执照等副本复印件。

（三）法人代表身份证明材料复印件。

（四）提供2025年度财务状况报告或2025年至今任意1个月

的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；

（五）提供2025年至今任意1个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相关材料；

（六）提供2025年至今任意1个月缴纳社会保障资金的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料；

（七）其他证明材料：如同类业绩、人员配备、组织方案、服务承诺和价格等。

1.响应文件封面（要求注明投标项目名称、项目编号、投标公司、联系人、联系电话、地址和加盖投标公司公章）。封面无说明或说明不明确、没按要求制作都将作废标处理。

2.竞投人必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.如果因为竞投人响应文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由竞投人承担。

4.响应文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由法定代表人或授权代表签字并加盖竞投人公章。

七、评审方法：

（一）将通过收集在“广东省网上中介服务超市”提交的响应文件资料，采用综合评分法，选取综合得分最高的1家为中标供应商，（详细评分方法见附件2）。

（二）如中标供应商弃标或双方协商后仍无法签订合同，推荐得分第二顺位高的作为中标供应商，或重新组织招标采购。

（三）竞投者对该项目的仪器设备均需报价，如本单位无法检定的项目，要报代送检价格（即代送去其他符合采购需要

资质单位的报价），评分表的“价格”分以所有项目报价总和为标准进行评定，如报价项目有缺漏，则“价格”分不得分。

八、联系方式：

（一）联系人：李小姐

电话：0750-3288543

地址：江门市蓬江区星河路10号

（二）监察室联系人：谢先生

联系电话：0750-3288526

附件1：2026年生物安全柜检测明细表

附件2：2026年生物安全柜检测服务采购项目综合评分表

江门市疾病预防控制中心

2026年 4月 7日