

2026 年伦教医院设备计量技术服务项目需求书

	类别	建议
1	名称	2026 年伦教医院设备计量技术服务项目
2	项目业主情况	项目业主名称：佛山市顺德区伦教医院 地址：佛山市顺德区伦教街道新城路 1 号 联系人：吴先生 联系电话：0757-27729985
3	中介服务名称	2026 年伦教医院设备计量技术服务项目
4	对中介服务机构的资质要求	1. 合法设立：由县级以上市场监管部门依法设置或授权； 2. 计量标准：建有经考核合格的计量标准，确保量值能溯源至国家基准； 3. 人员持证：执行检定任务的专业技术人员，必须持有相应级别的注册计量师职业资格证并注册。 4. 能力范围：其授权证书附件中必须明确包含检定的仪器类型和测量范围。
5	服务内容和 服务要求	1、所开展的检定、校准项目必须在其计量授权范围内，具有相应的资质由专业人员开展该项工作，严格依据国家计量检定规程/校准规范进行。 2、在接到检定计划通知后 5 个工作日内组

	织相关人员到现场进行检定、校准服务 3、对于不能在现场检定的计量器具，须现场办理送检手续，由检测单位带回检测地检定；带回检定的仪器由送检之日起，5个工作日内完成检定/校准，完检后安排人员把计量器具送回我院。 4、在完成检定/校准后，服务方出具纸质检定或校准证书(特殊情况可提供电子版证书)。 5、如我院的计量器具属检测单位未开展的检测项目，可经双方协议，由检测单位代送至上一级检测机构进行检定/校准，完检时间以该检测机构看具体情况回复为准，其检测费用按该检测机构的定价收取。 6、在服务期内，对于需求检测目录清单外的项目，在国家有关收费标准下，以双方议定的服务收费执行。 7、对于检测过程中不符合技术规范要求的计量仪器，医院通过维修后再委托服务方重新检测，服务方不重复收费。 8、服务方检测过程中，必须保证检测操作按照操作规程，如因服务方原因造成医院设
--	---

	备损坏或故障的，服务方承担所有责任，赔偿医院对应全部损。 9. 对医院计量器具进行计量检定或校准,确保计量器具量值合规,能准确使用。详见《2026 年佛山市顺德区伦教医院计量器具检定/校准仪器清单》,该清单为预估，采购人有权在合同期内根据实际情况进行合理增减,最终按实际完成数量结算。 9、非现场检测的设备，自服务方接收设备时起，服务方应妥善保管设备，送检期间医院设备损坏或故障的，服务方负责修复相关设备，由此产生的费用及对采购人造成的损失均由服务方负责。如设备未能修复，服务方承担所有责任，赔偿医院对应全部损失。 10、经服务方检定后的计量器具，在检定后一个月内如采购人计量器具失准经维修后要求检定，由采购人通知服务方，并由服务方安排时间检定，并且服务方不能再收取检定费(检定收费单价 500 元以上的除外，维修、零配件费用按实际费用另行协商收取。 11、服务方必须是指定所属或者授权的计量检定机构，协助采购人完成强制检定的工作
--	--

		计量器具备案及检定工作，包括但不限于《2026 年佛山市顺德区伦教医院计量器具检定/校准仪器清单》内设备。
6	合同履行地点和方式	1. 地点：佛山市顺德区伦教医院 2. 方式：中介服务商要将设计量技术服务有关文件资料送达本单位。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价。 3. 预算金额：上限：135000 元，下限：130000 元。 4. 计价标准：按照《顺德区医疗机构常规仪器检测类目价格表》标准执行；强制检定器具按政策免费。
8	服务时间	本项目采购合同自双方签字盖公章后生效。 本项目服务期为 1 年，自合同生效之日起开始计算。
9	验收	1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：项目业主对检定/校准证书自行验收。 3. 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判

		定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国合同法》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	完成周期检定，收到开具合规合法的等额发票经审核无误后 15 日内付款，检定费用按实际发生数量进行结算。
11	违约责任	根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定
12	补充合同和 解决争议方式	1. 采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 2. 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，可通过提交佛山市顺德区人民法院诉讼解决。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国合

		同法》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-13）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。
--	--	---

2026 年佛山市顺德区伦教医院计量器具检定/校准仪器清单

序号	器具名称	型号规格	单位	数量	备注
1	手提式压力蒸汽灭菌器（检验科）	YXQG04B	台	1	
2	温湿度计	TH101B	台	1	
3	微量移液器	(10~100) μ L	台	2	
4	绝缘手套	25KV	双	2	
5	绝缘手套	12KV	双	4	
6	绝缘鞋	25KV	双	5	
7	内室压力表	(-0.1~0.5)MPa	台	3	
8	夹层压力表	(-0.1~0.5)MPa	台	2	
9	内室压力表	(-0.1~0.3)MPa	台	1	
10	夹层压力表	(-0.1~0.3)MPa	台	1	
11	压力表	(0~1.6)MPa	台	2	
12	压力表	(0~2.5)MPa	台	3	
13	压力表	(0~0.4)MPa	台	3	
14	氧气表	(0~25)MPa	台	1	
15	氧气表	(0~1.6)MPa	台	1	
16	压力表	(0~0.6)MPa	台	1	
17	绝缘靴	20kV	双	3	
18	温湿度计	(-30~50) $^{\circ}$ C	台	67	
19	温湿度计	(-20~50) $^{\circ}$ C	台	28	
20	冰箱温度计	(-40~20) $^{\circ}$ C	台	42	
21	冰箱温度计	(-30~40) $^{\circ}$ C	台	5	
22	玻璃液体温度计	(-30~50) $^{\circ}$ C	台	1	
23	玻璃液体温度计	(-20~50) $^{\circ}$ C	台	1	
24	电子温湿度计	-----	台	4	
25	电子温湿度计	HTC-1	台	1	
26	玻璃体温计	(35~42) $^{\circ}$ C	台	5	
27	非接触式红外体温计	JXB-178	台	3	
28	医用红外体温计	FR830	台	3	
29	戥秤	250g	台	3	
30	案式度盘秤	10kg	台	2	
31	电子秤	15kg/5g	台	2	
32	电子秤	2kg/1g	台	1	
33	电子秤	500kg/0.2kg	台	3	
34	电子体重秤	200kg/50g	台	1	
35	电子体重秤	200kg/0.1kg	台	2	
36	电子体重秤	150kg/0.1kg	台	3	
37	机械体重秤	120kg/0.5kg	台	7	
38	台秤	TGT-100kg	台	1	
39	台秤	TGT-300kg	台	1	
40	婴儿体重秤（妇产科）	20kg/5g	台	3	
41	注射泵	WZ-50C66T	台	2	
42	注射泵	WZ-50C6T	台	3	
43	注射泵	BYZ-810	台	18	
44	注射泵	BYZ-810D	台	21	

2026 年佛山市顺德区伦教医院计量器具检定/校准仪器清单

序号	器具名称	型号规格	单位	数量	备注
45	输液泵	BYS-820	台	24	
46	呼吸机	PB840	台	1	
47	呼吸机	Boaray 5000C	台	1	
48	急救与转运呼吸机	Shangrila 515	台	3	
49	胸腔按压机（心肺复苏机）	MCC-E1	台	2	
50	脉搏血氧仪	MD300K2	台	16	
51	除颤监护仪	BeneHeart D3	台	7	
52	输液泵	SY-1200	台	3	
53	肠内营养泵	CY-300	台	1	
54	超声胎心仪	JPD-200C	台	1	两探头
55	胎儿监护仪	F30	台	1	
56	胎儿/母亲监护仪	L8P	台	1	
57	超声诊断仪	Avius	台	1	三探头
58	超声诊断仪	LOGIQ E11	台	1	三探头
59	超声诊断仪	ARIETTA 70	台	1	三探头
60	超声诊断仪	DC-70 Exp	台	1	三探头
61	超声诊断仪	Voluson E8	台	1	三探头
62	便携式彩色超声系统	uSmart 3200T	台	1	三探头
63	超声诊断仪	LOGIQ	台	1	四探头
64	除颤监护仪	TEC-5631	台	1	
65	便携式彩色多普勒超声系统	Z6	台	1	两探头
66	双道注射泵	MR-301D	台	1	
67	麻醉机	Fabius plus XL	台	1	
68	麻醉机	Aespire	台	1	
69	无创呼吸机	Trilogy 202	台	5	
70	指夹式脉搏血氧仪	YX301	台	3	
71	高频电刀	POWER-420B	台	1	
72	高频电刀	EXCELL 350 MCDS	台	1	
73	高频电刀	EXCELL 350 MCD(R)	台	1	
74	高频电刀	UES-40	台	1	
75	注射泵	MR-302	台	1	
76	双通道注射泵	MR-302D	台	1	
77	注射泵	BYZ-820	台	2	
78	注射泵	BYZ-820D	台	2	
79	除颤监护仪	D3	台	1	
80	注射泵	BYD-810	台	3	

2026 年佛山市顺德区伦教医院计量器具检定/校准仪器清单

序号	器具名称	型号规格	单位	数量	备注
81	输液泵	BYD-820	台	2	
82	药品阴凉柜（检验科）	LC-350F	台	2	
83	试剂冰箱（检验科）	BCD-203WQ	台	1	带负温
84	药品阴凉柜（检验科）	SL-373	台	2	
85	药品阴凉柜（检验科）	LC-180LP	台	1	
86	药品阴凉柜（检验科）	LG-YG002	台	2	
87	试剂冰箱（检验科）	BCD-268WB	台	1	带负温
88	冷藏冷冻箱（检验科）	BCD-182W	台	1	带负温
89	冰冻血浆解冻箱（检验科）	JXH-303	台	1	
90	血小板保存箱（检验科）	SJW-IA 型	台	1	
91	超低温冷冻储存箱（检验科）	DW-FL450	台	1	-30℃
92	血库冰箱（检验科）	MBR-107D(H)	台	1	
93	冰箱（检验科）	GK-FL-388	台	1	
94	冷藏冷冻箱（检验科）	BCD-203WQ	台	1	带负温
95	数字显式恒温水温箱（检验科）	XMTD-8000	台	1	
96	数显电热恒温水温箱（检验科）	HH. W21. 600S	台	1	
97	药品阴凉柜（检验科）	LC-YG002	台	1	
98	冰箱（检验科）	UW-360	台	1	
99	二氧化碳培养箱（检验科）	HF90	台	1	
100	低温保存箱（检验科）	DW-25L116	台	1	带负温
101	冷藏冷冻箱（检验科）	BCD-182WE	台	1	带负温
102	电热恒温培养箱（检验科）	HH. B11. 420-BS- II	台	2	
103	全自动医用 PCR 分析系统(分子生物实验室)	SLAN-96S	台	2	
104	立式压力蒸汽灭菌器(分子生物实验室)	LS-50LD	台	1	
105	医用冷藏箱(分子生物实验室)	HC-5L319L	台	1	
106	药品阴凉柜(分子生物实验室)	——	台	1	
107	低温保存箱(分子生物实验室)	DW-25L300	台	1	带负温
108	疫苗冷藏箱(分子生物实验室)	LC50	台	1	
109	指夹式脉搏血氧仪	YX306	台	1	
110	指夹式脉搏血氧仪	YX302	台	1	
111	血液透析装置	5008S	台	1	
112	血液透析装置	4008S Version V10	台	9	
113	全自动血细胞分析仪（检验科）	XN-1000	台	1	
114	全自动血细胞分析仪（检验科）	BC-7500CS	台	1	
115	全自动尿液分析仪（检验科）	Mejer-700I	台	1	

2026 年佛山市顺德区伦教医院计量器具检定/校准仪器清单

序号	器具名称	型号规格	单位	数量	备注
116	全自动生化分析仪（检验科）	ADVIA 1800	台	1	
117	可见分光光度计（检验科）	723	台	1	
118	紫外可见分光光度计（检验科）	7230G	台	1	
119	酶标分析仪（检验科）	ST-360	台	1	
120	胎儿/母亲监护仪	F6	台	4	
121	胎心多普勒仪	SD3 PLUS	台	3	
122	超声胎音仪	JPD-200C	台	1	两探头
123	低速离心机（PCR 室）	6K	台	3	
124	离心机（检验科）	BY-600A	台	2	
125	离心机（检验科）	BY-160C	台	1	
126	血库专用离心机（检验科）	XZ5	台	1	
127	医用冷藏箱（妇产科）	330L	台	1	
128	冰箱（妇产科）	BCD-123JC	台	1	
129	药品阴凉柜（西药房）	——	台	1	
130	药品阴凉柜（西药房）	——	台	1	
131	医用冷藏保存箱（西药房）	MPC-5V1006	台	1	
132	医用冷藏箱（西药房）	——	台	1	
133	医用冷藏箱（西药房）	YC-370	台	1	
134	冰箱（药库）	KK24A21TI	台	1	带负温
135	冷库（药库）	——	台	1	
136	药品阴凉柜（药库）	——	台	1	
137	可燃气体报警器	JB-TB-AT2020S	台	3	
138	血氧饱和度监测仪	H100B	台	1	
139	生物安全柜（PCR）	BSC-1500IIB2-X	台	1	
140	生物安全柜（检验科）	HFsafe-900	台	3	
141	医用工作台（PCR 室）	BBS-DDC	台	1	
142	电子天平（检验科 HVI 室）	FA1204 120g/0.1mg	台	1	
143	电子天平（二楼中药房）	HZ-HG-1002N 1000g/0.01g	台	1	
144	生物显微镜（检验科）	CX23	台	2	
145	医用离心机（检验科）	LB-3000	台	1	
146	呼吸机	840	台	1	
147	注射泵	佳士比 C6	台	2	
148	输液泵	佳士比 1200	台	1	
149	高频电刀	VIO 300S	台	1	
总计：				461	