项目业主采购需求书编制

说明：1.本文件仅供参考。项目业主应根据法律法规的规定、中介服务的行业管理规定和项目实际情况拟定采购需求。

2.项目业主应详细列出采购需求的各项内容，使中介服务机构全面、准确理解采购需求、计算投报价格和提出响应方案。

3.本文件仅适用于广东省网上中介服务超市“方案择优选取”方式。

	类别	建议
1	名称	广东省妇幼保健院清远院区（清远市清新区中医院）2026 年医疗设备计量检测项目采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：广东省妇幼保健院清远院区 地址：清远市清新区太和镇春安路 1 号 联系人：后勤保障科李卓董 联系电话：15626846612
3	中介服务名称	广东省妇幼保健院清远院区（清远市清新区中医院）2026 年医疗设备计量检测项目
4	对中介服务机构的资质要求	1.中介服务机构资质要求：（1）须具备对仪器设备实施检定和校准的能力，并能出具符合国家认可、规范要求的计量检测结果电子证书。（中标人须提供相关证明材料）（2）

		具有有效期内的法定计量检定机构计量授权证书、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。（中标人须提供证书复印件） 2.其他要求：中标人须在中标通知书发出之日起三个工作日内，向采购人提供资质要求说明内要求的证书及相关证明材料复印件。
5	服务内容和服务要求	1.对除颤仪、呼吸机等医用计量设备进行计量检测（具体清单详见附件《设备清单》），服务期间计量检测仪器设备数量可能发生增减，故数量以实际检测数量为准。 2.提供服务的时间、地点、方式：根据采购人要求，安排多批次送检或上门检测服务。 3.计量检测时如出现数值偏差较大，则需立即重新进行校准；每次计量检测结束后，出具分类整理编号的纸质版证书及PDF电子版证书，并按采购人要求提供详细的仪器设备检测电子清单。对检测不合格仪器设备出具详细的原因分析报告和建议解决措施。 4.校准后的计量器具在有效期范围内，如出现非机器故障导致的数值偏差或数值无法使用，需提供免费校准服务，至设备能正常

		使用。
6	合同履行地点和方式	1.合同履行地点：广东省妇幼保健院清远院区 2.合同履行方式：根据采购人要求，安排多批次送检或上门检测服务。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：总价。 3.计价标准：以最终签约合同价为准
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为1年（自然日），自合同生效之日起开始计算。
9	验收	1.标准器、工具由乙方自备并承担费用；检测完成后乙方负责恢复设备原状、清理现场。 2.检测数值出现较大偏差时需重新校准数值。检测结束后，出具分类整理编号的纸质版证书及PDF电子版证书，并按采购人要求提供详细的仪器设备检测电子清单。校准后的计量器具在有效期范围内，如出现非机器故障导致的数值偏差或数值无法使用，需提供免费校准服务。
10	结算方式	以合同约定为准。

11	违约责任	以合同约定为准。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后补充合同。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。
13	备注	/