

韶关市食品药品检验所2026年检定（校准）仪器列表

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期（年）	备注
1	JH01	标准水银温度计	国营上海医用仪表厂	31414	50-100℃	0.1℃	2	
2	JH02	标准水银温度计	国营上海医用仪表厂	4177	100-150℃	0.1℃	2	
3	JH03	标准水银温度计	国营上海医用仪表厂	51845	150-200℃	0.1℃	2	
4	JH04	标准水银温度计	国营上海医用仪表厂	61600	200-250℃	0.1℃	2	
5	JH05	标准水银温度计	国营上海医用仪表厂	71148	250-300℃	0.1℃	2	
6	JH06	电子天平	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司	1121430043	AG135	MAX: 31g/101g d: 0.01mg/0.1mg	1	
7	JH07	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
8	JH08	电子天平	上海上天精密仪器有限公司	29044	FA2004	MAX: 200g d: 1mg	1	
9	JH09	标准水银温度计	国营上海医用仪表厂	21575	0-50℃	0.1℃	2	
10	JH10	分析天平	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司	1129052417	XS105DU	MAX: 120g/41g d: 0.1mg/0.01mg	1	
11	JH11	傅立叶红外光谱仪	赛默飞世尔科技有限公司	ASB1605313	Nicolet iS5	12500-350cm-1 分辨率 0.8cm-1	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
12	JH12	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
13	JH13	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
14	JH17	自动数显旋光仪	上海仪电物理光学仪器有限公司	810117070107	WZZ-1	$\pm 45^\circ \leq \pm 0.02^\circ$	1	
15	JH18	浊度仪	上海昕瑞仪器仪表有限公司	T200N.1106043	WGZ-200	0-200NTU 0.01NTU	1	
16	JH19	电导率仪	上海精密科学仪器有限公司	610510120029	DDS-307	$0-1 \times 10^5 \mu S/cm$	1	
17	JH20	pH酸度计/多参数测试仪	梅特勒托利多仪器有限公司	1230355476	SevenMulti	pH -2.000-20.000 ± 0.002	1	
18	JH21	pH酸度计/多参数测试仪	梅特勒托利多仪器有限公司	B429834356	S220	pH -2.000-20.000 ± 0.002	1	
19	JH23	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
20	JH24	远红外快速 节能鼓风式 高温干燥箱	吴江亚泰烘 箱制造厂	121101	881Y-2	10-400℃ ±5 ℃	1	
21	JH25	自动程控鼓 风干燥箱	嘉兴市中新 医疗仪器有 限公司	803334	DHG-9023Q	50-200℃ ±1 ℃	1	
22	JH26	电热恒温水 浴箱	德国JULABO	12876	TW20	25-100℃ ±0.2℃	1	
23	JH27	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室 内），-50℃- 70℃（室外） ，20-99% （湿度）	1	
24	JH28	智能崩解仪	天津市天大 天发科技有 限公司	3479	ZB-1E	小于±0.5℃	1	
25	JH30	智能溶出试 验仪	天津市天大 天发科技有 限公司	20130620161	ZRS-8LD	转速分辨率： 1转/分 控温 误差：≤ ±0.3℃	1	
26	JH31	智能溶出试 验仪	天津市天大 天发科技有 限公司	20150330495	RC8MD	转速分辨率： 1转/分 控温 误差：≤ ±0.3℃	1	配RZQ-8D取 样收集系统
27	JH32	智能溶出试 验仪	天津市天大 天发科技有 限公司	20150620304	ZRS-8LD	转速分辨率： 1转/分 控温 误差：≤ ±0.3℃	1	
28	JH33	紫外可见分 光光度计	岛津企业管 理（中国） 有限公司	A11665503833L P	UV-2600	波长范围185- 900nm	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
29	JH37	渗透压测定仪	天津市天大天发科技有限公司	20210021078	STY-1A	测量范围0-3000mOsmol/kg H2O 重复性 RSD≤1%	1	
30	JH40	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
31	JH41	液相色谱质谱联用仪	Waters	VBB834	XevoTQ	参照检定规程	1	增加负离子模式
32	JH42	气相色谱质谱联用仪	岛津企业管理（中国）有限公司	020705100236J1	GCMS-TQ8030	三重四级	2	
33	JH43	温湿度表	天津气象仪器厂	404670	WHM5	(-20-40)℃ (0-100%)RH	1	
34	JH44	温湿度表	天津气象仪器厂	402699	WHM5	(-20-40)℃ (0-100%)RH	1	
35	JH45	温湿度表	武强温湿表制造中心	/	GJWS-A4	(-20-50)℃ 10%-90%RH	1	
36	JH46	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
37	JH47	温湿度表	北京亚光华阳电连接器有限公司		JWS-A1	-10℃-40℃， 10-90%RH	1	
38	JH48	湿温度表	天津天马衡基仪器有限公司	2016162	TMWS-B1	10%-90%RH - 10℃-50℃	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
39	JH49	电子天平	梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司	B746001769	XSE205DU	Max: 220g/81g, d: 0.1mg/0.01mg	1	
40	JH50	移液器	eppendorf	P20180C	100-1000 μ L	100-1000 μ L	1	
41	JH51	移液器	eppendorf	P25549C	10-100 μ L	10-100 μ L	1	
42	JH53	药筛	W. S. TYLER	144210311	45 μ m	45 μ m	1	
43	JH54	棒式玻璃水银温度计	天平	201404	0-50℃	0.1℃	1	
44	JH55	移液器	eppendorf	R51144K	0.5-5mL	0.5-5mL	1	
45	JH56	高效液相色谱仪	Waters	K15SM7062A	e2695	进样精度: $\leq$ 0.5%RSD	2	紫外检测器
46	JH57	移液器	eppendorf	I48186F	10-100 μ L	10-100 μ L	1	
47	JH58	移液器	eppendorf	I21030F	100-1000 μ L	100-1000 μ L	1	
48	JH59	移液器	eppendorf	J30359F	0.5-5mL	0.5-5mL	1	
49	JH60	自动电位滴定仪	瑞士万通	1916001022133	916	稳定性 ± 0.2 mV 分 辨率 0.001pH/0.1m v 重复性 0.15%	1	
50	JH61	永停滴定仪	瑞士万通	1916001031678	916	稳定性 ± 0.2 mV 分 辨率 0.001pH/0.1m v 重复性 0.15%	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
51	JH62	卡尔费休氏水分测定仪	瑞士万通	1915001017377	915	水分测量范围 10ppm-100%	1	
52	JH64	紫外可见分光光度计	岛津企业管理(中国)有限公司	A12425730256	UV-1900	190-1100nm	1	
53	JH65	超高效液相色谱仪	Waters	ACQUITY UPLC H-Class PLUS	ACQUITY UPLC H-Class PLUS	参照检定规程	1	紫外检测器(配液质), 和JP35一起检定, 不单独检定
54	JH66	电子秒表	深圳市天福惠波实业有限公司		PC100B	三排100道	1	
55	JH67	密度天平	梅特勒	B922735264	ME204E/02	220g/0.1mg	1	
56	JH68	真空干燥箱	重庆雅马拓科技有限公司	J3110273	DP33C	40-240℃	1	
57	JH69	高效液相色谱仪	Waters	L19VQS904G	Acquity Arc	最大操作压力 9500psi, 进样精度≤ 0.5%RSD	2	
58	JH72	电子天平	上海天美天平仪器有限公司	380207201491	YP502N	500g/0.01g	1	
59	JH73	澄明度检测仪	天津市天大天发科技有限公司	20181115	YB-III	1000-4000lx	1	
60	JH75	旋转粘度计	上海精密仪器仪表有限公司	JM2207048648	SNB-1	1-10万mPa·s	2	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
61	JH77	旋转粘度计	BROOKFIELD	86014673	DV2TRVTJ0	100-40M mPa·s	2	
62	JH78	自动旋光仪	上海仪电物理光学仪器有限公司	123121017	SGW-2	旋光度: ±45°	1	
63	JH79	低温恒温槽	上海仪电物理光学仪器有限公司	24042002	WG-DC0506	温度范围- 5.00℃至 99.99℃	1	
64	JH80	药典筛	绍兴市上虞圣超仪器设备有限公司	/	(2.0- 0.075) mm	9个	1	
65	JH81	移液枪	eppendorf	G34678N	1-10ml	1-10ml	1	
66	JH82	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
67	JH83	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
68	JH84	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
69	JH85	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
70	JH86	数显温度计	三印			室温-20-70℃，冰箱-50-70℃	1	
71	JH87	数显温度计	三印			室温-20-70℃，冰箱-50-70℃	1	测试-18℃的点
72	JH88	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
73	JH89	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
74	JH90	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
75	JH91	标准筛	绍兴市上虞圣超仪器设备有限公司		0.5mm	0.5mm	1	
76	JH92	数显温度计	三印			室温-20-70℃，冰箱-50-70℃	1	
77	JH93	数显温度计	三印			室温-20-70℃，冰箱-50-70℃	1	测试0℃、8℃的点
78	JH94	数显温度计	三印			室温-20-70℃，冰箱-50-70℃	1	测试0℃、8℃的点

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
79	JH95	数显温度计	三印			室温-20-70℃, 冰箱-50-70℃	1	测试-18℃的点
80	JH96	数显温度计	三印			室温-20-70℃, 冰箱-50-70℃	1	测试0℃、8℃的点
81	JH97	数显温度计	三印			室温-20-70℃, 冰箱-50-70℃	1	测试0℃、8℃的点
82	JH98	砝码	烟台市蓬莱区汇恒计量仪器有限公司		1/2/5/10/20/50/100/200/500各1个, E2等级	1/2/5/10/20/50/100/200/500各1个, E2等级	1	
83	JH99	压力表				25MPa/1.6MPa	0.5	
84	JH100	压力表				25MPa/1.6MPa	0.5	
85	JW05	电子天平	常熟市长青仪器仪表厂	602581	DT500A	0-500g 0.01g	1	
86	JW07	分析天平	梅特勒托利多仪器有限公司	B436985085	XPE 205DR	Max: 220g d: 0.1mg/Max: 81g d: 0.01mg	1	
87	JW08	电子天平	常熟市双杰测试仪器厂	220609100047	JJ600Y	Max: 600g/d: 0.01g	1	
88	JW11	全自动高压灭菌器	致微(厦门)仪器有限公司	C2132005	GR110DA	105℃~138℃	1	
89	JW14	生化培养箱	韶关市泰宏医疗器械有限公司	THA0910661	LRH-250A	0~55℃ ±0.4℃	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
90	JW16	隔水式培养箱	上海百典仪器设备有限公司	/	PYX-DHS-500-BS	RT+5℃~60℃ ≤±1℃	1	
91	JW18	霉菌培养箱	韶关市泰宏医疗器械有限公司	THMS12081059	LRH-250-MS	5~65℃ ±0.5℃	1	
92	JW19	生化培养箱	上海博讯实业有限公司医疗设备厂	11083	SPX-100B-Z	5~50℃ ±1℃	1	
93	JW21	生物安全柜	美国	13892110721151	A2	0.3 μm颗粒截留效率大于99.99% 达净	1	
94	JW25	抑菌圈测量仪专用标准板	北京先驱威锋技术开发公司	0054	ZY-300IV	/	1	
95	JW27	风量测试仪	美国TSI	91108039	8375	(0.04m/s) > 50ft/min(> 0.25m/s)	1	
96	JW30	静压仪	德国	AK420618/010	testo512	±0.01hPa	1	
97	JW33	空气浮游菌采样器	默克	28549	MAS-100Eco	±1%	1	
98	JW37	显微镜测微尺	上海第三光学仪器厂	/	C1-C7	/	1	
99	JW39	砝码	常熟市双杰测试仪器厂	/	1g~50g	/	1	
100	JW40	移液枪	eppendorf	R49212K	0.5~5mL	0.5-5mL	1	
101	JW41	移液枪	eppendorf	R60420K	100-1000 μL	100-1000 μL	1	
102	JW42	移液器	BIOHIT	14637591	100-1000 μL	100-1000 μL	1	
103	JW43	pH酸度计	梅特勒托利多仪器有限公司	1228435364	SevenEasy	±0.01	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
104	JW44	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
105	JW45	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
106	JW46	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
107	JW47	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
108	JW48	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
109	JW49	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
110	JW50	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
111	JW51	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
112	JW52	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
113	JW53	湿温度计	天津	10660	TMDWS-BI	测温范围： 0~50℃（室 内），-50~70 ℃（室外）； 测湿范围： 20-99%	1	加测2℃、8℃的点
114	JW54	湿温度计	天津		TMDWS-BI	测温范围： 0~50℃（室 内），-50~70 ℃（室外）； 测湿范围： 20-99%	1	加测2℃、8℃的点
115	JW55	移液器	大龙		100~1000 μL	100~1000 μL	1	
116	JW56	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
117	JW58	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃，精度±1.0℃；测量范围10-99%，精度±5%	1	
118	JW59	pH酸度计	梅特勒托利多仪器有限公司	B926869145	S2-Foodkit	范围0-14，分辨率	1	
119	JW60	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃，精度±1.0℃；测量范围10-99%，精度±5%	1	
120	JW61	数显恒温水浴锅	上海捷呈实验仪器有限公司	6	HH-4S	室温-100℃，波动度±0.5℃	1	
121	JW62	电子温湿度表	天津市天马仪器厂	/	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	加测-18℃的点
122	JW64	电子温湿度表	天津市天马仪器厂	/	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	加测-18℃的点
123	JW65	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃，精度±1.0℃；测量范围10-99%，精度±5%	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
124	JW66	湿温度计	深圳瑞特斯		RTS-308	测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测量范围10-99%，精度 ±5%	1	
125	JW68	厌氧培养箱	美墨尔特（上海）贸易有限公司	0215.0202	INC153T6	0~70℃ ±0.5℃	1	
126	JW69	尘埃粒子计数器	美国贝克曼库尔特公司	1609538002	Met One 3445	采样流量 100L/min	1	
127	JW70	恒温水槽与水浴锅（两用）	上海一恒科学仪器有限公司	161029757	BWS-20	室温+5-99℃，波动度 ±0.5℃	1	
128	JW71	恒温水槽与水浴锅（两用）	上海一恒科学仪器有限公司	161029755	BWS-20	室温+5-99℃，波动度 ±0.5℃	1	
129	JW72	移液器	赛默飞世尔（上海）仪器有限公司	NZ25545	Finnpipette F3	1-10ml	1	
130	JW73	移液器	赛默飞世尔（上海）仪器有限公司	NZ52914	Finnpipette F3	1-10ml	1	
131	JW74	移液器	赛默飞世尔（上海）仪器有限公司	NZ43699	Finnpipette F3	10-100 μL	1	
132	JW75	移液器	赛默飞世尔（上海）仪器有限公司	OZ37519	Finnpipette F3	20-200 μL	1	
133	JW76	移液器	赛默飞世尔（上海）仪器有限公司	OZ37636	Finnpipette F3	100-1000 μL	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
134	JW77	电热恒温培养箱	上海博迅实业有限公司医疗设备厂	180072	HPX-9162MBE	室温+5-65℃，波动度±0.5℃	1	
135	JW78	电热恒温培养箱	上海博迅实业有限公司医疗设备厂	180074	HPX-9162MBE	室温+5-65℃，波动度±0.5℃	1	
136	JW79	霉菌培养箱	上海博迅实业有限公司医疗设备厂	180011/THMS17121601Q	BMJ-160	控温0-60℃，均匀度±1.0℃波动度±0.5℃	1	
137	JW80	霉菌培养箱	上海博迅实业有限公司医疗设备厂	180012/THMS12081059	BMJ-160	控温0-60℃，均匀度±1.0℃波动度±0.5℃	1	
138	JW81	恒温恒湿箱	上海博迅实业有限公司医疗设备厂	170234	BSC-250	控温0-60℃，均匀度±1.0℃波动度±0.5℃	1	
139	JW82	恒温恒湿箱	上海博迅实业有限公司医疗设备厂	180107	BSC-250	控温0-60℃，均匀度±1.0℃波动度±0.5℃	1	
140	JW83	移液器	BIOHIT	17501736	10 μL	1-10 μL	1	
141	JW84	移液器	BIOHIT	17501734	10 μL	1-10 μL	1	
142	JW85	移液器	BIOHIT	17549622	200 μL	20-200 μL	1	
143	JW86	移液器	BIOHIT	17549623	200 μL	20-200 μL	1	
144	JW87	移液器	BIOHIT	17570726	1000 μL	100-1000 μL	1	
145	JW88	移液器	BIOHIT	17570725	1000 μL	100-1000 μL	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
146	JW89	电子温湿度量表	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测量范围10-99%，精度 ±5%	1	
147	JW90	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测量范围10-99%，精度 ±5%	1	
148	JW91	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测量范围10-99%，精度 ±5%	1	
149	JW92	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测量范围10-99%，精度 ±5%	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
150	JW93	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
151	JW94	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
152	JW95	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
153	JW96	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
154	JW97	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
155	JW98	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
156	JW99	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
157	JW100	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
158	JW101	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
159	JW102	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
160	JW103	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
161	JW104	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
162	JW105	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
163	JW106	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
164	JW107	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	
165	JW108	电子温湿计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃， 精度 ±1.0℃；测 量范围10- 99%，精度 ±5%	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
166	JW110	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18032	TMDWS-B1	测温范围： 0~50℃（室内），-50~70℃（室外）； 测湿范围： 20-99%	1	加测2℃、8℃的点
167	JW111	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18033	TMDWS-B1	测温范围： 0~50℃（室内），-50~70℃（室外）； 测湿范围： 20-99%	1	加测2℃、8℃的点
168	JW112	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18034	TMDWS-B1	测温范围： 0~50℃（室内），-50~70℃（室外）； 测湿范围： 20-99%	1	加测2℃、8℃的点
169	JW114	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18036	TMDWS-B1	测温范围： 0~50℃（室内），-50~70℃（室外）； 测湿范围： 20-99%	1	加测2℃、8℃的点
170	JW116	生化培养箱	广东泰宏君科学仪器股份有限公司	THA17121501Q	LRH-250-A	控温5-65℃， 均匀度±1.0℃，波动度±0.5℃	1	
171	JW117	生化培养箱	韶关市泰宏医疗器械有限公司	THA17121520Q	LRH-300	控温5-65℃， 均匀度±1.0℃，波动度±0.5℃	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
172	JW118	霉菌培养箱	韶关市泰宏医疗器械有限公司	THMS17121601Q	LRH-300-MS	控温0~60℃， 均匀度±1.0℃ 波动度±0.5℃	1	
173	JW119	生物安全柜	Thermo	300114475	1378	0.3 μm颗粒截留效率大于99.99% 风速	1	
174	JW120	生物安全柜	Thermo	300114476	1378	0.3 μm颗粒截留效率大于99.99% 风速	1	
175	JW121	细胞培养箱	德国Binder	14-09917	C150	室温+7~50℃；CO2浓度0~20%；180℃热空气灭菌	1	
176	JW122	电子温湿表	天津天马衡基仪器有限公司	18037	TMDWS-B1	测温范围：0~50℃（室内），-50~70℃（室外）； 测湿范围：20~99%	1	加测2℃、8℃的点
177	JW123	电子温湿表	天津天马衡基仪器有限公司	18038	TMDWS-B1	测温范围：0~50℃（室内），-50~70℃（室外）； 测湿范围：20~99%	1	加测2℃、8℃的点
178	JW124	电子温湿表	天津天马衡基仪器有限公司	18039	TMDWS-B1	测温范围：0~50℃（室内），-50~70℃（室外）； 测湿范围：20~99%	1	加测-18℃的点

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
179	JW125	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18040	TMDWS-B1	测温范围： 0~50℃（室内），-50~70℃（室外）； 测湿范围： 20-99%	1	加测-18℃的点
180	JW126	电子天平	赛多利斯 Sartorius	36392675	BSA2202S	Max: 200g/d: 0.01g	1	
181	JW127	电子天平	赛多利斯 Sartorius	36391457	BSA2202S	Max: 200g/d: 0.01g	1	
182	JW128	送风定温恒温器	重庆雅尔拓科技有限公司	J1812327	DNF810C	室温+10℃-260℃，精度±1℃	1	
183	JW129	智能型重量稀释仪	法国 Interscience	501203S00512	DiluFlow	0~100g:±0.05g; 100g~5kg:±0.1%	1	
184	JW130	卧式干燥灭菌箱	上海实贝仪器设备厂	T93190705016	TDL-120	室温+10℃-300℃，精度±1℃	1	
185	JW131	卧式干燥灭菌箱	上海实贝仪器设备厂	T93190705026	TDL-120	室温+10℃-300℃，精度±1℃	1	
186	JW134	电热恒温循环水槽	上海一恒科学仪器有限公司	190103129	DK-8AB	室温+5-70℃，波动度±0.5℃	1	
187	JW135	分析天平	梅特勒托利多仪器有限公司	B928945659	ME2002	Max: 0.5~2200g/d: 0.01g	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
188	JW136	分析天平	梅特勒托利多仪器有限公司	B928945661	ME2002	Max: 0.5~2200g/d : 0.01g	1	
189	JW137	不溶性微粒分析仪	天津天河分析仪器有限公司	20103755	GEF-8JA	检测范围2-100μm, 体积误差±3%以内, 微粒计数误差±20%以内, 重复性≤10%, 通道分辨率不小于68%	1	
190	JW138	霉菌培养箱	上海一恒科学仪器有限公司	200621004	MJ-250	控温0-60℃, 均匀度±1.0℃波动度±0.5℃	1	
191	JW139	高压灭菌器	致微仪器有限公司	C1208037NF	GR85DR	灭菌温度105~138℃	1	
192	JW140	试管恒温仪	湛江安度斯生物有限公司	127	TAL-48A/B	37±0.5℃	1	
193	JW142	生物安全柜	青岛海尔生物医疗股份有限公司	BEOGH 000HD OQHM7 LH4YZ	HR1500-II B2	0.3 μm颗粒截留效率大于99.99%, 洁净级别A级	1	
194	JW143	生物安全柜	济南鑫贝西生物技术有限公司	BSC11A2108026 77B	BSC-1100 II A2-X	0.3 μm颗粒截留效率大于99.99%, 洁净级别A级	1	
195	JW144	立式自动压力蒸汽灭菌器	致微仪器有限公司	C1215023NF	GR85DF	灭菌温度105~138℃	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
196	JW145	立式自动压力蒸汽灭菌器	致微仪器有限公司	C1215029NF	GR85DF	灭菌温度105~138℃	1	
197	JW146	三用恒温水箱	山东博科科学仪器有限公司	221090204	HH-W420	室温-100℃，波动度±0.5℃	1	
198	JW147	干式恒温器(金属浴)	山东菲斯彻环保设备有限公司	NX003W218180724	DW300	室温-100℃，波动度±0.5℃	1	
199	JW149	数显照度计	泰仕电子工业股份有限公司	220102005	TES-1339	测量范围0.001lux~999900lux，分辨率0.001lux，准确度±3%	1	
200	JW150	霉菌培养箱	上海一恒科学仪器有限公司	220739564	MJ-2500-1	控温0~60℃，均匀度±1.0℃波动度±0.5℃	1	
201	JW151	抑菌圈测定仪	杭州迅数科技有限公司	9721009	Z-10	重复性相对误差≤0.002mm，均匀性相对误差≤0.002mm	1	
202	JW153	恒温恒湿箱	上海博迅实业有限公司医疗设备厂	170239	BSC-250	控温0~60℃，均匀度±1.0℃波动度±0.5℃	1	
203	JW154	声级计	泰仕电子工业股份有限公司	221004932	TES-1357	测量范围：30~130dB，精度±1.5dB	1	
204	JW155	电子温湿度计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃，精度±0.5℃	1	
205	JW156	电子温湿度计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃，精度±0.5℃	1	加测2℃、8℃的点

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
206	JW157	电子温湿度计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃, 精度	1	加测2℃、8℃的点
207	JW158	电子温湿度计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃, 精度	1	加测2℃、8℃的点
208	JW159	电子温湿度计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃, 精度	1	加测2℃、8℃的点
209	JW160	电子温湿度计	深圳瑞特斯	/		测量范围-9.90~50℃, 精度	1	加测2℃、8℃的点
210	JW161	电子温湿度计	深圳瑞特斯	/		测量范围-50~300℃	1	
211	JW162	电子温湿度计	深圳瑞特斯	/		测量范围-50~300℃	1	
212	JW163	生化培养箱	广东泰宏君科学仪器股份有限公司	THM24080412E	LRH-250-A	控温5-65℃, 均匀度±1.0℃ 波动度	1	
213	JW164	热球式智能风速计	路美新创	250075	LM-F30J	量程 0~30m/s, 分辨率	1	
214	JW165	移液器	eppendorf		0.5-10 uL	0.5-10 uL	1	
215	JW166	移液器	大龙		2-20 uL	2-20 uL	1	
216	JW167	移液器	Thermo		5-50 uL	5-50 uL	1	
217	JW168	移液器	Thermo		5-50 uL	5-50 uL	1	
218	JW169	移液器	eppendorf		0.5-5 mL	0.5-5 mL	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
219	JW170	尘埃粒子计数器	广东省国器进出口有限公司	LMG5100P1150	LM-G5100pro	流量 100L/min, 粒径范围0.5-10 μ m, 通道0.3 μ m, 0.5 μ m, 1 μ m, 3 μ m, 5 μ m, 10 μ m	1	
220	JW171	生化培养箱	韶关市天安科技有限公司	THM25101304F	LRH-250-A	控温5-65℃, 均匀度 $\pm$ 1.0℃, 波动度 $\pm$ 0.5℃	1	
221	JZ01	高精度大气压计	台湾路昌	AJ32349	MHB-382SD	参照检定规程	1	
222	JZ02	融变时限检查仪	天津博宇伟业科技有限公司	BY998881419	RBY-4	参照检定规程	1	
223	JZ03	持粘性测试仪	济南三泉中石实验仪器有限公司	3004039	CNY-2A	参照检定规程	1	
224	JZ05	温湿度表	天津天马	2016158	TMDWS-B1	(-20℃-40℃), (0-100%) RH	1	
225	JZ06	电子天平	常熟市双杰测试仪器厂	8204	JJ200	Max: 200g/d: 0.01g	1	
226	JZ07	薄层扫描仪	日本	A50064230050CS	CS-9301PC(II)	$\pm$ 4nm	1	
227	JZ12	马弗炉	DENSPLY	9493309	3-550	50℃-1100℃	1	
228	JZ14	气相色谱仪	日本岛津	C11804803333SA	GC-2010	参照检定规程	2	JZ14-1顶空进样器

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
229	JZ15	生物显微镜	奥林巴斯	1D78070	BX41	参照检定规程	1	新增成像系统C020306 高分辨率数码成像系统
230	JZ16	阿贝折射仪	上海仪电物理光学仪器有限公司	820312100033	WAY-2S	折射率 nD1.3000- 1.7000	1	
231	JZ17	电子温湿度计	HC		HTW301	(-50℃- 70℃), 10%RH-99%RH	1	
232	JZ19	药典筛	上海丰行筛网制造有限公司		(2-0.075) mm 9个	(2-0.075) mm 9个	1	
233	JZ20	移液器	VITLAB	12N98781	10-100ul	10-100ul	1	
234	JZ21	移液器	VITLAB	21G07707	100-1000ul	100-1000ul	1	
235	JZ22	移液器	VITLAB	21G05963	0.5-5ml	0.5-5ml	1	
236	JZ24	移液器	VITLAB	21E74938	1-10ml	1-10ml	1	
237	JZ25	超高效液相色谱仪	岛津 SHIMADZU	L20555306433A E	LC-30AD	参照检定规程	2	紫外检测器、蒸发光检测器
238	JZ26	崩解仪	天津市天大天发科技有限公司	20160010765	ZBS-6E	往返频率30- 32次/分	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
239	JZ27	电热鼓风干燥箱	上海一恒科学仪器有限公司	161141237	DHG-9075A	RT+10℃-300℃，分辨率0.1℃，波动度±1℃	1	
240	JZ28	电热鼓风干燥箱	上海一恒科学仪器有限公司	161029541	DHG-9145A	RT+10℃-300℃，分辨率0.1℃，波动度±1℃	1	
241	JZ32	自动膏药软化点测定仪	天津博宇伟业科技有限公司	GYC190619181LJB	GYC-3	参照检定规程	1	
242	JZ34	微量分析天平	梅特勒-托利多国际贸易有限公司	C028660338	XPR26	参照检定规程	1	
243	JZ35	电子温湿度表	KT	JZ35	SPE-16	参照检定规程	1	
244	JZ36	恒温水槽与水浴锅	上海一恒科学仪器有限公司	220315457	BWS-0510	参照检定规程	1	
245	JZ37	恒温水槽与水浴锅	上海一恒科学仪器有限公司	220315464	BWS-0510	参照检定规程	1	
246	JZ38	气相色谱仪	安捷伦	CN2250A065	8890	参照检定规程	2	
247	JZ39	激光粒度分析仪	丹东百特仪器有限公司	BC001720	Bettersize2600	参照检定规程	1	
248	JZ40	湿温度计	KTJ		TA218C	参照检定规程	1	
249	JZ41	湿温度计	KTJ		TA218C	参照检定规程	1	
250	JZ43	湿温度计	KTJ		TA218C	参照检定规程	1	
251	JZ44	湿温度计	KTJ		TA218C	参照检定规程	1	
252	JZ45	湿温度计	KTJ		TA218C	参照检定规程	1	
253	JZ46	温湿度表	KTJ		TA218C	参照检定规程	1	
254	JZ47	湿温度计	KTJ		TA218C	参照检定规程	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
255	JZ51	旋转蒸发仪	德国IKA	38594000A	IKA RV 10 control	室温度-180℃	1	19年配泵和 水槽
256	JZ60	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
257	JZ61	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
258	JZ62	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
259	JZ63	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
260	JZ64	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
261	JZ65	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
262	JZ66	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
263	JZ67	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
264	JZ68	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
265	JZ69	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
266	JZ70	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
267	JZ71	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
268	JZ72	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
269	JZ73	温湿度表	天津天马		TMDWS-B1	0℃-50℃（室内），-50℃-70℃（室外），20-99%（湿度）	1	
270	JZ74	电子天平	奥豪斯	C420119763	EX225DZH	参照检定规程	1	
271	JZ75	药典筛	绍兴市上虞圣超仪器设备有限公司		(2-0.075)mm 9个	(2-0.075)mm 9个	1	
272	JZ76	移液枪			2-20ul	2-20ul	1	
273	JZ77	氮气减压器	捷锐企业（上海）有限公司	110006513	152TIN-125	参照检定规程	0.5	
274	JZ78	氮气减压器	上海减压器有限公司	/	YQD-6	参照检定规程	0.5	
275	JZ79	气瓶减压阀				参照检定规程	0.5	
276	JP03	移液器	百得	16522334	100-1000 μ l	100-1000 μ l	1	
277	JP04	移液器	百得	16521490	1-5ml	1-5ml	1	
278	JP06	高效液相色谱仪	日本岛津	L20114916221	LC-20AT	参照检定规程	2	蒸发光、紫外、二极管、荧光检测器
279	JP09	电子温湿度计	美德时		HTW301	(-50℃-70℃)，10%RH-99%RH	1	冷藏测2-8℃的点

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
280	JP10	湿温度计	美德时	19884	TMWS-A2	20~99% 0~50℃	1	冷藏测2-8℃的点
281	JP11	湿温度计	美德时	19885	TMWS-A2	20~99% 0~50℃	1	冷藏测2-8℃的点
282	JP12	温湿度计	anymetre		JR9000	0-50℃; 20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
283	JP13	湿温度计	美德时	19889	TMWS-A2	20~99% 0~50℃	1	冷藏测2-8℃的点
284	JP14	电子天平	梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司	B243445578	MS304S/01	Max: 320g/d: 0.1mg	1	
285	JP16	电子天平	上海舜宇恒平科学仪器有限公司	SHP0700363755	JA2003	Max: 200g/d: 1mg	1	
286	JP17	砝码	/	FMSHP0700363755	200g	200g	1	
287	JP18	移液器	eppendorf	274324A	1~10ml	1~10ml	1	
288	JP19	移液器	eppendorf	J30456B	20~200 μ l	20~200 μ l	1	
289	JP20	pH酸度计/ 多参数测试仪	梅特勒托利多仪器有限公司	B429834354	S220	pH-2.0~20.0	1	
290	JP21	温湿度计	anymetre		JR9000	0-50℃; 20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
291	JP23	移液器	eppendorf	H39612G	100-1000 μ L	100-1000 μ L	1	
292	JP24	移液器	eppendorf	G23057G	0.5-5mL	0.5-5mL	1	
293	JP25	高效液相色谱仪	安捷伦	DEAEQ18450	1260	190-640nm ±1nm	2	二极管, 19年配柱温箱

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
294	JP27	湿温度计	开泰KT	19873	TMDWS-A2	(-10℃-50℃), 10%RH-90%RH	1	冷冻, 测-18℃的点
295	JP28	湿温度计	开泰KT	19915	TMDWS-A2	(-10℃-50℃), 10%RH-90%RH	1	冷冻, 测-18℃的点
296	JP29	湿温度计	美德时	19914	TMDWS-A2	(-10℃-50℃), 10%RH-90%RH	1	冷藏测2-8℃的点
297	JP31	分析天平	赛多利斯	38001108	MSA225S-ICE-DU	参照检定规程	1	
298	JP32	温湿度表	美德时	2019231	TMDWS-B1	0-50℃; 20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
299	JP33	分析天平	梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司	B534322643	ME1002/02	Max1200g, d0.01g	1	
300	JP34	高效液相色谱仪	Waters	L19VQS902G	Acquity Arc	参照检定规程	2	
301	JP35	液相色谱质谱联用仪	SCLEX	EX230902108	Triple Quad 5500+	参照检定规程	1	增加负离子模式
302	JP36	微波消解仪	美国CEM公司	MS9570	Mars6	参照检定规程	1	检定温度部分
303	JP37	恒温水浴锅	上海力辰邦西仪器科技有限公司	51354	HH-2	参照检定规程	1	测定37℃和80℃

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
304	JP38	离子色谱仪	瑞士万通	1.9302E+12	930	参照检定规程	2	
305	JP39	电感耦合等 离子体质谱 仪	安捷伦	SG22231368	7850ICP-MS	参照检定规程	1	
306	JP40	气相色谱质 谱联用仪	安捷伦	CN2226A067	7000D	参照检定规程	2	
307	JP41	原子吸收光 谱仪	安捷伦	G8432A	240DUO	参照检定规程	2	
308	JP42	分析天平	奥豪斯	C309774645	EX225DZH/AD	参照检定规程	1	双量程需分 别检定
309	JP43	原子荧光光 度计	北京海光仪 器有限公司	HGF-V3/223/06	HGF-V3	参照检定规程	1	
310	JP44	湿温度计	美德时		JR900	0-50℃；20- 99%	1	冷藏测2-8℃ 的点
311	JP45	湿温度计	美德时		JR900	0-50℃；20- 99%	1	冷藏测2-8℃ 的点

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
312	JP46	湿温度计	美德时		JR900	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
313	JP47	湿温度计	美德时		JR900	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
314	JP48	湿温度计	美德时		JR900	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
315	JP49	湿温度计	美德时		JR900	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
316	JP50	湿温度计	美德时		JR900	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
317	JP51	湿温度计	美德时		JR900	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
318	JP52	湿温度计	美德时		JR900	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
319	JP53	湿温度计	美德时		JR900	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
320	JP54	温湿度计	anymetre		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
321	JP55	温湿度计	anymetre		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
322	JP56	温湿度计	anymetre		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
323	JP57	温湿度计	anymetre		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
324	JP58	温湿度计	anymetre		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
325	JP59	温湿度计	anymetre		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
326	JP60	温湿度计	anymetre		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
327	JP61	温湿度计	anymetre		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
328	JP62	温湿度计	anymetre		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
329	JP63	温湿度计	anymetre		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷藏测2-8℃的点
330	JP64	温湿度计	开泰KT		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷冻，测-18℃的点
331	JP65	温湿度计	开泰KT		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷冻，测-18℃的点
332	JP66	温湿度计	开泰KT		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷冻，测-18℃的点
333	JP67	温湿度计	开泰KT		JR9000	0-50℃；20-99%	1	冷冻，测-18℃的点
334	JP68	温湿度计	开泰KT			-20至70℃	1	冷冻，测-18℃的点
335	JP69	温湿度计	欧达时			-40至70℃	1	冷冻，测-18℃的点

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
336	JP70	温湿度计	欧达时			-40至70℃	1	冷冻，测-18℃的点
337	JP71	温湿度计	欧达时			-40至70℃	1	冷冻，测-18℃的点
338	JP72	温湿度计	欧达时			-40至70℃	1	冷冻，测-18℃的点
339	JP73	温湿度计	欧达时			-40至70℃	1	冷冻，测-18℃的点
340	JP74	氮气减压器	中国·雷尔达仪表有限公司		YQD-37A	参照检定规程	0.5	
341	JP75	气瓶减压阀	GENTEC		R13SLGT-DLG-52-10	参照检定规程	0.5	
342	JP76	气瓶减压阀	GENTEC		152IN-125	参照检定规程	0.5	
343	JP77	气瓶减压阀	GENTEC		R13SLGT-DLG-52-10	参照检定规程	0.5	

序号	设备 编号	仪器设备名 称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
344	JP78	气瓶减压阀	GENTEC		152IN-125	参照检定规程	0.5	
345	JP79	气瓶减压阀	GENTEC		152IN-125	参照检定规程	0.5	
346	JP80	气瓶减压阀	GENTEC		152TX-40	参照检定规程	0.5	
347	JP81	气瓶减压阀	GENTEC		152IN-80	参照检定规程	0.5	
348	JP82	气瓶减压阀	GENTEC		152Y-15	参照检定规程	0.5	
349	JP83	气瓶减压阀	捷瑞			参照检定规程	0.5	
350	JP84	气瓶减压阀	捷瑞			参照检定规程	0.5	
351	JP85	气瓶减压阀	捷瑞			参照检定规程	0.5	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
352	JP86	气瓶减压阀	捷瑞			参照检定规程	0.5	
353	JP87	气瓶减压阀	捷瑞			参照检定规程	0.5	
354	JP88	气瓶减压阀	捷瑞			参照检定规程	0.5	
355	JP89	气瓶减压阀	捷瑞			参照检定规程	0.5	
356	JP90	气瓶减压阀	捷瑞			参照检定规程	0.5	
357	JP91	气瓶减压阀	捷瑞			参照检定规程	0.5	
358	JP92	电动移液枪 5-200μl	广州四诺仪器有限公司		Uni-Meta E	5-200 μ l	1	
359	JP93	电动移液枪 50-1000μl	广州四诺仪器有限公司		Uni-Meta E	50-1000 μ l	1	
360	JP94	电动移液枪 0.1-5ml	广州四诺仪器有限公司		Uni-Meta E	0.1-5ml	1	
361	JS03	真空干燥箱	上海一恒科学仪器有限公司	171253863	DZF-6210	参照检定规程	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
362	JS04	气相色谱仪	日本岛津	C12095302210S A	GC-2010 Plus series	/	2	FID和ECD检测器，顶空进样器HS-20安装到了气质联用仪上
363	JS05	气相色谱仪	日本岛津	C12095302177S A	GC-2010 Plus series	/	2	FID和FPD检测器
364	JS06	分子荧光分光光度计	Thermo Scientific	LF-1503008	Lumina Fluorescence Spectrometer	波长准确度 ±0.5nm	1	
365	JS07	全自动台式折光仪	奥地利安东帕	81804054	Abbemat 200	测量范围 1.30nD- 1.72nD，测量 精度0.01%	1	
366	JS10	液相色谱仪	美国赛默飞 世尔有限公司	LPG- 3400SDN:81062 96 TCC- 3000RS:600598 2 WPS- 3000SL:810605 4	U3000	/	2	紫外检测器、荧光检测器

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
367	JS11	液相色谱仪	美国赛默飞世尔有限公司	LPG-3400SDN:8106331 TCC-3000RS:6006458 WPS-3000SL:8106675 VWD-3100:8106078 RefractoMax521:32157C0606	U3000	/	2	紫外检测器、示差检测器
368	JS12	液相色谱仪	美国赛默飞世尔有限公司	LPG-3400SDN:8106279 TCC-3000RS:6006390 WPS-3000SL:8106611	U3000	/	2	紫外检测器、蒸发光检测器(ESA Model6100 出厂编号 6800372)
369	JS13	多功能酶标仪	美国赛默飞世尔有限公司	1510-03512	Multiskan GO	吸光度线性 0-2.5Abs < 2% 精确度值 CV <0.5% (精确模式), CV < 1.0% (快速模式)	1	配洗板机 Wellwash 出厂编号: 888-4083A
370	JS15	电热恒温干燥箱	重庆雅马拓	J1506031	DKL610C	室温+10℃-260℃, 精度 ±1℃	1	检定37、85、105℃

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
371	JS16	电热恒温干燥箱	重庆雅马拓	J1506032	DKL610C	室温+10℃-260℃，精度±1℃	1	检定37、85、105℃
372	JS17	电感耦合等离子体质谱仪	美国赛默飞世尔科技有限公司	ICAPQ01681	iCAP Q	参照检定规程	1	
373	JS18	马弗炉	重庆雅马拓	J1508067	F0510C	100-1150℃，精度±2℃	1	
374	JS19	马弗炉	重庆雅马拓	J1508068	F0510C	100-1150℃，精度±2℃	1	
375	JS21	移液器	赛默飞世尔（上海）仪器有限公司	PZ26638	Finnpipette F3	50ul	1	
376	JS22	移液器	赛默飞世尔（上海）仪器有限公司	PZ26639	Finnpipette F3	100ul	1	
377	JS23	移液器	赛默飞世尔（上海）仪器有限公司	PZ33514	Finnpipette F3	200ul	1	
378	JS24	分析天平	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司	B523014730	XS205DU	Max220g，d0.1mg；Max81g，d0.01mg	1	
379	JS27	酸度计	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司	B512720779	SevenCompact S220	pH-2.000-20.000	1	
380	JS28	紫外可见分光光度计	岛津企业管理（中国）有限公司	A11665331170 CS	UV-2600	测定波长范围：185nm-900nm	1	
381	JS30	移液器	赛默飞世尔（上海）仪器有限公司	OZ69851	Finnpipette F3	0.5-5ml	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
382	JS31	移液器	百得	17126280	1-5ml	1-5ml	1	
383	JS32	移液器	赛默飞世尔(上海)仪器有限公司	0Z65605	Finnpipette F3	1-10ml	1	
384	JS34	离子色谱仪	赛默飞世尔科技(中国)有限公司		ICS-5000+	参照检定规程	2	
385	JS35	原子吸收分光光度计	美国珀金埃尔默有限公司		PinAAcle 900T	参照检定规程	2	
386	JS36	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	2016164	TMDWS-B1	0-50℃, 20-99%	1	
387	JS38	便携式浊度计	美国哈希公司/HACH		1900C	稳定性±1.5% 重复性1%	1	
388	JS42	电热恒温水浴锅	上海博迅实业有限公司医疗设备厂	170072	HHS-11-6	室温+5-99.9℃, 测量误差±0.2%FS	1	检定37、65、70、80℃
389	JS43	电子天平	赛多利斯 Sartorius	35991230	BSA5201	Max5200g, d0.1g	1	
390	JS44	电子天平	赛多利斯 Sartorius	35991229	BSA5201	Max5200g, d0.1g	1	
391	JS45	电子天平	赛多利斯 Sartorius	35992362	BSA224S	Max220g, d0.1mg	1	
392	JS46	电子天平	赛多利斯 Sartorius	36190395	BSA224S	Max220g, d0.1mg	1	
393	JS48	液相色谱原子荧光联用仪	北京海光仪器有限公司	217123	LC-AFS6500	RSD: 总量<0.7%; 形态<4.5%	2	
394	JS49	电感耦合等离子体发射光谱仪	日本岛津	211-92900-58/B42045500607	ICPE-9820	参照检定规程	2	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
395	JS52	啤酒饮料二氧化碳测定仪	杭州大吉光电仪器有限公司	17126	SCY-3B	参照检定规程	0.5	
396	JS53	移液器	赛默飞世尔(上海)仪器有限公司	OZ60508	Finnpipette F3	20-200ul	1	
397	JS54	移液器	赛默飞世尔(上海)仪器有限公司	OZ64645	Finnpipette F3	100-1000ul	1	
398	JS55	移液器	赛默飞世尔(上海)仪器有限公司	PZ33512	Finnpipette F3	1000ul	1	
399	JS56	电子温湿度表	深圳瑞特斯	/		0-50℃；20-99%	1	
400	JS57	电子温湿度表	深圳瑞特斯	/		0-50℃；20-99%	1	
401	JS58	电子温湿度表	深圳瑞特斯	/		0-50℃；20-99%	1	
402	JS59	电子温湿度表	深圳瑞特斯	/		0-50℃；20-99%	1	
403	JS60	电子温湿度表	深圳瑞特斯	/		0-50℃；20-99%	1	
404	JS61	电子温湿度表	深圳瑞特斯	/		0-50℃；20-99%	1	
405	JS62	电子温湿度表	深圳瑞特斯	/		0-50℃；20-99%	1	
406	JS63	电子温湿度表	深圳瑞特斯	/		0-50℃；20-99%	1	
407	JS64	电子温湿度表	深圳瑞特斯	/		0-50℃；20-99%	1	
408	JS65	电子温湿度表	深圳瑞特斯	/		0-50℃；20-99%	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
409	JS66	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18041	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
410	JS68	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18043	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
411	JS69	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18044	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
412	JS72	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18047	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
413	JS73	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18048	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
414	JS74	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18049	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
415	JS75	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18050	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
416	JS76	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18051	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
417	JS77	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18052	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
418	JS78	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18053	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
419	JS81	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18056	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
420	JS83	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18058	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
421	JS84	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18059	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
422	JS85	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18060	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
423	JS87	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18062	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
424	JS88	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18063	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
425	JS91	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18066	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
426	JS92	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18067	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
427	JS93	电子温湿度表	天津天马衡基仪器有限公司	18068	TMDWS-B1	0-50℃；20-99%	1	
428	JS101	数显恒温水浴锅	上海捷呈实验仪器有限公司	6	HH-4S	参照检定规程	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期(年)	备注
429	JS103	酶标仪	Thermo Fisher Scientific	3530910064	MK3	400-750nm	1	配洗板机 型号Wellwash 4MK2 机身编号006-9-11150
430	JS104	恒温水浴锅	天津市泰斯特仪器有限公司	2004116	DK-98	参照检定规程	1	检定37、65、70、80℃
431	JS105	电子天平	常熟市双杰测试仪器厂	242020060345	JJ2000B	参照检定规程	1	
432	JS106	电子天平	常熟市双杰测试仪器厂	242020070135	JJ2000B	参照检定规程	1	
433	JS111	电导率仪	上海仪电科学仪器股份有限公司	610620N0021100495	DDS-307A	参照检定规程	1	
434	JS112	瓶口分液器	德国普兰德	21E88717	WF08	参照检定规程	1	
435	JS114	玻璃红水温度计			-110	参照检定规程	1	
436	JS115	数显卡尺		19011245		参照检定规程	1	
437	JS117	二氧化硫测定仪	济南盛泰电子科技有限公司	ST109A-C2-20240115-04-0851	ST109A	参照检定规程	1	
438	JS119	玻璃温度计		843		参照检定规程	1	
439	JS120	定量移液器	BIO-DL	13657995	50UL	参照检定规程	1	
440	JS124	温湿度计	MINGLE	65799	ETH529	参照检定规程	1	
441	JS125	温湿度计	MINGLE	65800	ETH529	参照检定规程	1	
442	JS126	电子温湿度计	MINGLE		ETH529	参照检定规程	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
443	JS127	电子温湿度计	MINGLE		ETH529	参照检定规程	1	
444	JS128	电子温湿度计	MINGLE		ETH529	参照检定规程	1	
445	JS129	标准筛	绍兴市上虞区豪泉筛具厂		孔径0.425毫米	孔径0.425毫米	1	
446	JS130	标准筛	绍兴市上虞张兴纱筛厂		孔径0.9mm	孔径0.9mm	1	
447	JS131	标准筛	绍兴市上虞张兴纱筛厂		孔径2mm	孔径2mm	1	
448	JS132	标准筛	绍兴市上虞圣超仪器设备有限公司		孔径1毫米	孔径1毫米	1	
449	JS133	标准筛	绍兴市上虞圣超仪器设备有限公司		孔径0.3毫米	孔径0.3毫米	1	
450	JS137	电子天平	华志(福建)电子科技有限公司	2501224124	PTX-FA220S	0.0001g	1	
451	JS138	电子天平	赛多利斯 Sartorius	34090984	BSA224S	Max220g, d0.1mg	1	
452	JK01	温湿度表	天津气象仪器厂	404673	WHM5	1℃/1%RH	1	
453	JK03	数字温度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
454	JK07	数字温度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
455	JK08	数字温度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
456	JK11	数字温度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
457	JK12	数字温度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
458	JK13	温湿度表	天津天马衡 基仪器有限公司	2019224	TMDWS-B1	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
459	JK15	数字温度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	测-18℃、0℃、8℃的点
460	JK16	数字温度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
461	JK19	数字温度计	科舰		MC04Y	参照检定规程	1	
462	JK20	温湿度计	天津气象仪 器厂		WHM-5	参照检定规程	1	
463	JK21	温湿度计	天津气象仪 器厂		WHM-5	参照检定规程	1	
464	JK22	温湿度计	天津气象仪 器厂		WHM-5	参照检定规程	1	
465	JK23	温湿度计	天津气象仪 器厂		WHM-5	参照检定规程	1	
466	JK24	温湿度计	天津气象仪 器厂		WHM-5	参照检定规程	1	
467	JK25	温湿度计	天津气象仪 器厂		WHM-5	参照检定规程	1	
468	JK26	温湿度计	天津气象仪 器厂		WHM-5	参照检定规程	1	
469	JK27	温湿度计	天津气象仪 器厂		WHM-5	参照检定规程	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
470	JK28	温湿度计	天津气象仪器厂		WHM-5	参照检定规程	1	
471	JK29	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
472	JK30	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
473	JK31	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
474	JK32	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
475	JK33	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
476	JK34	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
477	JK35	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
478	JK36	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
479	JK37	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
480	JK38	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	

序号	设备编号	仪器设备名称	生产厂家	出厂编号	型号规格	技术指标	检定周期 (年)	备注
481	JK39	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
482	JK40	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
483	JK41	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
484	JK42	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
485	JK43	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
486	JK44	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
487	JK45	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
488	JK46	温湿度计	科舰		MC04Y	-40℃、-18℃ 、-10℃、2℃ 、10℃	1	
489	JK47	温湿度表	天津气象仪 器厂		WHM-5	参照检定规程	1	
490	JK48	温湿度表	天津气象仪 器厂		WHM-5	参照检定规程	1	
491	JK49	温湿度表	天津气象仪 器厂		WHM-5	参照检定规程	1	
492	FH20	超纯水系列	默克有限公 司	F5HA99541	Milli-Q Reference A+	电阻率：18.2 MΩ·cm	1	