

台山市妇幼保健院 2026 年放射设备性能及防护检测服务项目采购需求书

一、中介服务机构资格（资质）要求

（一）具有放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价甲级资质的放射卫生技术服务机构。

注：本项目不接受联合体参与。

二、服务内容和 service 要求

（一）项目服务内容

拟对全院 7 台放射诊疗设备、8 个防护场所进行 2026 年年度检测、11 枚（含本底）四个季度放射工作人员剂量监测仪。按照《放射诊疗管理规定》等相关法律、法规的要求，完成台山市妇幼保健院放射诊疗设备年度检测工作，并出具检测报告。放射诊疗设备情况见附件 1。

（二）项目服务要求

1. 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射诊疗管理规定》以及国家最新颁布的放射诊疗设备质量控制检测规范和放射防护要求等法规、标准要求，进行设备性能检测和场所防护检测，出具检测报告。

2. 如国家相关放射诊疗设备质量控制检测规范和放射防护要求更新，供应商应提前通知我院，并在相关规定正式实施前完成资质更新或提前安排相应检测，避免我院放射诊疗设备检测时间超出上一年度检测报告有效期。

3. 如特殊原因无法及时安排我院设备检测的，应提前通知我院，并协调其他有检测资质的公司进行检测，收费标准按照合同约定费用收费，不可另行加收。

4. 检测完成后，若有不符合项，应及时向我院反馈，我院完成整改后应及时安排工作人员到我院复检，非设备及场所重大整改的，应在复检后 5 个工作日内出具复检报告。

5. 供应商应参考我院现有放射诊疗设备检测报告出具的有效时间提前安排检测，应确保我院所有放射诊疗设备均在现有检测报告有效期满前一个月内完成检测，并出具检测报告。

6. 双方签订合同时，需明确技术服务内容、范围、任务完成时限及双方的权利、义务和责任，同时明确所有参与本项目技术服务的技术人员情况，包括姓名、在本项目中所承担的工作内容等。

7. 供应商现场检测时，需提供放射技术服务机构资质、现场检测（调查）人员能力证明的复印件和现场检测（调查）情况。

三、合同履行地点和方式。

合同履行地点为广东省江门市台山市台城街道办事处顺安路 28 号-台山市妇幼保健院，合同履行的方式为按行业标准、国家标准履行，方式采取现场检测。

四、采购预算和公开选取方式

（一）采购预算（人民币）：结合市场调节价：口腔 CBCT 性能检测及防护检测 800 元，牙片机 性能检测及防护检测 800 元，乳腺钼钯机 性能检测及防护检测 800 元，DR1 性能检测及防护检测 800 元，DR2 性能检测及防护检测 800 元，CT 机 性能检测及防护检测 1000 元，移动 X 光机性能检测及防护检测 800 元，急诊 DR 室防护检测 200 元，11 枚（含本底）四个季度个人剂量检测 2750 元，合计 8750.00 元。

（二）公开选取方式为一次报价竞价选取。

五、服务时间

服务时间按照合同双方约定，需在旧检测报告过期之前。

六、结算方式

（一）报价要求

报价以人民币结算，报价总价为完成本项目所需费用的总和，包括本项目服务费用、相关人员支出费用、设备支出费用、税费等服务过程中可预见和不可预见的一切费用。采购人将不再支付其它任何费用。

（二）验收要求

采购人根据中标人的投标承诺及行业标准、国家标准验收。

（三）结算方式

1. 合同价款按下列支付方式支付：

在我院收到 2026 年年度全部检测合格的报告和等额有效发票后 30 个工作日内向供应商一次性付清项目费用。

2. 付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

七、解决争议方式

对于合同履行中出现的纠纷，双方协商解决，协商不成的，通过诉讼的方式解决。

八、重要条款

具有省级以上卫生行政部门颁发的放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价甲级资质的放射卫生技术服务机构报

名参与，如中选公司不具备上述资质，影响我院设备年检，
所造成的一切后果由该公司承担。

台山市妇幼保健院
2026年03月03日



附件 1:

序号	装置名称	厂家	型号	所在场所	报告有效时间
1	口腔 CBCT	英迈杰有限责任公司	OP300-1	二楼口腔科 CBCT 室	2026 年 06 月 12 日
2	牙片机	普兰梅卡公司	Planmeca ProX	二楼口腔科牙片室	2026 年 06 月 12 日
3	乳腺钼靶机	深圳市安健科技股份有限公司	DMI56A	放射科乳腺钼靶室	2026 年 06 月 12 日
4	DR1	锐珂（上海）医疗器材有限公司	DRX-Neo XE 新珂	放射科 3DR 室	2026 年 06 月 12 日
5	DR2	锐珂（上海）医疗器材有限公司	DXR-Compass	放射科 4DR 室	2026 年 06 月 12 日
6	CT 机	上海联影医疗科技有限公司	uCT 760	放射科 5CT 室	2026 年 06 月 12 日
7	移动 X 光机	南京普爱	PLX101C	新生儿防护室	2026 年 06 月 12 日
8	移动 X 光机			急诊 DR 室	2026 年 06 月 12 日
10	11 枚（含本底）四个季度放射工作人员剂量监测仪	分四个季度		放射科、口腔科	2026 年 03 月 31 日