

2026年玻璃器具送检清单

参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
1	C-BL-011	滴定管25ml	25ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：5ml，10ml，15ml，20ml，	
2	C-BL-013	滴定管50ml	50ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：10ml，20ml，30ml，40ml，	
3	C-LT-02	量筒2ml	2ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：0.4ml，1ml,2ml	
4	C-LT-05	量筒5ml	5ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：1ml，2.5ml,5ml	
5	C-LT-10	量筒10ml	10ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：2ml，5ml,10ml	
6	C-LT-100	量筒100ml	100ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：10ml，50ml,100ml	
7	C-LT-1000	量筒1000ml	1000ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：100ml，500ml,1000ml	
8	C-LT-25	量筒25ml	25ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：5ml，12.5ml,25ml	
9	C-LT-250	量筒250ml	250ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：50ml，120ml,250ml	
10	C-LT-50	量筒50ml	50ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：5ml，25ml,50ml	
11	C-LT-500	量筒500ml	500ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：50ml，250ml,500ml	
12	C-RLP-05	单标线容量瓶5ml	5ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：5ml	
13	C-RLP-10	单标线容量瓶10ml	10ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：10ml	
14	C-RLP-100	单标线容量瓶100ml	100ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：100ml	
15	C-RLP-1000	单标线容量瓶1000ml	1000ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：1000ml	
16	C-RLP-20	单标线容量瓶20ml	20ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：20ml	
17	C-RLP-200	单标线容量瓶200ml	200ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：200ml	
18	C-RLP-25	单标线容量瓶25ml	25ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：25ml	
19	C-RLP-250	单标线容量瓶250ml	250ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：250ml	
20	C-RLP-50	单标线容量瓶50ml	50ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：50ml	
21	C-RLP-500	单标线容量瓶500ml	500ml	/	10楼1003前处理室1	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：500ml	
22	C-XLG-01	单标线吸量管1ml	1ml	/	10楼1010前处理室2	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：1ml	
23	C-XLG-02	单标线吸量管2ml	2ml	/	10楼1010前处理室2	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：2ml	

2026年玻璃器具送检清单

参数测量结果的不确定度要求：检定/校准证书上必须提供不少于一个的参数相关的不确定度，且不确定度须依据仪器设备的检定/校准规程要求以及测量不确定度评定与表示的相关规定得出。

序号	仪器编号	仪器名称	规格型号	出厂编号	所在位置	使用部门	校准周期	计划检定/校准时间	检定/校准参数及其技术要求	备注
24	C-XLG-03	单标线吸量管3ml	3ml	/	10楼1010前处理室2	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：3ml	
25	C-XLG-05	单标线吸量管5ml	5ml	/	10楼1010前处理室2	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：5ml	
26	C-XLG-10	单标线吸量管10ml	10ml	/	10楼1010前处理室2	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：10ml	
27	C-XLG-100	单标线吸量管100ml	100ml	/	10楼1010前处理室2	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：100ml	
28	C-XLG-15	单标线吸量管15ml	15ml	/	10楼1010前处理室2	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：15ml	
29	C-XLG-25	单标线吸量管25ml	25ml	/	10楼1010前处理室2	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：25ml	
30	C-XLG-50	单标线吸量管50ml	50ml	/	10楼1010前处理室2	药品理化部	36	2026/4/15	计量点：50ml	
31	BSG-10-01	比色管	10mL	/	8楼	食品农产品理化部	36	2026/4/15	5mL、10mL	