

# 仲恺高新区农林水综合服务中心 计量技术服务项目采购需求书



	类别	
1	名称	仲恺高新区农林水综合服务中心计量技术服务项目采购需求书
2	项目业主情况	业主名称：惠州仲恺高新技术产业开发区农林水综合服务中心 地址：仲恺高新区潼侨镇潼侨南路红岗排涝站内 联系电话：3798030 联系人：罗生。
3	中介服务名称	实验室仪器设备检定校准服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 供应商具备 CMA 认证资质。 2. 需要回避的机构：无。
5	服务内容和 服务要求	1. 采购人（项目业主，以下简称甲方）实验室位于仲恺高新区潼侨镇红岗排涝站内，实验室主要有气相色谱仪、电子天平、移液枪等设备仪器。 2. 供应商（中选中介服务机构，以下简称乙方）安排工作人员到采购人实验室的现场，实施开展检定/校准工作或现场带走仪器设备实施检定/校准后送返采购人，并出具具有法律效力的检定/校准证书。 3. 如甲方的仪器设备无法达到或满足实施检定/校准条件的，乙方不出具该仪器设备检定/校准证书，乙方不收取该仪器设备服务费。 具体仪器设备项目详见附件。
6	合同履行地点 和方式	合同签约后的 20 个工作日内。供应商（乙方）安排工作人员到采购人实验室仲恺高新区潼侨镇红岗排涝站内的现场，实施开展检定/校准工作或现场带走仪器设备实施检定/校准后送返采购人，并出具具有法律效力的检定/校准证书。
7	公开选取方式 和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价。 3. 计价标准：按实际完成的设备的单价据实结算。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为 20 个工作日，自合同生效之日起开始计算。

9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成（乙方在服务期限内提交检定/校准证书）后验收。</p> <p>2. 验收程序：甲乙双方共同验收，签署验收表或相关确认表。</p> <p>3. 验收标准：乙方向甲方出具具有法律效力的检定/校准证书（加盖资质章），每个仪器设备一份。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的，乙方进行整改并重新检定/校准。乙方三次整改不合格的，视为乙方违约。</p>
10	结算方式	<p>一次性付款。</p> <p>1. 本项目合同总额（最高限价）29695元（以实际成交价为准）。</p> <p>2. 乙方完成计量器具（仪器设备）检定/校准且服务项目经甲方验收合格后，乙方应按甲方要求的格式向甲方提供完整、有效的请款资料，并按合同价格提供足额、合法、有效的普通发票（或增值税发票）。</p> <p>3. 甲方在收到乙方符合要求的请款资料后30日内，负责向财政部门提交支付申请，向乙方支付合同总金额29695元（以实际成交价为准），并积极跟进审批流程。双方理解并确认，本项目款项来源于财政资金，最终的项目款项支付以财政资金落实为准。</p> <p>3. 项目按实际完成检定/校准并通过甲方验收的设备的单价据实结算。最终结算价格不超过合同总价。</p>
11	违约责任	<p>1. 乙方提供的服务不符合合同要求的，乙方应在甲方提出要求后7个工作日内提供合格的服务或文件。</p> <p>2. 甲方到期无正当理由拒绝办理支付服务款项手续的，则每日按本合同总价的3%向乙方支付违约金。</p> <p>3. 乙方未能按本合同的约定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同服务金额的1%向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，并由乙方承担给甲方造成的经济损失。</p> <p>4. 乙方未经甲方同意将工作内容转包分包的，甲方有权暂停乙方工作或者解除合同，要求乙方退还甲方已付款项并向甲方赔付合同总金额20%的违约金，期间造成人员伤亡、财产损失的由乙方承担全部责任。</p> <p>5. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。</p>

12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。
13	备注	<p>1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。</p> <p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。</p>
14	附件	实验室仪器设备列表

## 附件 实验室仪器设备列表

序号	名称	编号	品牌	规格型号	数量 (个)	备注
1	气相色谱仪	ZKJC-025	安捷伦	7890B	1	2楼
2	气相色谱仪	ZKJC-026	安捷伦	7890B	1	2楼
3	全自动氮吹仪	ZKJC-052	新锐科技	NE-24 basic	1	2楼
4	氮吹仪	ZKJC-031	屹尧	NS-10	1	2楼
5	多功能食品安全分析仪 (农药残留测定仪)	ZKJC-046	深圳雷杜	SF-510	1	2楼
6	纯水机	ZKJC-004	上海乐枫生物有限公司	Direct-Pure UP	1	2楼
7	纯水机	CS-02	艾科普	AWL-1001-M	1	3楼
8	电子天平(百分之一)	ZKJC-023	常熟市双杰测试仪器厂	JJ200(2181)	1	2楼
9	电子天平(百分之一)	ZKJC-053	永康市怡先电子	YX30002	1	2楼
10	电子天平(十万分之一)	ZKJC-060	梅特勒-托利多	Xsr205	1	2楼
11	电子天平(百分之一)	TP-02	常熟市双杰测试仪器厂	JJ200	1	3楼
12	电热鼓风干燥箱	GZ-01	上海浦东荣丰科学仪器有限公司	DHG-9070A	1	3楼
13	干热灭菌(消毒)箱	MJ-01	上海森信实验仪器有限公司	GRX-02A	1	3楼
14	立式压力蒸汽灭菌器	MJ-02	上海博迅实业有限公司医疗设备厂	BXM-30R	1	3楼
15	立式压力蒸汽灭菌器	MJ-03	美国致微仪器公司	GR60DA	1	3楼
16	电热恒温培养箱	PY-01	上海浦东荣丰科学仪器有限公司	DHP-9162BS	1	3楼
17	智能型生化培养箱	PY-02	上海一恒科学仪器有限公司	LRH-500F	1	3楼
18	电热恒温水浴锅	SY-01	上海浦东英丰科学仪器有限公司	DK-S14	1	3楼
19	数显恒温水浴锅	SY-02	金坛市白塔金昌实验仪器厂	HH-1	1	3楼
20	酶标仪	MB-01	赛默飞世尔(上海)仪器有限公司	Thermo Multiskan FC	1	3楼
21	PH计	PH-01	上海仪电科学仪器股份有限公司	雷磁PHS-3C	1	3楼
22	匀浆机	ZKJC-034	IKA	T25	1	2楼
23	匀浆机	ZKJC-035	IKA	T25	1	2楼
24	漩涡振荡器	ZKJC-028	IKA	MS-3	1	2楼
25	漩涡振荡器	ZKJC-029	IKA	MS-3	1	2楼
26	冰柜	ZKJC-001	穗凌	BD-680	1	2楼
27	冰柜	ZKJC-003	海尔	BC/BD-202HT	1	2楼
28	冰箱	ZKJC-054	西门子	Bcd-605w	1	2楼
29	冰箱	ZKJC-056	西门子	Bcd-605w	1	2楼
30	冰箱	ZKJC-015	海尔	Bcd-205	1	2楼

序号	名称	编号	品牌	规格型号	数量 (个)	备注
31	冰箱	ZKJC-016	海尔	Bcd-205	1	2楼
32	冰箱	ZKJC-048	西门子	Bcd-610w	1	2楼
33	冰箱	BX-01	西门子	Bcd-610w	1	3楼
34	冰柜	BG-01	统帅	FCD161XTS	1	3楼
35	冰箱	BX-02	海尔	Bcd-205	1	3楼
36	冰箱	BX-03	海尔	Bcd-205	1	3楼
37	低温冰箱	BX-05	海尔	BIO-MEDICAL	1	3楼
38	冰箱	BX-06	西门子	Bcd-605w	1	3楼
39	冰箱	BX-07	西门子	Bcd-605w	1	3楼
40	冰箱	BX-08	西门子	Bcd-605w	1	3楼
41	温湿度表（挂壁式）	wsd-001至 wsd-008	天津凤洋仪器仪表工贸有 限公司	WS-1型	8	
42	冰箱报警温度计	bwd-001至 bwd-010	杭州德力西集团有限公司	DM-1016	10	
43	单道移液枪	-	-	-	12	
44	8道移液枪	-	-	-	2	
45	12道移液枪	-	-	-	2	
46	瓶口分液器	-	-	-	2	
47	容量瓶	-	-	-	10	
48	量筒	-	-	100ml-50ml	2	
49	刻度吸管	-	-	-	5	
50	砝码	ZKJC-060	江北汇通	E2等级标准砝码，每套 含1克、5克、10克、50 克、100克、200克各1个	1套	