

暨南大学附属口腔医院
(佛山市顺德区大良医院)

项目需求书

项目名称: 2026 年度放射诊疗设备防护性能检测及工作场所
防护检测



一、项目概况：

为严格落实国家职业卫生标准要求，规范放射诊疗管理，消除辐射安全隐患。本次检测需委托具备放射卫生技术服务资质的第三方机构实施，检测内容涵盖设备性能状态、机房屏蔽防护、辐射剂量水平及安全设施有效性等关键项目，确保检测结果符合标准限值要求。

二、供应商资格：

- 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织，并符合项目相关经营许可范围。
- 3. 本项目不接受联合体报名，不允许分包、转包。

三、采购内容及要求

1. 采购项目清单

序号	部门	设备名称	数量 (台)	所在场所
1	总院	数字化医用 X 射线摄影系统 (DR)	1	放射科 1 室
2		乳腺钼靶机	1	放射科 2 室
3		动态数字化医用 X 射线摄影系统 (DR)	1	放射科 3 室
4		全身 X 射线计算机体层摄影装置 (螺旋 CT)	1	放射科 CT 室
5		医用血管造影 X 射线机 (DSA)	1	放射科介入检查室



6		X 射线计算机体层摄影装置 (CT)	1	发热门诊 CT 室
7		移动 C 臂	1	手术 1 室
8		RAY 系列牙科 X 射线机	1	口腔科牙片 1 室
9		口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备	1	口腔科 CT1 室
10		口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备	1	口腔科 CT2 室
11		口腔颌面曲面体层 X 射线机	1	口腔科全景室
12		数字化厢式 X 射线机	1	体检车 X 光检查区
13	仁爱 门诊	口腔 X 射线机	1	口腔 CT 室
14		牙片机	1	牙片机室
15	五沙 门诊	数字化医用 X 射线摄影系统 (DR)	1	放射室

2. 检测时间：需在签订合同后，甲方提出检测需求后 5 个工作日内完成检测，检测后 15 个工作日内出具检测报告。

3. 项目预算：

项目最高限价 16500 元，超出预算报价视为无效报价。

