

# 项目采购需求

项目名称：梅州市五华生态环境监测站仪器校准/检定服务

## 一、服务内容和 service 要求

服务内容:本次采购服务内容为梅州市五华生态环境监测站仪器校准/检定服务，具体仪器设备清单详见附件 1。

服务要求:属于校准/检定的仪器设备由服务方提供校准/检定服务，出具校准/检定证书；属于强检的仪器（详见《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》2020 年第 42 号），由服务方分包（转委托）给具备相关资质的实验室出具检定证书。服务项目期间包含但不限于采购清单中所列仪器的检定/校准服务、仪器检定/校准涉及的仪器打包邮寄和运输服务、仪器检定/校准证书的出具及邮寄服务以及其他各种服务，费用均由中选方负责。

## 二、资格（资质）要求

- (1) 符合中华人民共和国相关标准的要求。
- (2) 服务方必需具有国家或广东省质量技术监督局颁发的《计量认证资质证书（CMA）》，具有中国合格评定国家认可委员会《实验室认可证书》，《营业执照》，且证书需在有效期内。
- (3) 参与计量检定的人员必须符合《计量检定人员管理办法》。
- (4) 在中国政府采购网无严重违法失信行为；在信用中国网无行政处罚。

### 三、服务金额和公开选取方式

(1) 服务金额：¥23000 元-28000 元

(2) 公开选取方式：方案择优选取。

### 四、服务时限及成果要求

(1) 本项目服务有效期为 2 个月，自合同生效之日起开始计算。本项目合同自双方盖章后生效。

(2) 本项目需在 2026 年 8 月 20 日前完成全部检定、校准、出报告等工作。

(3) 对于校准/检定不合格的仪器，出具不合格通知书。对于初次校准/检定不合格的设备，服务期限内服务方要对我站维修后的仪器再次提供校准/检定服务。

### 五、其他要求

有意向报名的单位须在规定时间内报名，并将报价表/单、营业执照等资料盖章扫描发送至邮箱，纸质资料快递或递交至梅州市五华生态环境监测站。快递或递交地址：梅州市五华县水寨镇华侨直街环保大楼；收件人：曾庆平；联系方式：13549198858；邮政编码：514400；邮箱：mzwhhjjc@163.com。

梅州市五华生态环境监测站

2026 年 5 月 29 日



附件 1: 梅州市五华生态环境监测站需校准/检定仪器清单

序号	仪器名称	型号	数量(台)
1	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	明华 MH3300	1
2	汽车排气分析仪	福立 FLA-501	1
3	汽车排气分析仪	福立 FLB-100	1
4	便携式多参数分析仪	雷磁 DZB-718L	1
5	多功能声级计	爱华 AWA6228+	2
6	声校准器	AWA6221A	1
7	水质环境检测一体机	ZY-65	1
8	溶解氧测定仪	Pro 20	1
9	空气采样器	崂应 2020	1
10	空气/智能 TSP 综合采样器	崂应 2050	3
11	实验室 pH 计	PHSJ-4F	2
12	透射式烟度计	EMS-100P	1
13	便携式气体检测仪	TY2000-B 型	1
14	便携式林格曼黑度仪	MQY-300L	1
15	便携式溶解氧测定仪	JPBJ-610L	1
16	便携式溶解氧测定仪	JPB-607A	1
17	便携式环境 X、 $\gamma$ 剂量率监测仪	BG9512P	1
18	电磁辐射分析仪	SEM-600	1
19	个人剂量率仪	HY-20A	2
20	十万分之一分析天平	AUW120D ASSY	1
21	林格曼黑度仪	HL-80A	1

序号	仪器名称	型号	数量(台)
22	紫外烟气分析仪	MH3200A	1
23	环境振动分析仪	AWA6256B+	1
24	便携式流速流量仪	XY-JCM2	1
25	油烟直读检测仪	崂应 3040 型	1
26	手持式气体检测仪	崂应 2026 型	1
27	多量程孔口流量校准仪	崂应 7020A 型	1
28	便携式浊度计	LH-Z10A	1
29	手提式高压蒸汽灭菌器	SSX-24L-I	1
30	移液枪	-	6
仪器数量小计(台)			40