

恩平市人民医院 2025 年放射设备性能及 工作场所防护检测项目需求书

一、供应商（资质）要求

1、投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。其经营范围必须满足本项目要求，并已入驻中介服务超市。

2、投标人应当具有建设主管部门核发的放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价资质。

3、中介服务机构在信用中国和信用广东存在近两年内有失信行为记录的，项目业主有权取消该中选服务机构的报名和中选资格。

二、服务内容和 service 要求

项目概况：根据《放射诊疗管理规定》等相关法律法规要求，每年需要委托有资质的放射卫生技术服务机构对我院在用的 DR、CT 等设备进行放射设备的性能检测和工作场所放射防护检测，并出具符合相关技术要求的报告。

（一）服务类型：放射卫生技术服务

（二）服务内容：

按法律法规要求完成三台 DR、两台 CT、一台 DSA、一台乳腺机、一台移动 C 臂机的设备性能检测和工作场所放射防护检测，并出具符合国家规定的检测报告。

（三）服务要求：

技术服务机构应根据公开选取人提供的规则要点和有关资料规范、标准和有关规定，配备足够的专业人员按时完成相关服务内容，并出具相关的检测报告。

三、服务合同履行地点和方式

- 1、合同履行地点：恩平市人民医院
- 2、合同履行方式：服务机构中选后 5 个工作日内与我院签订合同。
- 3、服务方式：上门服务。

四、采购预算和公开选取方式

(一) 按照国家计委、国家环境保护局关于规范环境影响收费有关问题的通知【2002】125 号，本项目预算金额约 19000 元。

(二) 服务费用应包括为完成本项目规定的工作所承担的全部费用，包括但不限于税费、交通费等。

(三) 本项目采用直接选取方式确定中标单位。

五、服务时间

服务期：本项目服务期自合同签订起按项目实际施工期而定。本项目采购合同自双方盖公章后生效。

六、验收

- 1、验收时间：服务期结束后的 5 个工作日内进行验收。
- 2、验收方式：由采购人和供应商共同验收。
- 3、验收标准：按照放射诊疗设备性能检测和工作场所放射防护检测报告内容进行验收。
- 4、验收不合格的处理方式：出现不按采购人要求进行放射诊疗设备性能检测和工作场所放射防护检测合格报告时，视为验收不合格时，供应商按照采购人要求在 5 个工作日内整改完毕。

七、结算方式

一次性付款。项目服务双方共同验收合格后的 10 个工作日内，采购人向供应商一次性支付合同总金额的 100%。

八、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

九、解决争议方式

政府采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与法律法规和有关政府采购政策相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过仲裁的方式解决。

采购单位（公章）：恩平市人民医院

日期：2025 年 8 月 25 日

