

# 广东省大埔县农业农村局

## 采购需求书

根据实验室管理相关规定，大埔县农产品质量检验检测中心需要对一批实验器具进行校准，具体要求如下：

1、要求企业具备计量器具检定或校准资质，具有法定计量检定机构授权证书；

2、技术服务咨询内容根据服务对象的实际情况，结合相关实验室器具设备检定或者校准的规程和要求，确定咨询方案；

3、确定服务机构后，项目业主与机构签订合同书；

4、服务价格与付款方式

（1）服务费总额：根据检测中心采购小组决议本次检定校准费用为 2120 元，具体清单见下表（2025 年大埔县农产品质量检验检测中心需要检定/校准清单），项目费用包含器具检定或者校准、测试、运输、邮寄及其他费用在内的全包价，结算时按合同单价及实际完检器具数量（设备不合格退检不计费）据实结算支付；

（2）服务机构完成后，项目业主按照合同约定报请县财政，支付技术服务费并一次性付清；

（3）服务费不含因技术服务费产生的差旅费和工作餐

费。

附：《2025 年大埔县农产品质量检验检测中心需要检定/  
校准清单》



联系人：罗妍，邮箱：dabujiance@163.com

联系电话：18312389921

## 附件

### 2025 年大埔县农产品质量检验检测中心需要检定/校准清单

| 序号 | 仪器名称     | 型号(规格)                      | 数量    | 计量要求 | 备注            |
|----|----------|-----------------------------|-------|------|---------------|
| 1  | 百分之一电子天平 | YP30002                     | 1 台   | 检定   |               |
| 2  | 单道移液器    | 10-100ul                    | 1 把   | 校准   |               |
| 3  | 单道移液器    | 20-200ul                    | 1 把   | 校准   |               |
| 4  | 单道移液器    | 100-1000ul                  | 1 把   | 校准   |               |
| 5  | 单道移液器    | 1-5ml                       | 1 把   | 校准   |               |
| 6  | 单道移液器    | 2-10 mL                     | 1 把   | 校准   |               |
| 7  | 温湿度计     | 温度<br>-30-60℃, 湿度<br>0-100% | 8 支   | 校准   |               |
| 8  | 温度计      | -50-110℃                    | 6 支   | 校准   | 视实际冰箱数量增加或者删减 |
| 9  | 砝码       | 10g、20g、50g                 | 各 1 个 | 校准   | 以克为单位         |
| 10 | 瓶口移液器    | 0—50ml                      | 一个    | 校准   |               |
| 11 | 瓶口移液器    | 10 ml                       | 一个    | 校准   |               |

备注：计量要求是根据《国家强检计量器具目录》而确定的。