

台山市妇幼保健院 2026 年计量设备年度检定、 校准服务项目需求书

一、中介服务机构资格（资质）要求

- （一）具备提供计量器具校准服务资质。
- （二）具备提供计量器具检定服务资质。

二、服务内容和 service 要求

- （一）项目服务内容。

拟对我院 58 台计量设备进行 2026 年年度检定、校准服务。按照相关法律、法规的要求，完成台山市妇幼保健院计量设备年度检定、校准工作，并出具检测报告。计量设备情况见附件。

- （二）项目服务要求。

1. 中选单位对设备进行检定或校准(含出具证书的时间), 检定、校准检测的内容需符合国家相关标准和规范, 中选单位须对资质和证书的有效性负责, 需对检定、校准、检测结果负责, 负责对证书解释秋答疑, 指导选取单位做好证书确认等后续工作。

2. 如特殊原因无法及时安排我院设备检测的, 应提前通知我院, 并协调其他有检测资质的公司进行检测, 收费标准按照合同约定费用收费, 不可另行加收。

3. 检测完成后, 若有不符合项, 应及时向我院反馈, 我院完成整改后应及时安排工作人员到我院复检, 非设备及场

所重大整改的，应在复检后 5 个工作日内出具复检报告。

4. 双方签订合同时，需明确技术服务内容、范围、任务完成时限及双方的权利、义务和责任，同时明确所有参与本项目技术服务的技术人员情况，包括姓名、在本项目中所承担的工作内容等。

三、合同履行地点和方式

合同履行地点为广东省江门市台山市台城街道办事处顺安路 28 号-台山市妇幼保健院，合同履行的方式为按行业标准、国家标准履行。方式采取现场检测或送检。

四、采购预算和公开选取方式

（一）采购预算（人民币）：结合市场调节价，客观听力测试仪 1000 元/台，共 1 台；B 超诊断仪 162 元/台，共 5 台；数显混匀器检测检定费用 108 元/台，共 1 台；离心机 108 元/台，共 5 台；立式灭菌器 162 元/台，共 1 台；生物安全柜检测检定费用（不检高效过滤器）216 元/台，共 3 台，移液枪校准费用 34 元/台，共 13 台，温湿度计检测检定费用 34 元/台，共 27 台；旋涡振荡器 106 元/台，共 2 台；合计 4840 元。

（二）公开选取方式为一次报价竞价选取。

五、服务时间

按照合同双方约定。

六、结算方式

（一）报价要求

报价以人民币结算，报价总价为完成本项目所需费用的总和，包括本项目服务费用、相关人员支出费用、设备支出费用、税费等服务过程中可预见和不可预见的一切费用。采购人将不再支付其它任何费用。

（二）验收要求

采购人根据中选人的投标承诺及行业标准、国家标准验收。

（三）结算方式

合同价款按下列支付方式支付：在我院收到 2026 年年度全部检测合格的报告和等额有效发票后 30 个工作日内向供应商一次性付清项目费用。付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

七、解决争议方式

对于合同履行中出现的纠纷，双方协商解决，协商不成的，通过诉讼的方式解决。



附件 1:

序号	设备名称	规格/型号	厂家	数量	备注	到期时间
1	客观听力测试仪	FB11	德国麦科听力仪器公司	1		2026-03-25
2	超声诊断仪	P5 等		5		2026-03-25
3	数显混匀器	WZR-H6000	苏州时爱林医疗器械有限公司	1		2026-03-25
4	离心机	BY-4000A 等	北京白洋	5		2026-03-25
5	全自动立式内循环高压蒸汽灭菌器	LS-50HG	江阴滨江医疗设备有限公司	1		2026-03-25
6	生物安全柜	BSC-1100IIA2-X	济南鑫贝西	2	不检高效过滤	2026-03-25
7	洁净工作台	BBS-DDC	济南鑫贝西	1	不检高效过滤	2026-03-25
8	温湿度计	KTH-1	天津凯隆达	27		2026-03-25
9	移液器	各型号	北京大龙	13		2026-03-25
10	旋涡振荡器	VORIEX-5	海门市其林贝尔	2		2026-03-25