

化州市妇幼保健院医疗仪器检定校准服务采购需求书

一、采购需求一览表

序号	项目内容	数量	预算价（元）	服务期限
1	医疗仪器检定校准服务	1 批	32000	合同签订之日起 15 个工作日内

注：1.投标报价应包括计量年检清单内所有仪器检定、校准、测试、运输、交通费、出差费、食宿费、邮寄（含保价）、税费等一切完成本项目所需费用，采购人不再支付成交价以外的其它费用。

2.本采购项目设有采购预算价，中标供应商报价不得大于采购预算价，否则视为无效报价处理。

二、医疗仪器计量年检清单

序号	设备名称	规格型号	数量	备注
1	彩色超声诊断系统	EPIQ5	1	
2	彩色超声诊断系统	E10	1	
3	彩色超声诊断系统	HD15	1	
4	彩色超声诊断系统	F37	1	
5	彩色超声诊断系统	S20	1	
6	便携式超声诊断系统	OP-1100PLUS	1	
7	(AED)除颤仪	99403-0002241	1	
8	T-组合婴儿复苏器	RD900AZU	1	
9	(转运)呼吸机	Shangrila510	1	
10	除颤监护仪	BeneHeartD3	2	
11	便携式吸引器	斯曼峰 JX820D	2	
12	输液泵	HK-100I	3	
13	洗胃机	DXW-A	1	
14	吸痰机	7E-C	1	
15	微量注射泵		1	
16	电解质分析仪	KLITE6G/Au	1	
17	全自动生化分析仪	7180	1	
18	酶标仪	Multiskan FC	1	
19	生物安全柜	HR40-11A2	2	
20	水平旋转仪		1	
21	微量移液器		10	
22	三用恒温水箱	XMTD-8222	1	
23	冰箱		10	
24	双道微量注射泵	佳士比 F6	1	
25	婴儿培养箱	YP-90AB	8	
26	婴儿培养箱	YP-90	5	
27	婴儿培养箱	YP-970	4	
28	婴儿培养箱	YP-100	6	
29	婴儿辐射保暖台	HKN-93A	2	

序号	设备名称	规格型号	数量	备注
30	婴儿辐射保暖台	HKN-93B	3	
31	脉搏血氧饱和度测定仪	N-560	3	
32	双道微量注射泵	WZS-50F6	2	
33	双道微量注射泵	BeneFusionSP3 D	3	
34	黄疸治疗箱	XHZ	2	
35	双道微量注射泵	WZS-50F6	3	
36	双道微量注射泵	史密斯佳士比 F6	4	
37	脉搏血氧饱和度测定仪	10005941SG	3	
38	成人及儿童超声骨密度仪	SunlightMiomi	1	
39	冰箱		4	
40	冷库		1	
41	冰箱		2	
42	冰箱		2	
43	病人监护仪	GS20	1	强制检定免征
44	病人监护仪	IME-C8	1	强制检定免征
45	病人监护仪	GS20	1	强制检定免征
46	病人监护仪	IME-C8	1	强制检定免征
47	心电监护仪	MP5	1	强制检定免征
48	病人监护仪	MP5/M8105A	1	强制检定免征
49	病人监护仪	MP5/M8105A	1	强制检定免征
50	病人监护仪	MP5/M8105A	1	强制检定免征
51	病人监护仪	MP5/M8105A	1	强制检定免征
52	病人监护仪	MP5/M8105A	1	强制检定免征
53	病人监护仪	MP5/M8105A	1	强制检定免征
54	病人监护仪	MP5/M8105A	1	强制检定免征
55	病人监护仪	MP5/M8105A	1	强制检定免征
56	病人监护仪	MP5/M8105A	1	强制检定免征
57	生命体征检测仪	VS-800	1	强制检定免征
58	生命体征检测仪	VS-800	1	强制检定免征
59	生命体征检测仪	VS-800	1	强制检定免征
60	生命体征检测仪	VS-800	1	强制检定免征
61	生命体征检测仪	VS-800	1	强制检定免征
62	生命体征检测仪	VS-800	1	强制检定免征
63	生命体征检测仪	VS-800	1	强制检定免征
64	心电监护仪	PM-8000 EX press	1	强制检定免征
65	心电监护仪	PM-8000 EX press	1	强制检定免征
66	心电监护仪	PM-8000 EX press	1	强制检定免征
67	心电监护仪	PM-8000 EX	1	强制检定免征

序号	设备名称	规格型号	数量	备注
		press		
68	心电监护仪	PM-8001 EX press	1	强制检定免征
69	病人监护仪	PM-8000E	1	强制检定免征
70	便携式多参数监护仪	PM-8000	1	强制检定免征
71	监护仪	PM-	1	强制检定免征
72	监护仪（多参数麻醉心电）	Bene Vision N15	1	强制检定免征
73	监护仪（多参数麻醉心电）	Bene Vision N15	1	强制检定免征
74	监护仪	PM-	1	强制检定免征
75	病人监护仪	STAR8000F	1	强制检定免征
76	心电图机	ECG-1350P	1	强制检定免征
77	病人监护仪	AnyViewA2E	1	强制检定免征
78	病人监护仪	X10	1	强制检定免征
79	心电图机	科曼 CM1200B	1	强制检定免征
80	病人监护仪	AnyViewA3	1	强制检定免征
81	心电图机	科曼 CM1200B	1	强制检定免征
82	数字化乳腺 X 射线机	Senographe-Cr ystal Nova	1	强制检定免征
83	DR-胃肠一体机	RF-5000	1	强制检定免征
84	儿童监护仪	M8105A/M P5	1	强制检定免征
85	移动式医用诊断 X 光机	北京岛津 MUX-10J	1	强制检定免征
86	数字化 X 射线影像系统	DR 菲森 ATLAIM-IR-	1	强制检定免征
87	病人监护仪	iMEC10	1	强制检定免征
88	病人监护仪	PM-8000E	1	强制检定免征
89	心电监护仪	MP5/M8105A	1	强制检定免征
90	数字心电图机	ECG-1220	1	强制检定免征
91	电子血压计		1	强制检定免征
92	台式血压计		2	强制检定免征
93	电子血压计		4	强制检定免征
94	手动血压计		1	强制检定免征
95	血压计	3.0671096, 30671088, 30671088, 30671104, 28451182, 30731108280, 20051254909	7	强制检定免征
96	电子血压计		1	强制检定免征
97	儿童水银血压计		1	强制检定免征
98	壁式电子血压计	U80B	1	强制检定免征
99	壁式电子血压计	U80B	1	强制检定免征

三、服务要求

1. 属于强制检定免征部分的医疗仪器，由中标人协助采购人分批次送质量计量监督检测所进行检定，具体时间安排按质量计量监督检测所检定的时间为准，往返搬运费用已包含在投标报价中，由中标人支付。

2. 中标人应严格遵守时间安排执行本项目中除强制检定免征部分外的医疗仪器的检定或校准。

3. 中标人执行现场检定或校准的人员资质应提交采购单位审核，采购人有权要求更换检定或校准人员。检定或校准人员在现场校验期间应服从采购人的安排。

4. 中标人执行现场检定或校准的设备应提供校验合格证书，在执行现场检定或校准前由采购人审核。

5. 中标人应自行准备检定或校准用的相关设备器具，采购人不提供相关设备器具。

6. 检定或校准结果应以采购人规定或同意的标准进行判定且应有判定结论。

7. 现场检定或校准不合格的仪表，中标人须负责调校，如无法调校的，中标人应在采购人整改完成后，负责二次校验。二次校验的时间安排由采购人确定，中标人应无条件响应，不得收取采购人费用。

8. 对于现场检定或校准仪器，中标人应在完成校验工作后十个工作日内出具检定及校准证书；对于送检计量器具，中标人应在十五个工作日内完成校验工作并出具检定或校准证书。检定或校准证书中的仪器设备相关信息应按本单位提供或同意的信息填写，如不符合要求，采购人有权退回并要求修正后提供新证书，此过程产生的相关费用由中标人承担。

8. 中标人应对检定过程中发现的问题，及时与采购人进行沟通，必要时随时送回仪器给采购人进一步解决问题。

9. 本项目中的计量仪器须优先出具检定证书，若无相关检定规程则出具校准证书，部分仪器须同时出具检定及校准证书。

10. 因医疗设备具有特殊性，响应供应商应确保计量设备检定、结果准确、可信，并符合相关标准。由于计量检定、校准结果准确性引起的相关责任由中标人承担。

四、付款方式：

本项目的服务费用由采购人一次性支付。在本项目清单内的医疗仪器检定或校准完成并出具相应的报告书，且强制检定免征部分的医疗仪器全部协助采购人送检完成后，中标人按合同单价及实际完检仪器数量向采购人提供对账单，经采购人核对无误后，中

标人出具相应金额的正式发票，采购人在收到中标人提供的有效税务发票 30 个日历日内一次性支付。