

2026 年放射装置及场所检测服务需求书

序号	类别	内容
1	项目名称	2026 年放射装置及场所检测服务(2026 年本院未参与维保的放射装置一批年检)
2	项目预算	34900 元
3	服务地点	肇庆市第一人民医院
4	服务期限	签订合同之日起,10 天内完成所有项目检测并出具检测报告。
5	对中介服务机构的要求	1. 已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,合法运作的独立法人机构,且经营范围必须满足本次公开选取范围。(在响应方案中提供有效的营业执照副本扫描件) 2. 具有放射卫生技术服务资质。(在响应方案中提供有效的资质证书扫描件) 3. 具备 CMA 资质,附表包含本次需求对应的放射检测项目。(在响应方案中提供有效的资质证书扫描件)



6	服务内容和 服务要求	 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871-2002、《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020、《放射治疗放射防护要求》GBZ 121-2020、《核医学放射防护要求》GBZ 120-2020 等标准对放射设备及场所进行检测并出具检测报告，设备及场所清单如下： <table><tr><th>序号</th><th>设备名称</th><th>型号</th><th>室间</th><th>机器性能检测</th><th>场地防护检测</th></tr><tr><td>1</td><td>后装治疗机</td><td>MicroSelectron V2</td><td>后装机室</td><td>1 次</td><td>1 次</td></tr><tr><td>2</td><td>——</td><td>——</td><td>CT7 室 (针对粒子植入的检测)</td><td>——</td><td>1 次</td></tr><tr><td>3</td><td>——</td><td>——</td><td>介入病房 (7015 病房)</td><td>——</td><td>1 次</td></tr></table>	序号	设备名称	型号	室间	机器性能检测	场地防护检测	1	后装治疗机	MicroSelectron V2	后装机室	1 次	1 次	2	——	——	CT7 室 (针对粒子植入的检测)	——	1 次	3	——	——	介入病房 (7015 病房)	——	1 次
序号	设备名称	型号	室间	机器性能检测	场地防护检测																					
1	后装治疗机	MicroSelectron V2	后装机室	1 次	1 次																					
2	——	——	CT7 室 (针对粒子植入的检测)	——	1 次																					
3	——	——	介入病房 (7015 病房)	——	1 次																					
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：服务金额。																								
8	结算方式	所有项目检测完成检测并出具检测报告后 30 个工作日内一次性全款付清。																								
11	响应方案编制要求	响应方案应按以下目录进行编制： 1. 报价表（报价表应包含项目名称、报价、公司名称及联系人电话，格式自拟）																								



	2. 公司相关证件（营业执照等） 3. 拟投入人员情况（提供人员名单及相关资质证书） 4. 采购需求响应承诺函（须承诺对本需求书的全部内容进行响应，格式自拟） 5. 同类项目业绩（提供 2023 年 1 月 1 日以来的同类项目业绩一览表，须提供中选通知书或协议合同关键页作为证明材料） 6. 提供与本项目相关的服务方案及佐证材料（格式自拟） 备注：本目录供作参考，报名机构可根据实际作相应调整，但应至少包含本目录内容）
--	--