

放射诊疗设备年度性能及辐射防护检测 服务项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	广州市干部和人才健康管理中心放射诊疗设备年度性能及辐射防护检测服务项目采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：广州市干部和人才健康管理中心 地址：广州市黄埔区长岭路 109 号 联系电话：丘炜 联系人：13600452348。
3	中介服务名称	广州市干部和人才健康管理中心放射诊疗设备年度性能及辐射防护检测服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求： ①具备独立法人资格，持有有效的 CMA 检验检测机构资质认定证书。 ②具备放射卫生技术服务资质，检测能力范围包含医用 DR、CT、乳腺机、骨密度仪、胃肠机等放射诊断设备质量控制及场所辐射防护检测。 ③检测仪器经计量检定合格，检测人员持证上岗，具备同类医院放射设备年度检测服务



		经验。 ④近三年无违规处罚、无弄虚作假检测记录，信誉良好。 2. 需要回避的机构：无。
5	服务内容和服 务要求	供应商需按国家现行标准，对上述 7 台设备分别开展设备质量控制性能检测及机房辐射防护检测，具体内容如下： 1、设备性能质控检测：依据对应设备国标、行标开展整机质量控制检测，包含剂量性能、图像质量、重复性、稳定性、关键参数符合性等全部必检项目，确保设备诊断性能符合临床使用及质控标准。 2、工作场所辐射防护检测：对各设备机房、操作间、观察窗、防护门、墙体缝隙、周边环境、上下楼层等区域开展环境辐射剂量检测，评估机房屏蔽防护达标情况，排查辐射泄漏隐患。 3、对检测不合格项出具整改意见，提供技术指导，复检直至达标。 4、每台设备单独出具完整、合规、可用于卫健部门检查及放射诊疗许可证校验的正式检测报告。

6	合同履行地点和方式	1. 提供服务的时间： ①第一批次（检测到期：2026 年 8 月 20 日）需在 8 月 20 日前完成全部检测并出具报告： 1. X 射线双能骨密度仪 2. 联影 uCT530 CT 机 ②第二批次（检测到期：2026 年 12 月 20 日）需在 12 月 20 日前完成全部检测并出具报告： 1、DR 机 2、乳腺机 3、二区西门子 CT 4、胃肠机 5、256 排 CT。 2. 提供服务的地点：广州市干部和人才健康管理中心内。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价（本项目最高限价 2.2 万元，最低限价 2 万元）。
8	服务时间	1、第一批次 2 台设备：2026 年 8 月 20 日前完成现场检测并出具正式报告。 2、第二批次 5 台设备：2026 年 12 月 20 日前完成现场检测并出具正式报告。

大健



401125

		3、接到院方检测通知后 3 个工作日内安排进场检测，检测完成后 7 个工作日内出具全套正式检测报告。
9	验收	1、每台设备分别提供：设备性能质控检测报告 + 机房辐射防护检测报告（含 CMA 资质盖章）。 2、所有报告纸质版一式贰份、电子版 PDF 全套归档交付。 3、报告数据真实、结论合规，可顺利通过卫生健康行政部门、年度校验及日常督查。
10	结算方式	合同签订预付 30%；完成 7 台设备性能及防护检测、全部资料交付完毕后支付剩余 70%。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支

		付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。
13	备注	1、检测过程严格遵守医院院感及安全管理规定，服从科室安排。 2、若因报告不规范、数据不合格导致无法通过监管检查，供应商须免费重新检测、无偿整改直至合格。 3、服务周期内提供免费放射防护质控技术咨询，配合医院完成各类检查迎检工作。

