

仪器检定校准需求表

序号	名称	规格型号	出厂编号	检定/校准参数	最近检定日期	下次检定日期	备注
1	紫外可见分光光度计	L6S	77319010119050000	根据检定规程检定/校准，至少应检定/校准 B 段波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、基线平直度、杂散光	2025. 05. 09	2026. 05. 08	
2	紫外可见分光光度计	T6200S	YH21202506021	根据检定规程检定/校准，至少应检定/校准 B 段波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、基线平直度、杂散光	2025. 11. 21	2026. 11. 20	
3	PH 计	FE-28	B947634443	根据检定规程检定/校准，包括电计检定与整机检定，需检温度；pH 测定误差需≤0.05	2025. 05. 09	2026. 05. 08	
4	PH 计	PHS-3E	600710N0017010157	根据检定规程检定/校准，包括电计检定与整机检定，需检温度；pH 测定误差需≤0.05	2025. 05. 09	2026. 05. 08	
5	电导率仪	雷磁 DDS-307A	610610N001810034	根据检定规程检定/校准，需检温度 第四版要求：误差≤±1%	2025. 05. 09	2026. 05. 08	
6	电导率仪	DDS-11A	353	根据检定规程检定/校准，需检温度 第四版要求：误差≤±1%	2025. 05. 09	2026. 05. 08	
7	恒温恒湿称重系统	RG-AWS	RGAWS10126	按照检定规程检定/校准，检外观，温度偏差，温度均匀度，温度波动度，湿度偏差，湿度均匀度，湿度波动度。温度：20℃，湿度：50%RH	2025. 05. 09	2026. 05. 08	
8	万分之一电子天平	BSA224S-CW	36391900	按照检定规程检定/校准，按天平量程全覆盖。检外观检查，偏载误差，重复性，示值误差，零置准确度，除皮称重	2025. 05. 08	2026. 05. 07	
9	万分之一电子天平	BSA224S-CW	25292823	按照检定规程检定/校准，按天平量程全覆盖。检外观检查，偏载误差，重复性，示值误差，零置准确度，除皮称重	2025. 05. 09	2026. 05. 08	

序号	名称	规格型号	出厂编号	检定/校准参数	最近检定日期	下次检定日期	备注
10	电子天平	CPA225D	27090325	按照检定规程检定/校准，按天平量程全覆盖。检外观检查，偏载误差，重复性，示值误差，零置准确度，除皮称重	2025.05.08	2026.05.07	
11	电子天平（恒温恒湿称重系统）	PT-104/55S	23015522	按照检定规程检定/校准，按天平量程全覆盖。检外观检查，偏载误差，重复性，示值误差，零置准确度，除皮称重	2025.05.09	2026.05.08	
12	全自动流动注射仪总磷模块	BDFIFA-8000	80006907220 9140260	按照检定规程检定/校准，检外观，波长示值误差，测量线性，测量重复性，检出限	2025.05.09	2026.05.08	
13	全自动流动注射仪氨氮模块	BDFIFA-8000	80007009230 4190394	按照检定规程检定/校准，检外观，波长示值误差，测量线性，测量重复性，检出限	2025.05.09	2026.05.08	
14	全自动流动注射仪挥发酚模块	BDFIFA-8000	80007003230 4140830	按照检定规程检定/校准，检外观，波长示值误差，测量线性，测量重复性，检出限	2025.05.09	2026.05.08	
15	全自动流动注射仪氰化物模块	BDFIFA-8000	80007006230 5250846	按照检定规程检定/校准，检外观，波长示值误差，测量线性，测量重复性，检出限	2025.05.09	2026.05.08	
16	COD 快速测定仪	连华 5B-3C (V8)	18B3C83MC64 3	按照检定规程检定/校准，检外观及常规要求，温度示值误差，温场均匀性，消解时间示值误差，示值误差，重复性，稳定性	2025.05.08	2026.05.07	
17	COD 快速测定仪	LH-T610	24BT6109047	按照检定规程检定/校准，检外观及常规要求，温度示值误差，温场均匀性，消解时间示值误差，示值误差，重复性，稳定性	2025.05.08	2026.05.07	

序号	名 称	规格 型号	出厂 编号	检定/校准参数	最近检定日 期	下次检定日 期	备注
18	PH 计	PHBJ-260	601821NB002 4010019	根据检定规程检定/校准, 包括电计检定与整机检 定, 需检温度; pH 测定误差需≤0.05	2025.05.09	2026.05.08	
19	PH 计	PHBJ-260	601821NB002 4010026	根据检定规程检定/校准, 包括电计检定与整机检 定, 需检温度; pH 测定误差需≤0.05	2025.05.09	2026.05.08	
20	便携式 PH 计	PHBJ-260	601806N0016 120007	根据检定规程检定/校准, 包括电计检定与整机检 定, 需检温度; pH 测定误差需≤0.05	2025.05.09	2026.05.08	
21	便携式 PH 计	PHB-5	602724NB025 070089	根据检定规程检定/校准, 包括电计检定与整机检 定, 需检温度; pH 测定误差需≤0.05	2025.11.21	2026.11.20	
22	溶解氧测定仪	YSIPR020	19F101454	根据检定规程检定/校准, 需检温度	2025.07.15	2026.07.14	
23	溶解氧测定仪	YSIPR020	18J101175	根据检定规程检定/校准, 需检温度	2025.05.09	2026.05.08	
24	便携式多功能 水质参数仪 (PH、溶解氧、 电导率)	ProQuatro	23D101553	检 pH、溶解氧、电导率、温度模块; pH 测定误差 需≤0.05	2025.07.15	2026.07.14	
25	便携式电导率 仪	DDBJ-350F	611721N0023 110007	根据检定规程检定/校准, 需检温度	2025.05.09	2026.05.08	
26	2030 智能大气 综合采样器	雷博 2030 型	201106586	根据检定规程检定/校准	2025.05.09	2026.05.08	
27	空气采样器-4	崂应 2020	J03291572	根据检定规程检定/校准	2025.05.09	2026.05.08	
28	智能中流量总 悬浮颗粒物采	TH-150F	401701004	根据检定规程检定/校准	2025.05.09	2026.05.08	

序号	名 称	规格 型号	出厂 编号	检定/校准参数	最近检定日期	下次检定日期	备注
29	智能中流量总悬浮颗粒物采	TH-150F	401701019	根据检定规程检定/校准	2025. 05. 09	2026. 05. 08	
30	自动烟尘/气测试仪	崂应 3012H 型	A08905400X	按计量单位的检定规程，至少要进行：外观、流量示值误差、抽气能力、流量稳定性、气密性、计时误差、温度示值误差、动压力示值误差、静压力示值误差、流量计前压力示值误差、绝缘电阻、压力零点漂移、等速跟踪响应时间。	2025. 05. 09	2026. 05. 08	
31	崂应 3012H 自动烟尘/气测试仪	3012H	A11104082	按计量单位的检定规程，至少要进行：外观、流量示值误差、抽气能力、流量稳定性、气密性、计时误差、温度示值误差、动压力示值误差、静压力示值误差、流量计前压力示值误差、绝缘电阻、压力零点漂移、等速跟踪响应时间。	2025. 05. 09	2026. 05. 08	
32	声级计	AWA6228+	00314397	按照检定规程检定/校准	2025. 8. 14	2026. 08. 13	
33	声级计	AWA6228+	00324627	按照检定规程检定/校准	2025. 07. 16	2026. 07. 15	
34	声级计	AWA6228	102842	按照检定规程检定/校准	2025. 07. 16	2026. 07. 15	
35	声级计	AWA6228	104573	按照检定规程检定/校准	2025. 08. 14	2026. 08. 13	
36	声级计	AWA6228	104571	按照检定规程检定/校准	2025. 07. 16	2026. 07. 15	
37	表层水温计	(-6~40) /0.1	24	根据检定规程检定/校准	2025. 05. 20	2026. 05. 19	
38	工作用玻璃液体温度计	(0-100)℃ /1℃	BL001	根据检定规程检定/校准	2025. 07. 15	2026. 07. 14	

序号	名 称	规格 型号	出厂 编号	检定/校准参数	最近检定日 期	下次检定日 期	备注
39	工作用玻璃液 体温度计	(0-100)℃ /1℃	BL003	根据检定规程检定/校准	2025.07.15	2026.07.14	
40	便携式浊度计	WZB-176E	671700N0024 020049	按照检定规程检定/校准，检外观，仪器零点漂移，仪器示 值稳定性，仪器重复性，仪器示值误差	2025.05.08	2026.05.07	
41	塞氏盘(透明 度计)		SSP-01	校准刻度	2025.07.14	2026.07.13	
42	测烟望远镜	DW-10	063	根据检定规程检定/校准	2025-05-16	2026-05-15	
43	海尔冰箱	BDC-215ADL	BK0BA008Y00 BJA940255	-20、15、0、4、8℃	2025.05.08	2026.05.07	
44	维仕美冰箱		4950306-239	-20、15、0、4、8℃	2025.05.08	2026.05.07	
45	美的冰箱	BCD-532WKPM (ZG)	511310A1371 4A111220369	-20、15、0、4、8℃	2025.05.08	2026.05.07	
46	美的冰箱	BCD-532WKPM (ZG)	511310A1371 49121221148	-20、15、0、4、8℃	2025.05.08	2026.05.07	
47	先科冰箱	BD/BC-65	221104067	-20、15、0、4、8℃	2025.05.08	2026.05.07	
48	大容量车载冰 箱（带温控、 拖行）	FYL-YS-60L	/	-20、15、0、4、8℃	2025.11.21	2026.11.20	

序号	名 称	规格 型号	出厂 编号	检定/校准参数	最近检定日 期	下次检定日 期	备注
49	大容量车载冰 箱（带温控、 拖行）	FYL-YS-60L	/	-20、15、0、4、8℃	2025.11.21	2026.11.20	
50	机械式温湿度 表	JWS-A2	1504920010	温度：10、25、35℃ 湿度：30、50、70、90%RH	2025.05.16	2026.05.15	
51	机械式温湿度 表	JWS-A2	1504920078	温度：10、25、35℃ 湿度：30、50、70、90%RH	2025.05.16	2026.05.15	
52	机械式温湿度 表	JWS-A2	1504920199	温度：10、25、35℃ 湿度：30、50、70、90%RH	2025.05.16	2026.05.15	
53	声校准器	AWA6221A	1002322	根据检定规程检定/校准	2025.07.14	2026.07.13	
54	声校准器	AWA6221A	1002323	根据检定规程检定/校准	2025.07.14	2026.07.13	
55	声校准器	AWA6021A	1030335	根据检定规程检定/校准	2026.01.	2026.12.	
56	智能高精度综 合标准仪	崂应 8040 型	2L01101549	根据检定规程检定/校准	2025.7.14	2026.7.13	
57	智能多参数消 解仪	连华 LH-25A	18B25AC1181	根据检定规程检定/校准	2025.05.08	2026.05.07	
58	生化培养箱	SPX-160L	0807074	HJ505:20±1℃	2025.05.08	2026.05.07	
59	生化培养箱	LRH-250	121120538	HJ505:20±1℃	2025.05.08	2026.05.07	
60	BOD 生化培养 箱	LH-PYX3M	18BPY3M8145	HJ505:20±1℃	2025.05.08	2026.05.07	

序号	名 称	规格 型号	出厂 编号	检定/校准参数	最近检定日 期	下次检定日 期	备注
61	水浴锅	DZKW-D	2B001	温度：25、90、100℃；且 100℃时的温度波动度和均匀度需 不超过 ±2℃	2025. 05. 08	2026. 05. 07	
62	电热恒湿水浴 锅	HWS-28	231201461	温度：25、90、100℃；且 100℃时的温度波动度和均匀度需 不超过 ±2℃	2025. 05. 08	2026. 05. 07	
63	电热恒温鼓风 干燥箱	DHG-910032	L-910032	GB/T 11901:103、105℃ HJ828:105℃ HJ399:120±2℃	2025. 05. 08	2026. 05. 07	
64	空盒气压表	DYM3	27181	按照检定规程检定/校准	2025. 5. 16	2026. 5. 15	
65	轻便三杯风向 风速表	FYF-1	06Q14442	按照检定规程检定/校准，检风向、风速、温度、 湿度、气 压	2025. 05. 16	2026. 05. 15	
66	电热式压力蒸 汽灭菌器	XFH-40CA		HJ636:压力 1. 1~1. 4kg/cm2;温度 120~124℃) GB/T11893:1. 1kg/cm2, 120℃	2025. 05. 08	2026. 05. 07	
67	移液枪	(1~5)mL	24594131	按照检定规程检定/校准	2025. 05. 15	2026. 05. 14	
68	移液枪	(100--1000) μL	24589111	按照检定规程检定/校准	2025. 05. 15	2026. 05. 14	
69	便携式离心机	BH-800	L26802502	按照检定规程检定/校准	2025. 11. 21	2026. 11. 20	
70	标准 COD 消解 仪	HD-SX12=AB	0536-222298 4	HJ399:165℃±2℃;160. 0℃	2025. 11. 21	2026. 11. 20	