

暨南大学附属顺德医院高压氧氧舱空气质 量检测服务需求书

一、项目概况

- (一) 项目名称：暨南大学附属顺德医院高压氧氧舱空气质
量检测服务项目
- (二) 项目地点：暨南大学附属顺德医院高压氧楼
- (三) 项目预算：本项目最高限价为人民币 6000 元（含税）
- (四) 项目检测清单：

序号	设备名称	设备型号	设备编号	所在场所	检测内容
1	医用空气 加压氧舱	YC25001-X	15-YC2680-04	高压氧楼	空气质量检测

二、项目要求

- (一) 检测单位具有国家相应的检测资质，可发符合国家标准
的相应检测证书，证书上具备相应的：CMA 标识。
- (二) 检测单位的检测技术依据：《氧舱安全技术监察规程》
（TSG 24-2015）压力介质质量要求，采样依据遵循
GB/T13277. 1-2023,GB/T13277. 2-2015,GB/T13277. 3-201
5,GB/T13277. 4-2015 等。
- (三) 检测项目至少包括：碳氢化合物、水、固体颗粒等。

(四) 如检测时遇设备故障或其他原因未完成检测，检测单位需待我院设备修复后择期再次进行检查，再次进行的检测无另外收费。

(五) 完成检测后，我院按检测单位的报价清单进行付款，无论什么原因造成的某台设备未能取得合格的检测报告，该台设备的检测费用我院无需支付。

三、服务时限

(一) 检测单位需在签订合同后七个工作日内完成检测。

(二) 检测单位需按照我院的检测时间要求安排工作，并于完成现场检测后2个工作日内向我院提交正式报告书，编制符合行政部门审查规范的检测报告。

四、报价与付款方式

(一) 报价方式：包干总价（含人工、设备、交通、报告编制、复测、税费所有费用）；

(二) 付款方式：合同签订后，检测单位按照我院需求完成检测并验收合格，检测单位提交正式报告，经我院确认，提交付款申请、合同原件后，90个工作日完成款项支付。

暨南大学附属顺德医院

（佛山市顺德区第二人民医院、
佛山市顺德区冯尧敬纪念医院）

2026年7月8日