

开平市中医院放射诊疗设备性能、辐射工作场所及个人剂量监测项目需求书

按照放射防护管理条例要求，每年进行对放射设备性能检测、对辐射工作场所防护检测和对放射人员进行个人剂量监测。本院将按规定选取具有相应资质的放射卫生技术服务机构，委托开展放射卫生检测服务，具体要求如下：

一、放射卫生技术服务机构资质要求

1、已在中华人民共和国境内注册，在法律上、财务上独立，具有独立承担民事责任能力。

2、具备《放射卫生技术服务机构资质证书》，资质等级为乙级或以上，并入驻广东省网上中介服务超市，且经营范围必须满足放射卫生检测服务。

3、无违法违规行爲及失信行爲记录。

4、本项目不接受联合体承担该项服务，且服务机构不得以任何方式转包或分包本项目。

二、服务内容和要求

1、项目名称：2026 年开平市中医院放射诊疗设备性能、辐射工作场所及个人剂量的监测项目

2、服务内容：

（1）12 台放射诊疗设备性能、辐射工作场所检测（防护检测）
（如下表）

序号	名称	所在院区	性能检测	防护检测
1	CT	西郊院区	√	√
2	DR	西郊院区	√	√
3	CT	新昌院区	√	√
4	DR	新昌院区	√	√
5	数字胃肠机	新昌院区	√	√
6	C 臂机	新昌院区	√	√
7	移动 DR	新昌发热门诊	√	√
8	CT	新昌发热门诊	√	√
9	DR	港口院区	√	√
10	口腔全景机	港口院区	√	√
11	口腔 CT	港口院区	√	√
12	牙片机	港口院区	√	√

(2) 个人剂量监测: 28 个工作人员+5 本底一年的个人剂量监测, 并每一季度出具符合国家相关要求的法定报告。

(3) 人员要求: 负责本项目的班子必须健全, 具有较强的技术队伍和相应经验, 熟悉相关流程, 配备人员须具有放射卫生技术服务人员资格证。

(4) 中选机构须根据有关法律法规进行科学检测, 向采购单位提供数据全面、分析科学、结论正确的检测报告, 对其质量负责, 并配合选取单位送审工作。

(5) 若中选后发现检测专业服务人员不符合要求的或者不能完全满足所需服务要求的, 或在服务过程中存在违法违规行为或损害选取单位利益的, 直接取消其中选资格, 并将其列入中介超市“黑名单”总, 本项目将重新选取机构。

三、合同履行地点和方式

1、地点: 开平市中医院。

2、方式: 上门服务。

四、采购预算和选取方式

- 1、采购预算：本项目预算金额为人民币 17750 元。
- 2、选取方式：广东省网上中介服务超市-直接选取。

五、服务时间

1、放射诊疗设备性能、辐射工作场所检测（防护检测）：须自合同生效之次日起开展工作，在 2 日历天内上报实施方案，确认方案后，需 7 日历天内完成检测，于 10 日内出具数据全面、分析可选、结论正确的检查报告。

2、个人剂量监测服务时间：一年，并每一季度出具符合国家相关要求的法定报告。

六、验收

检测报告须符合国家、行业与广东省现行放射防护相关法律、法规、政策以及技术标准、规范、规程，且须通过项目当地相关主管部门的验收要求。如验收不合格，需在 5 日内进行整改完毕，否则，赔偿采购人损失，依法解除合同。

七、结算方式

原则上分如下两次支付：第一次在服务单位完成放射诊疗设备性能与辐射工作场所检测后支付中标价 70%，第二次在服务单位完成 1 年的个人剂量监测后支付中标价 30%。

八、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者按合同赔偿损失等违约责任。

九、解决争议方式

对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决，协商不成的，通过诉讼的方式解决。

