

# 项目业主采购需求书编制建议

说明：1. 本文件仅供参考。项目业主应根据法律法规的规定、中介服务的行业管理规定和项目实际情况拟定采购需求。

2. 项目业主应详细列出采购需求的各项内容，使中介服务机构全面、准确理解采购需求、计算投报价格和提出响应方案。

3. 本文件仅适用于广东省网上中介服务超市“方案择优选取”方式。

	类别	建议
1	名称	2026 年伦教医院放射诊疗设备防护性能检测及工作场所防护检测项目采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：佛山市顺德区伦教医院 地址：佛山市顺德区伦教街道新城路 1 号 联系人：吴先生 联系电话：0757-27729985
3	中介服务名称	放射卫生技术服务。
4	对中介服务机构的资质要求	1. 供应商应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期； 2. 已在广东省网上中介服务超市完成备案，具备《放射卫生技术服务机构资质证书》，资质等级为乙级或以上。 3. 无需要回避的机构（与本项目建设单位、

		施工单位无直接利害关系)。不得超出法律法规和行业管理规定的要求。
5	服务内容和 服务要求	<p>1、根据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》等法规和规定对我医院的 12 台放射设备性能检测和机房进行性能检测、防护检测（具体设备清单详见附件一）并按要求派出专业人员到现场检测，检测完成后出具 CMA 或 CNAS 资质检测报告（根据要求提供纸质版检测报告一式两份、电子版检测报告），具体检测设备、场所以现场实际为准。</p> <p>2、检测报告中设备名称、生产厂家等信息与该设备铭牌一致。</p> <p>3、对更换或维修重大配件（球管等配件）后的放射诊疗设备提供免费复检，直至合格，在复检合格后 5 天内出具复检报告。</p> <p>4、从检测完成之日起，5 天内提供检测报告（含纸质版与电子版）。</p> <p>5、检测完成后，如有不符合项，应立即向我院反馈，我院完成整改后安排免费复检，直至合格。涉及复检的设备，应在复检合格后 5 天内出具复检报告。</p>

		<p>6、与我院提前沟通现场检测服务时间并完全配合我院时间要求。</p> <p>7、成交供应商需对我院所提供的资料及在执行本项目过程中所获得的采购人商业秘密负有保密义务，未经采购人同意不得向任何第三方泄漏，也不得进行披露。</p> <p>8、服务费用包括服务人员劳务费、餐费、设备支出、报告费用、复检费、过路费、油费、邮费、税费等服务过程中可预见和不可预见的一切费用。</p>
6	合同履行地点和方式	<p>1. 地点：佛山市顺德区伦教医院</p> <p>2. 方式：中介服务商要将放射诊疗设备防护性能检测及工作防护检测有关文件资料送达本单位。</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报总价。</p> <p>3. 服务金额：上限：35000元，下限：27000元。</p>
8	服务时间	<p>本项目采购合同自双方签字盖公章后生效。</p> <p>本项目服务期为1年，自合同生效之日起开始计算。</p>
9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后验收。</p>

		<p>2. 验收程序：项目业主自行验收。</p> <p>3. 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国合同法》等法律以及项目实际情况确定。</p>
10	结算方式	<p>1. 一次性付款—完成检测报告并收到开具合规合法的发票后 15 日内付款。</p>
11	违约责任	<p>当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。</p> <p>当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p> <p>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。</p> <p>当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。</p>
12	补充合同和	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后</p>

	<p>解决争议方式</p>	<p>可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，可通过提交佛山市顺德区人民法院诉讼解决。</p>
<p>13</p>	<p>备注</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介机构应当根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定自行拟定合同。</li> <li>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-13）。</li> <li>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。</li> </ol>

附件一：

### 佛山市顺德区伦教医院放射设备台帐

序号	设备名称	数量	单位	所在场所
1	数字化 X 射线系统	1	套	放射科 1 号室
2	飞利浦 DR	1	套	放射科 2 号室
3	双能 X 线骨密度测量仪	1	套	放射科 4 号室
4	X 线计算机体层摄影设备	1	套	放射科 5 号室
5	东芝 CT 机	1	套	放射科 6 号室
6	数字化医用 X 射线摄影系统	1	套	放射科 7 号室
7	数字化移动式 X 射线机	1	套	放射科
8	高频移动式 C 形臂 X 射线机	1	套	住院部 4 楼手术 1 室
9	车载 DR	1	套	车牌号为粤 X27383 的体检车内
10	全景 X 射线机	1	套	口腔科全景机机房
11	口腔颌面锥形束计算 机体 层摄影设备	1	套	口腔科 CBCT 机房
12	数字乳腺 X 射线摄影系统	1	套	放射科钼钯机房