

东莞市松山湖中心医院

放射设备性能、防护年度检测需求

一、项目内容及需求：

- 1、内容：放射设备性能、防护年度检测服务；
- 2、数量：24 台；
- 3、服务期：1 年；
- 4、预算总价（人民币）：2.115 万元。

二、设备名细：

品牌	设备名称	型号	设备编号	所在场所
美国 GE	全数字化乳腺 X 射线机	Spenographe 2000 D	Q2111301	医学影像科
航卫通用电气	磁共振成像系统	Signa Creator	Q2142103	医学影像科
芬兰 PaloDEx Group Oy	口腔 X 射线数字化体层摄影设备	Pan eXam plus	Q2111107	医学影像科
北京岛津医疗器械有限公司	数字医用诊断 X 射线透视摄影系统	Uni-Vision	Q2113106	医学影像科
荷兰飞利浦	医用血管造影 X 射线系统	UNIQ FD20	Q2113205	医学影像科
日立医疗系统（苏州）有限公司	数字化移动式 X 射线机	Sirius Starmobil tiara-I(C)-Y	Q2111210	医学影像科
日立医疗系统（苏州）有限公司	数字化移动式 X 射线机	Sirius Starmobil tiara-I(C)-Y	Q2111211	医学影像科
西门子医疗系统有限公司	X 射线计算机体层摄影设备（128 排 CT）	SOMATOM Drive	Q2114105	医学影像科
德国西门子	医用血管造影 X 射线机（DSA）	Artis zee III ceiling	Q2113204	医学影像科
锐珂(上海)医疗器材有限公司	数字化医用 X 射线摄影系统	DRX-Compass A	Q2114305	医学影像科
西门子医疗有限公司	医用血管造影 X 射线机	Artis Q ceiling	Q2113206	医学影像科
北京万东医疗科技股份有限公司	医用血管造影 X 射线机	CG0-2100 Plus	Q2113207	医学影像科
西门子医疗有限公司	医用血管造影 X 射线机	ARTIS pheno	Q2113208	医学影像科
航卫通用电气医疗系统有限公司	X 射线计算机体层摄影设备	Revolution Maxim	Q2114107	CT 车
上海医疗器械厂	体检车 X 线透视机（遥控医用诊断 X 射线机）	XG5/125	Q2111302	体检车

奇目成像有限公司	移动式 C 形臂 X 射线机	Vision RFD 3D	N2111214	手术室
南京普爱医疗设备股份有限公司	移动式平板 C 形臂 X 射线机	PLX118F/a	N2111212	手术室
深圳市慧康医疗器械	体外冲击波碎石机	HK. ESWL-V	Y2286102	泌尿外科门诊
通用电气	SPECT-CT 机 (伽玛照相机)	Infinia VC Hawkeye4	AD114105	核医学科
医科达(英国)有限公司	医用直线加速器	Elekta Infinity	AC287104	肿瘤科
上海西门子	DR 机 (医用 X 射线摄影装置)	AXIOM Aristos vx PLUS	Q2114304	体检中心
岛津	移动式数字摄影 X 线系统	MUX-100DJ	Q2111209	急诊科
宁波蓝野医疗器械有限公司	牙科 X 射线机	RAY68 (M)	J2111108	口腔科
北京通用电气华伦医疗设备有限公司	移动式 C 形臂 X 射线机	OEC Elte CFDx Premier	AE111213	消化内镜中心

三、服务要求（“★条款”指招标文件中标注星号的实质性条款，供应商投标时必须完全满足这些要求，否则将导致废标或投标无效。）：

1、金额包含完成本次服务的全部费用，包括实施过程中的应预见和不可预见费用等完成任务的责任和义务、达到服务目的的一切费用。

★2、按要求完成国家规定各种检测，不合格设备性能、防护不出具报告。

★3、不限检测次数，直到医院放射设备性能、防护整改好，可以出正常报告为止。

4、须在检测周期到期前 15 日完成 24 台设备（详见设备清单）的性能及防护检测并出具检验报告。

5、如因医院方原因设备停用而不需要检测时，结算时扣除不需做检测设备的检测费用。

★6、检测单位具有独立法人资格，并具有国家相关部门颁发的相关资质证书(提供合法有效的营业执照复印件)。

★7、检测单位需具有广东省放射卫生技术服务机构乙级或以上资质

★8、检测单位必须通过 CMA 或 CNAS 认证。

★9、检测单位必须具有独立完成全部项目的的能力,不允许分包。

★10、检测单位需在原检测报告到期日期前 15 天内进行检测并提交合格的检测

报告给医院。