

东莞市东坑医院（含护理院）2026年计量检测服务项目需求书

一、项目基本信息

1. 项目名称：东莞市东坑医院（含护理院）2026年计量设备检测服务项目
2. 业主单位：东莞市东坑医院
3. 服务地点：采购人指定地点

二、服务内容及要求

1. 服务范围：对医院在用计量仪器设备提供检定/校准服务，包括但不限于需现场检测及实验室送检的仪器（具体以双方确认的仪器清单为准）。
2. 服务方式：采用上门检测和送检结合的方式，对数量较多、种类集中或固定不能搬运的仪器优先现场检测。
3. 能直接开展本项目强制检定工作的，须提供对应的计量标准考核证书（社会公用或授权计量标准）。
4. 不能直接开展强制检定的，须建立完善的强检协调机制，负责对接法定检定机构、跟踪进度、确保周期合规，并承担调度不当的全部责任。
5. 无论采取何种方式，均须保证所有强检目录内的计量器具按期完成检定，并出具合法有效的检定证书。

三、中介服务机构资质要求

1. 具备法定计量检定机构计量授权证书；
2. 具备实验室认可（CNAS）证书；
3. 具备社会公用计量标准证书。

四、服务人员要求

1. 主要工作人员：技术人员需具备注册计量师资格（其中一级注册计量师不少于1名，二级注册计量师不少于2名），负责检测、审核等工作；主要人员须在广东省网上中介服务超市系统入驻。
2. 辅助人员：配备不少于1名辅助人员，负责沟通协调、仪器接送等辅助工作，提供有效联系方式。

五、服务期限

自合同签订生效之日起20个工作日。



六、验收要求

- 1. 验收时间：服务完成，出具证书后即时验收。
- 2. 验收程序：由医院与中标机构共同验收。
- 3. 验收标准：符合国家计量技术规范。

七、结算方式

结算价均以实际检测台数计算，计量院发出缴款通知书双方确认后，并开具全额合格发票经医院财务审核无误，3个月内结清已检定/校准仪器费用，款项到后证书由医院自行取回。

八、违约责任

- 1. 任何一方不履行合同义务或履行不符合约定的，承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等责任。
- 2. 医院未按约定支付合同款的，中标机构有权要求支付。
- 3. 中标机构未按需求提供服务或服务质量不达标的，医院有权取消合同。

九、争议解决

合同履行中发生的纠纷，双方协商解决；协商不成的，通过仲裁方式解决。

十、其他

本需求书未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同不得违反《中华人民共和国合同法》及广东省网上中介服务超市相关管理制度。

十一、附设备清单

2026年东坑医院计量设备清单		
序号	设备名称	型号
1	肺功能仪	意大利SpirolabIII
2	肺功能仪	Quart PFT1意大利科时迈
3	声导抗仪	MD-6500
4	肌电图与诱发电位仪	NeuroCare-D1
6	心脏除颤监护仪	R Series
7	除颤仪	TEC-5531C日本光电
8	除颤监护仪	标准ZOLL美国
9	除颤仪	日本光电TEC-5521C型
10	除颤仪	日本光电TEC-5521C型



11	除颤监护仪	ZOLL 美国
12	除颤仪	TEC-5521C日本光电
13	除颤仪	TEC-5621日本光电
14	除颤仪	TEC-5621日本光电
15	除颤监护仪	光电TEC-5621
16	除颤监护仪	ZOLL (美国)
17	体外除颤监护仪	卓尔ZOLL M2
18	体外除颤监护仪	卓尔ZOLL M2
19	除颤监护仪	TEC-5621
20	除颤监护仪	TEC-5621
21	除颤监护仪	BeneHeart D3
22	除颤机	TEC-5521C日本光电
24	呼吸机	美国泰科PB840
25	转运呼吸机	美国 (纽邦/柯惠)
26	呼吸机 (有创)	840
27	呼吸机 (有创)	840
28	呼吸机 (有创)	840
29	呼吸机	Covidien
30	呼吸机	Covidien
31	呼吸机	PB760美国柯惠
32	呼吸机	纽邦e360
33	CPAP呼吸机 (儿 科专用)	嘉和美康 (斯蒂芬) CPAP B plus
34	呼吸机	CNX700S17飞利浦伟康
35	呼吸机	PB840美国柯惠
36	无创呼吸机	BIPAP A30 飞利浦
37	有创呼吸机	Trilogy 202 飞利浦
38	呼吸机 (转运)	维曼/德国 MEDUMAT Easy CPR
39	FLEXO无创呼吸机	凯迪泰ST25-H
40	高档呼吸机	V60飞利浦伟康
41	无创呼吸机	飞利浦/DreamStation Auto Bipap
42	呼吸机 (有创)	840
43	呼吸机 (有创)	840
44	呼吸机 (无创)	Stellar 150
45	呼吸机 (无创)	Stellar 150
46	呼吸机 (有创)	柯惠/爱尔兰 840
47	呼吸机 (有创)	柯惠/爱尔兰 840
48	急救呼吸机	9130万曼德国
49	急救呼吸机	德国万曼MEDUMAT-Easy-CPR
50	便携式呼吸机	九久信JIXI-H-100C
51	便携式急救呼吸 机	万曼MEDUMAT-Easy-CPR
52	转运呼吸机	AII6000B
53	转运呼吸机	AII6000B



54	呼吸机	康尔福盛
55	呼吸机（有创）	840
56	呼吸机（转运）	MEDUMAT Easy CPR
57	1号机（麻醉机）	深圳迈瑞A5
58	2号机（麻醉机）	深圳迈瑞A5
59	3号机（麻醉机）	德尔格Fabiuplus
60	4号机（麻醉机）	德尔格Fabiuplus
61	5号机（麻醉机）	迈瑞
63	医用超声诊断仪 超声源	DC-N3
64	医用超声诊断仪 超声源	M7 Series
65	医用超声诊断仪 超声源	GE
66	医用超声诊断仪 超声源	Voluson E8（新）
67	医用超声诊断仪 超声源	Voluson E8（旧）
68	医用超声诊断仪 超声源	Vivid E9
69	医用超声诊断仪 超声源	E95
70	医用超声诊断仪 超声源	Resona8 Elite
71	医用超声诊断仪 超声源	二郎神VISION
72	医用超声诊断仪 超声源	LOGIQ V5 GE
73	医用超声诊断仪 超声源	深圳迈瑞
75	胎儿监护仪（双 胞胎功能）	德国飞利浦 M2702A（FM20）
76	胎儿监护仪（双 胞胎功能）	德国飞利浦 M2702A（FM20）
77	胎儿监护仪（双 胞胎功能）	德国飞利浦 M2702A（FM20）
78	胎儿监护仪（双 胞胎功能）	德国飞利浦 M2702A（FM20）
79	胎儿监护仪（双 胞胎功能）	德国飞利浦 M2702A（FM20）
80	胎儿监护仪（双 胞胎功能）	德国飞利浦 M2702A（FM20）
81	胎儿监护仪（双 胞胎功能）	德国飞利浦 M2702A（FM20）
82	胎儿监护仪（双 胞胎功能）	德国飞利浦 M2702A（FM20）



83	胎监一拖四	
86	生物安全柜	BSC-1500 II B2-X
87	生物安全柜	BSC-1500IIB2-X（微生物室）
88	生物安全柜	BSC-1500II B2-X（pcr室）
89	全自动高压灭菌锅	雅马拓SQ810C
90	全自动高压灭菌锅	厦门致微GR85DP
91	可见分光光度计	722
92	紫外线可见光分光光度计	721G
93	电子天平	
94	离心机	血型卡
95	孵育箱	血型卡
96	干燥箱	
97	PH计	
98	水浴箱	
99	医用血液冷藏箱	海尔HXC-158 30号
100	低温保存箱	海尔-40度 21号
101	HYCD282C试剂冰箱	医用冰箱PCR走廊
102	BW-40L2782试剂冰箱	医用冰箱PCR走廊
103	血液冷藏箱	海尔HYX-158 3号（备）
104	生化培养箱	
105	隔水式电热恒温培养箱	
106	恒温培养箱	
107	二氧化碳培养箱	
108	鼓风干燥箱	
109	药品冷藏箱	沈设YY-300
110	药品冷藏箱	沈设YY-400
111	药品冷藏箱	沈设YY-400
112	药品冷藏箱	沈设YY-360
113	低温冷冻冰箱	美凌DW-FL-135
114	药品保存箱	沈设YY-300
115	低速台式离心机	时代北利DT5-1
116	低速自动平衡离心机	时代北利DT5-6
117	三用恒温水浴箱	上海精宏（DK-600S）
118	立式冷藏柜	南科283
119	干烤灭菌箱	（ED115）
120	立式冷柜	华凌BCD-182WF
121	立式冷柜	达克斯620
122	超低温保存箱-800C	海尔DW-86W100



123	低温冰箱	西门子KG23E66T1
124	长春博研孵育器 (血型卡)	
125	长春博研专用离 心机(血型卡)	
126	血浆解冻机	
127	11号夏普 冰箱	
128	低速台式离心机	北利DT5-1
129	医用冷藏箱	海尔HYCD-282C
130	试剂贮存冰箱	华凌BCD-170SHX
131	标本冷藏冰箱	华凌BC-90H
132	生物安全离心机	安君研A6K-D
133	医用离心机	白洋600A型
134	离心机	久保2420
135	低温保存箱	海尔DW-40L278J
136	三用恒温水浴箱	上海精宏(DK-600S)
137	三用恒温水浴箱)	上海精宏(DK-600S)
138	三用恒温水浴箱	上海精宏(DK-500S)
139	苏州安泰超净工 作台	
140	号低温保存箱	海尔DW-40L278J
141	三用恒温水浴箱	上海精宏(DK-600S)
142	三用恒温水浴箱	上海精宏(DK-600S)
143	三用恒温水浴箱	上海精宏(DK-500S)
144	苏州安泰超净工 作台	
145	医用冰箱	
146	医用超声诊断仪 超声源	LOGIQ V5 GE
147	呼吸机	PB840
148	除颤仪	TEC-5602
149	喂养泵	
150	喂养泵	

