

# 广东省网上中介服务超市采购服务申请表

采购单位：（盖章）

申请日期：2026年6月22日

中介服务事项	医疗设备计量检定
采购部门	梅州市人民医院
项目联系人	古晓文
联系电话	18813318176
项目规模（投资总额）	约9.6万元
采购项目名称	梅州市人民医院生物安全柜、离心机等一批设备计量检定服务
所需服务	计量器具检定服务、检验检测服务
服务时限说明	按照合同双方自行约定
服务内容	根据国家现行规范对梅州市人民医院生物安全柜、离心机等一批设备进行计量检测、验证，并出具符合标准的检测证书，具体检测数量以现场检定数量为准。
中介服务机构要求	<input checked="" type="checkbox"/> 资质（资格）要求 <input type="checkbox"/> 执业/职业人员要求 <input type="checkbox"/> 备案要求 <input type="checkbox"/> 仅承诺服务即可
选取方式	方案择优选取
服务金额	¥98,000.00元至¥96,000.00元



金额说明	本项目报价包含仪器设备的现场计量交通费、送检仪器设备的运输费和回程运输费。
报名截止时间	2026年 6月 24日
公开选取时间	2026年 ____月 ____日
是否公示中选企业	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中选公告公示与否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
需规避机构	无
规避原因	无
业主单位咨询电话	18813318176
业主单位监督电话	18813318910



## 梅州市人民医院生物安全柜、离心机等一批设备计量 检定服务采购需求

对梅州市人民医院生物安全柜、离心机等一批设备进行计量检定、验证，并出具符合标准的检测证书；采购需求具体包含：

1、已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；检测服务机构必须取得广东省市场监督管理局颁发的中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书。

2、检定设备明细及检定参数要求如下：

序号	器具名称	数量 (约)	要求检测参数
01	便携式 PH 计	1	电计 pH 档、电计电压档的示值误差，电计输入电流
02	冰箱/低温保存箱	54	温度
03	超净工作台、生物安全柜	16	下降/流入气流流速、洁净度、噪音
04	电导率仪	1	电子单元引用误差、电导池常数示值误差
05	二等标准水银温度计	1	温度
06	二氧化碳培养箱、电热恒温干燥箱、恒温培养箱	14	温度
07	恒温恒湿培养箱	2	温度
08	离心机	29	转速
09	酶标仪	2	示值误差、吸光度、灵敏度、通道差异
10	电热恒温水温箱	8	温度
11	电子秤	3	质量
12	万分之一电子天平	1	质量

13	温感器、温湿度计	101	温度、湿度
14	玻璃移液管	2	容积
15	单道手动可调移液器	73	容积
16	8通道移液器	4	容积
17	游标卡尺	2	零值误差、示值误差、平面度、平行度
18	紫外可见分光光度计	1	波长示值误差、透射比示值误差、杂散光

具体检定数量以现场检定数量为准。

3、本次检测含检测过程的安全责任、交通费等。

