

设备检定校准需求表

序号	仪器编号	仪器名称	型号	出厂编号	检定/校准参数	最近检定/校准日期	检定周期	下次检定/校准日期	备注
1	可见分光光度计	MNJ-SB-002	T6新悦	29-1610-01-0038	根据检定规程检定/校准, 至少应检定/校准B段波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、基线平直度、杂散光	2025-4-28	1	2026-4-27	
2	紫外可见分光光度计	MNJ-SB-003	TU-1810P C	29-1810-01-0189	根据检定规程检定/校准, 至少应检定/校准A、B段波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、基线平直度、杂散光	2025-10-11	1	2026-10-10	
3	超纯水器	MNJ-SB-004	GWB-1Su per	28-1108-01-0394	根据检定规程检定/校准	2025-4-28	1	2026-4-27	
4	声校准器	MNJ-SB-006	AWA6021 A	1010430	根据检定规程检定/校准	2025-4-25	1	2026-4-24	
5	自动烟尘烟气综合测试仪	MNJ-SB-007	ZR-3260 型	3260A20 115906	按计量单位的检定规程, 至少要进行: 外观、流量示值误差、抽气能力、流量稳定性、气密性、计时误差、温度示值误差、动压力示值误差、静压力示值误差、流量计前压力示值误差、绝缘电阻、压力零点漂移、等速跟踪响应时间。	2025-4-30	1	2026-4-29	
6	林格曼测烟望远镜	MNJ-SB-014	QT-201	89	根据检定规程检定/校准	2025-4-24	1	2026-4-23	
7	数字温湿度计	MNJ-SB-015	TES-1360 A	2009032 40	湿度: 40、60、85 温度: 10、25、35	2025-4-24	1	2026-4-23	
8	油度计	MNJ-SB-016	WZS-186	670600N 0020080 001	根据检定规程检定/校准, 至少应检外观、仪器零点漂移、仪器示值误差、仪器重复性、仪器示值误差稳定性	2025-4-28	1	2026-4-27	

序号	仪器编号	仪器名称	型号	出厂编号	检定/校准参数	最近检定/校准日期	检定周期	下次检定/校准日期	备注
9	离子计	MNI-SB-017	PXSI-216 F	621417N 1120100 035	根据检定规程检定/校准，需检通电检查，电计电位示值误差，电计电位示值重复性，电计示值误差，电计示值重复性，电计输入电流，电计输入阻抗，电计温度补偿误差，温度示值误差，仪器示值误差，仪器示值重复性	2025-12-22	1	2026-12-21	
10	台式电导率仪	MNI-SB-018	DDSI-308 F	611417N 0120100 076	根据检定规程检定/校准，需检温度 第四版要求：误差 $\leq \pm 1\%$	2025-4-28	1	2026-4-27	
11	便携式电导率仪	MNI-SB-019	DDBI-350 型	610806N 0020080 023	根据检定规程检定/校准，需检温度	2025-4-28	1	2026-4-27	
12	实验室pH计	MNI-SB-022	PHSJ-3F	600817N0 02010009 2	根据检定规程检定/校准，包括电计检定与整机检定，需检温度；pH测定误差需 $\leq 0.05$	2025-12-22	1	2026-12-23	
13	实验室pH计	MNI-SB-023	PHSJ-3F	600817N 0020100 088	根据检定规程检定/校准，包括电计检定与整机检定，需检温度；pH测定误差需 $\leq 0.05$	2025-4-28	1	2026-4-27	
14	溶解氧测定仪	MNI-SB-025	JPSJ-605F	630617N 0020090 002	根据检定规程检定/校准，需检温度	2025-4-25	1	2026-4-24	
15	COD消解仪	MNI-SB-027	XJ-III	THXJ20 122227A	HJ399：165℃ $\pm 2$ ℃；160.0℃	2025-4-28	1	2026-4-27	
16	箱式电阻炉	MNI-SB-028	SX2-4-10 N	2101015 72	600℃	2025-4-28	1	2026-4-27	
17	电热恒温水浴锅	MNI-SB-029	HWS-26	2101028 86	温度：25、90、100℃；且100℃时的温度波动度和均匀度需不超过 $\pm 2$ ℃	2025-4-28	1	2026-4-27	
18	电热恒温水浴锅	MNI-SB-030	HWS-26	2101029 30	温度：25、90、100℃；且100℃时的温度波动度和均匀度需不超过 $\pm 2$ ℃	2025-4-28	1	2026-4-27	
19	电热鼓风干燥箱	MNI-SB-031	DHG-9140 A	2101028 28	GB/T 11901：103、105℃ HJ828：105℃ HJ399：120 $\pm 2$ ℃	2025-4-28	1	2026-4-27	

序号	仪器编号	仪器名称	型号	出厂编号	检定/校准参数	最近检定/校准日期	检定周期	下次检定/校准日期	备注
20	立式压力蒸汽灭菌器	MNJ-SB-032	BXM-30R	20-B491 7	HJ636: 压力1.1~1.4kg/cm <sup>2</sup> ; 温度120~124℃) GB/T11893; 1.1kg/cm <sup>2</sup> , 120℃	2025-4-28	1	2026-4-27	
21	生化培养箱	MNJ-SB-033	LRH-150	2101022 36	HJ505: 20±1℃	2025-4-28	1	2026-4-27	
22	数显恒温电加热带	MNJ-SB-039	ER-30S	ER30SE K0543	根据检定规程检定/校准	2025-4-28	1	2026-4-27	
23	数显恒温电加热带	MNJ-SB-040	ER-30S	ER30SE K0547	根据检定规程检定/校准	2025-4-28	1	2026-4-27	
24	多功能水质参数仪	MNJ-SB-049	AZ86031	2203076	检pH、溶解氧、电导率、温度模块; pH测定误差需≤0.05	2025-4-25	1	2026-4-24	
25	三杯风速仪	MNJ-SB-061	FB-8	JC20221 12506	根据检定规程检定/校准, 检风向、风速	2025-4-25	1	2026-4-24	
26	多功能水质参数仪	MNJ-SB-063	AZ86031	2221017	检pH、溶解氧、电导率、温度模块; pH测定误差需≤0.05	2025-5-6	1	2026-5-5	
27	表层水温计	MNJ-SB-064	-6~+40℃	/	5、15、25、30、35、40℃	/	1	/	
28	表层水温计	MNJ-SB-065	-6~+40℃	/	5、15、25、30、35、40℃	2025-4-25	1	2026-4-24	
29	表层水温计	MNJ-SB-066	-6~+40℃	/	5、15、25、30、35、40℃	2025-4-25	1	2026-4-24	
30	表层水温计	MNJ-SB-067	-6~+40℃	/	5、15、25、30、35、40℃	2025-4-25	1	2026-4-24	

序号	仪器编号	仪器名称	型号	出厂编号	检定/校准参数	最近检定/校准日期	检定周期	下次检定/校准日期	备注
31	5g砝码	MNI-SB-068	E2级	5232	根据检定规程检定/校准	2025-4-25	1	2026-4-24	
32	50g砝码	MNI-SB-069	E2级	3690	根据检定规程检定/校准	2025-4-25	1	2026-4-24	
33	100g砝码	MNI-SB-070	E2级	2075	根据检定规程检定/校准	2025-4-25	1	2026-4-24	
34	冰箱温度计	MNI-SB-072	-50~+50℃	/	-20、15、0、4、8℃	2025-10-11	1	2026-10-10	
35	冰箱温度计	MNI-SB-073	-50~+50℃	/	-20、15、0、4、8℃	2025-4-24	1	2026-4-23	
36	冰箱温度计	MNI-SB-074	-50~+50℃	/	-20、15、0、4、8℃	2025-4-24	1	2026-4-23	
37	冰箱温度计	MNI-SB-075	-50~+50℃	/	-20、15、0、4、8℃	2025-10-11	1	2026-10-10	
38	冰箱温度计	MNI-SB-076	-50~+50℃	/	-20、15、0、4、8℃	2025-4-24	1	2026-4-23	
39	室内温湿度计	MNI-SB-078	/	/	温度：10、25、35℃ 50、70、90%RH 湿度：30、	2025-4-24	1	2026-4-23	
40	室内温湿度计	MNI-SB-079	/	/	温度：10、25、35℃ 50、70、90%RH 湿度：30、	2025-10-11	1	2026-10-10	
41	室内温湿度计	MNI-SB-080	/	/	温度：10、25、35℃ 50、70、90%RH 湿度：30、	2025-4-24	1	2026-4-23	

序号	仪器编号	仪器名称	型号	出厂编号	检定/校准参数	最近检定/校准日期	检定周期	下次检定/校准日期	备注
42	室内温湿度计	MNJ-SB-082	/	/	温度: 10、25、35℃ 50、70、90%RH 湿度: 30、	2025-4-24	1	2026-4-23	
43	室内温湿度计	MNJ-SB-083	/	/	温度: 10、25、35℃ 50、70、90%RH 湿度: 30、	2025-4-24	1	2026-4-23	
44	室内温湿度计	MNJ-SB-084	/	/	温度: 10、25、35℃ 50、70、90%RH 湿度: 30、	2024-11-18	1	2025-11-17	
45	室内温湿度计	MNJ-SB-085	/	/	温度: 10、25、35℃ 50、70、90%RH 湿度: 30、	2025-4-24	1	2026-4-23	
46	室内温湿度计	MNJ-SB-086	/	/	温度: 10、25、35℃ 50、70、90%RH 湿度: 30、	2025-4-24	1	2026-4-23	
47	室内温湿度计	MNJ-SB-087	/	/	温度: 10、25、35℃ 50、70、90%RH 湿度: 30、	2025-4-24	1	2026-4-23	
48	室内温湿度计	MNJ-SB-088	/	/	温度: 10、25、35℃ 50、70、90%RH 湿度: 30、	2025-4-24	1	2026-4-23	
49	水银温度计	MNJ-SB-089	-10~ +100℃	67	5、20、40℃	2025-4-25	1	2026-4-24	
50	水银温度计	MNJ-SB-090	-10~ +100℃	37	5、20、40℃	2025-4-25	1	2026-4-24	
51	卷尺	MNJ-SB-091	30m	/	检定/校准刻度	2025-4-24	1	2026-4-23	
52	卷尺	MNJ-SB-093	30m	/	检定/校准刻度	2025-4-24	1	2026-4-23	

序号	仪器编号	仪器名称	型号	出厂编号	检定/校准参数	最近检定/校准日期	检定周期	下次检定/校准日期	备注
53	冰箱温度计	MNJ-SB-094	-50~+50℃	/	-20、15、0、4、8℃	2025-4-24	1	2026-4-23	
54	冰箱温度计	MNJ-SB-096	-50~+50℃		-20、15、0、4、8℃	2024-11-18	1	2025-11-17	
55	全自动CODcr测定仪	MNJ-SB-097	RN6100	026100 COD042 3Cr2	按照检定规程检定/校准，检外观及常规要求，温度示值误差，温场均匀性，消解时间示值误差，示值误差，重复性，稳定性	2025-9-28	1	2026-9-27	
56	全自动总磷检测仪	MNJ-SB-098	BDFIA-8000	8.0007 E+17	按照检定规程检定/校准，检波长示值误差，测量线性，测量重复性，检出限	2025-9-28	1	2026-9-27	
57	全自动流动注射分析仪	MNJ-SB-101	iFLAE	iFLAE-S-07-2 304052	按照检定规程检定/校准，检外观，波长示值误差，测量线性，测量重复性，检出限	2025-9-28	1	2026-9-27	
58	便携式红外分光油测定仪	MNJ-SB-102	RN3010	002G00 5N0233 1S	按照检定规程检定/校准，检外观，示值误差，重复性，漂移	2025-9-28	1	2026-9-27	
59	恒温恒湿箱	MNJ-SB-103	PR-36	5281	按照检定规程检定/校准，检外观，温度偏差，温度均匀度，湿度波动度，湿度偏差，湿度均匀度，湿度波动度。温度：20℃，湿度：50%RH	2025-9-28	1	2026-9-27	
60	电子天平	MNJ-SB-104	PT-104/ 55S	230155 26	按照检定规程检定/校准，按天平量程全覆盖。检外观检查，偏载误差，重复性，示值误差，零置准确度，去皮称重	2025-9-28	1	2026-9-27	

序号	仪器编号	仪器名称	型号	出厂编号	检定/校准参数	最近检定/校准日期	检定周期	下次检定/校准日期	备注
61	便携式水质分析仪	MNJ-SB-107	ProQuatro	22J103587	按照检定规程检定/校准, 检溶解氧, 电导率, 氧化还原电位, 温度, pH; 溶解氧模块外观, 零值误差, 响应时间, 示值误差, 重复性, 温度示值误差; 电导率模块外观检查, 电子单元引用误差, 电导池常数示值误差, 温度系数示值误差, 电子单元重复性, 温度示值误差, 仪器引用误差, 仪器重复性; pH模块外观检查, 电位零点漂移, 电位示值误差, pH示值误差, pH测定误差需 $\leq 0.05$ , 温度补偿器误差, pH示值稳定性, 高阻器阻值误差	2024-11-18	1	2025-11-17	
62	便携式水质分析仪	MNJ-SB-108	ProQuatro	23A100283	按照检定规程检定/校准, 检溶解氧, 电导率, 氧化还原电位, 温度, pH; 溶解氧模块外观, 零值误差, 响应时间, 示值误差, 重复性, 温度示值误差; 电导率模块外观检查, 电子单元引用误差, 电导池常数示值误差, 温度系数示值误差, 电子单元重复性, 温度示值误差, 仪器引用误差, 仪器重复性; pH模块外观检查, 电位零点漂移, 电位示值误差, pH示值误差, pH测定误差需 $\leq 0.05$ , 温度补偿器误差, pH示值稳定性, 高阻器阻值误差	2025-11-25	1	2026-11-24	
63	便携式浊度计	MNJ-SB-109	WZB-175	670921S0023030019	按照检定规程检定/校准, 检外观, 仪器零点漂移, 仪器示值稳定性, 仪器重复性, 仪器示值误差	2025-9-28	1	2026-9-27	
64	便携式浊度计	MNJ-SB-110	WZB-175	670921S0023030020	按照检定规程检定/校准, 检外观, 仪器零点漂移, 仪器示值稳定性, 仪器重复性, 仪器示值误差	2025-9-28	1	2026-9-27	
65	便携式余氯测定仪	MNJ-SB-111	YSI900	23/78802	按照检定规程检定/校准, 检外观, 示值误差, 重复性	2025-9-28	1	2026-9-27	
66	便携式余氯测定仪	MNJ-SB-112	YSI900	23/78804	按照检定规程检定/校准, 检外观, 示值误差, 重复性	2025-9-28	1	2026-9-27	

序号	仪器编号	仪器名称	型号	出厂编号	检定/校准参数	最近检定/校准日期	检定周期	下次检定/校准日期	备注
67	便携式余氯测定仪	MNI-SB-113	YSI900	23/78806	按照检定规程检定/校准, 检外观, 示值误差, 重复性	2025-11-26	1	2026-11-25	
68	手持电波(雷达)流速仪	MNI-SB-114	FT-LS5	20211229	按照检定规程检定/校准, 至少检外观, 示值误差, 重复性	2026-10-17	1	2026-10-16	
69	五要素手持气象仪	MNI-SB-115	WX-QX50	23060216HCL-01	按照检定规程检定/校准, 需检风向、风速、温度、湿度、气压	2025-10-11	1	2026-10-10	
70	五要素手持气象仪	MNI-SB-116	WX-QX50	23060216HCL-02	按照检定规程检定/校准, 检风向、风速、温度、湿度、气压	2025-10-11	1	2026-10-10	
71	多功能便携式重金属分析仪	MNI-SB-121	HM-5000P	100300023-00495A	按照检定规程检定/校准, 检溶出伏安法、比色法, 至少需检仪器检出限, 示值误差, 重复性	2025-10-11	1	2026-10-10	
72	塞氏盘	MNI-SB-129	30m	/	校准刻度	2025-5-7	1	2026-5-6	
73	塞氏盘	MNI-SB-130	30m	/	校准刻度	2025-5-7	1	2026-5-6	
74	激光测距仪	MNI-SB-131	X1600P RO	160427	根据检定规程检定/校准	2025-4-24	1	2026-4-23	
75	智能高精度综合校准仪	MNI-SB-136	崂应8040型	2103020726	根据检定规程检定/校准	2025-4-28	1	2026-4-27	
76	秒表	MNI-SB-132	PC396		根据检定规程检定/校准	2025-4-27	1	2026-4-26	

序号	仪器编号	仪器名称	型号	出厂编号	检定/校准参数	最近检定/校准日期	检定周期	下次检定/校准日期	备注
77	秒表	MNJ-SB-132	PC396		根据检定规程检定/校准	2025-4-27	1	2026-4-26	
78	冰箱温度计	MNJ-SB-134	-50~+50℃	/	-20、15、0、4、8℃	2025-4-24	1	2026-4-23	
79	紫外可见分光光度计	MNJ-SB-137	T700AS	33-U1 704-0 1-004 8	根据检定规程检定/校准，至少应检定/校准A、B段波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、基线平直度、杂散光	2025-10-11	1	2026-10-10	
80	电子天平(万分之一)	MNJ-SB-138	BCE224 1-1CCN	31457 13170	按照检定规程检定/校准，按天平量程全覆盖。检外观检查，偏载误差，重复性，示值误差，零置准确度，除皮称重	2025-9-28	1	2026-9-27	
81	电子天平(百分之一)	MNJ-SB-139	JY20002	SHP02 10240 90376	按照检定规程检定/校准，按天平量程全覆盖。检外观检查，偏载误差，重复性，示值误差，零置准确度，除皮称重	2025-9-28	1	2026-9-27	
82	电热板	MNJ-SB-140	PH64-2 60	PH581 915	根据检定规程检定/校准	2025-9-28	1	2026-9-27	
83	水层深度计	MNJ-SB-142	XTR-28 8	JT2000 -202	根据检定规程检定/校准	2025-10-14	1	2026-10-13	
84	立式压力蒸汽灭菌器	MNJ-SB-145	BXM-30 R	24-A9 20	HJ636：压力1.1~1.4kg/cm <sup>2</sup> ；温度120~124℃ GB/T11893：1.1kg/cm <sup>2</sup> ，120℃	2025-4-28	1	2026-4-27	
85	声校准器	MNJ-SB-146	AWA6021A	1029303	根据检定规程检定/校准	2025-10-11	1	2026-10-10	
86	声校准器	MNJ-SB-147	AWA6021A	1029309	根据检定规程检定/校准	2025-10-11	1	2026-10-10	
87	便携式叶绿素测定仪	MNJ-SB-158	JC-YLSB	24350421 0040	根据检定规程检定/校准	首次校准			

