

项目业主采购需求书

1	名称	东莞市横沥医院全院放射设备2026年度性能防护检测采购项目
2	项目业主情况	名称：东莞市横沥医院 地址：东莞市横沥镇天桥路205号 联系人：周生 联系方式：0769-83736398
3	中介服务名称	放射卫生技术服务。
4	对中介服务机构的资质要求	(一)已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，经营范围必须满足本项目要求。 (二)报名服务机构需具备放射卫生技术服务(放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价)资质，资质证书等级为乙级。
5	服务内容和 service 要求	(一)服务内容：按法律法规要求完成15台射线装置(详见设备清单)的检测，并出具相应符合国家规定的检测报告。 (二)服务要求：技术服务机构应配备足够的专业人员按时完成相关服务内容。
6	合同履行地点和	1. 提供服务的时间：合同生效后一年；



	方式	2. 提供服务的地点：
7	公开选取方式和 计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取，不承诺最低价中选。</p> <p>2. 报价方式及计价标准： 报总价及明细报价。报价上限38800元，报价下限1元。</p> <p>3. 服务机构所报价格需包含分项或明细报价，超低价情况需附佐证材料。采购人对报价不合理的情况，有权取消其资格。</p> <p>4. 采购人不承诺最低价成交。</p> <p>5. 分项或明细报价要求：</p> <p>①. 放射设备检测：根据检测的设备报价(按附件中所列设备清单进行报价)；</p> <p>②. 不符合要求或其他需重新出具剂量计、报告等情况，不额外收取费用。</p>
8	服务时间	本项目服务期为12个月，自合同双方盖章生效之日起开始计算。
9	验收	<p>1. 验收时间：定期验收。</p> <p>2. 验收程序：采购人自行验收。</p> <p>3. 验收标准：国家标准、行业标准等。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：(整改、重新出具合格报</p>

		售、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等),根据<<民法典>>等法律以及项目实际情况确定撤销合同等),根据《中华人民共和国合同法》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	(1)服务机构提交本项目检测报告和相应发票后一次性支付服务费用的100%,以最终签订的合同为准。
11	违约责任	以最终签订的合同为准。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜,双方协商一致后可以签订补充合同,但补充合同不得与<<民法典>>补充合同和和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵解决争议方式触。 对于合同履行中出现的纠纷,双方应协商解决。协商不成的,通过诉讼的方式解决。
13	备注	1.如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”,业主单位、中选中介服务祝构应当使用右关合同范本”;如果监督管理部门未有“合同范本”,业主单位、中选中介机构应当根据<<民法典>>等法律法规的规定自行拟定合同。

(一)

		<p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限，履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等(即表格中的序号1-10)。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用<<民法典>>等法律法规的规定。</p> <p>4. 方案择优选取方式即本采购的选取方式，将由业主方组织评审专家对广东省网上中介服务超市上的中介服务机构资质条件及其上传的响应方案进行评审。评审专家根据项目实际情况和报价文件响应情况，综合比较服务响应、人员、价格等因素后，评审分数最高的中介服务机构将作为最终选定的服务机构。其中此过程所产生的费用将由中选机构支付。</p>
--	--	--

附件:

放射设备清单

序号	设备名称	型号	数量	放置场地
1	CR	HF50-R	1	体检中心二层CR机房
2	透视机	GX120	1	体检中心二层透视机房
3	厢式X射线机	AKHX-50/200D	1	医疗体检车(车牌号:粤S •H3523)
4	移动式C形臂X光机	Ziehm8000	1	住院部大楼十楼手术室6号 手术间
5	X射线计算机体层摄像设备	uCT530	1	规范化发热门诊一楼CT室
6	床边医用X线机	MULTIMOBIL2.5	1	放射科
7	移动式X射线机	MobiEye700	1	发热门诊
8	口腔全景X线机	PaX-400C	1	综合大楼六楼全景机室
9	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备	Bondream 3D-1020MS(配置3)	1	综合大楼六楼CBCT室
10	X射线计算机体层摄影设备	Revolution CT	1	综合大楼一楼放射科CT①室
11	数字化医用X射线摄影系统	ntTly T 空热! MULTIX impact有工 配置二)	1	综合大楼一楼放射科DR②室
12	医用血管造影X射线系统	Azurion 7 M20	1	综合大楼一楼DSA手术室
13	全身X射线计算机体层螺旋扫描装置	SOMATOM Perspective	1	综合大楼一楼放射科CT ② 室
14	医用X射线摄影装置	AXIOM Aritos VX Plus	1	综合大楼一楼放射科DR①室
15	X射线诊断系统	WINSCOPE Plessart EX8	1	综合大楼一楼放射科胃肠造 影室