仪器检定/校准清单

序号	仪器设备检测站编号	器 具 名 称	型号规格	出厂编号	量程/范围	数量	单位	检测要求	检定/校准要求	检定/校准单价（元/台）	合计金额（元）
1	JMY035	电子天平	BSA124S-CW	33290823	0.0001/120 g	1	台		须检定，出具检定证书		
2	JMY036	电子天平	BSA423S-CW	32792899	0.001/420 g	1	台		须检定，出具检定证书		
3	JMY037	电子天平	BSA2202S	33691000	0.01/ 2200 g	1	台		须检定，出具检定证书		
4	JMY039	电子天平	JA5001	04651	0.1/5000 g	1	台		可检定或校准		
5	JMY040	电子天平	JA5001	04677	0.1/5000 g	1	台		可检定或校准		
6	JMY020	电子天平	JY2002	28624	0.01/ 2000 g	1	台		须检定，出具检定证书		
7	JMY042	电子天平	JS30-01	627875	0.1/30000 g	1	台		可检定或校准		
8	JMY018	电子天平	JA5001	268588	0.1/5000 g	1	台		可检定或校准		
9	JMY072	电子天平	DTT-B5000	2462531005	0.1/5000 g	1	台		可检定或校准		
10	JMY073	电子天平	CPC5002	BNTCP2400116	0.1/5000 g	1	台		可检定或校准		
11	JMY046	热风循环烘箱	FD115	15-21076	容量：115L；温度范围5℃-300℃，±1℃	1	台	每台仪器检测2个温度：130℃和103℃	可检定或校准		
12	JMY047	热风循环烘箱	FD115	15-21071	容量：115L；温度范围5℃-300℃，±1℃	1	台	每台仪器检测2个温度：130℃和103℃	可检定或校准		
13	JMY009	智能光照培养箱	GTOP-310Y	TPJCB5111501Y	控温范围0-50℃，控湿范围50-90RH；±0.5℃，	1	台	每台仪器检测3个温度：20℃、25℃和30℃	可检定或校准		
14	JMY064	智能光照培养箱	GTOP-310Y	TPZFD5051301	控温范围0-50℃，控湿范围50-90RH；±0.5℃，	1	台	每台仪器检测3个温度：20℃、25℃和30℃	可检定或校准		
15	JMY068	智能光照培养箱	GTOP-310Y	TPZFE5050502	控温范围0-50℃，控湿范围50-90RH；±0.5℃，	1	台	每台仪器检测3个温度：20℃、25℃和30℃	可检定或校准		
16	JMY045	智能光照培养箱	GTOP-280Y	DZZ16042703Y	控温范围0-50℃，控湿范围50-90RH	1	台	每台仪器检测3个温度：20℃、25℃和30℃	可检定或校准		
17	JMY010	种子低温低湿储藏柜	ZPZ-1000	2011090	控温范围：0-10℃,湿度设定范围：40-60%RH；容积：1000L	1	台	每台仪器检测1个温度1个湿度（仪器目前使用的温湿度）	可检定或校准		

18	JMY065	种子低温低湿储藏柜	CZ-1000FC	TPZFD5051302	控温范围：0-10℃,湿度设定范围：40-60%RH；容积：1000L	1	台	每台仪器检测1个温度1个湿度（仪器目前使用的温湿度）	可检定或校准		
19	JMY070	冷库专用抽湿机	百奥YDA-8138EBR	/	使用温度范围5-15℃	1	台		可检定或校准		
20	JMB011	温湿度计	德图608H1	2284070164	±3%RH,±0.5℃	1	个		可检定或校准		
21	JMB012	温湿度计	美德时JB913F	SF10589	±5%RH（21%～80%/20℃）,±1℃（-10～100℃）	1	个		可检定或校准		
22	JMB013	温湿度计	美德时JB913F	SF10031	±5%RH（21%～80%/20℃）,±1℃（-10～100℃）	1	个		可检定或校准		
23	JMB014	温湿度计	美德时JB913F	SF10640	±5%RH（21%～80%/20℃）,±1℃（-10～100℃）	1	个		可检定或校准		
24	JMB015	温湿度计	美德时JB913F	/	±2.5%RH,±0.3℃	1	个		可检定或校准		
25	JMB016	温湿度计	美德时TH604F	/	±5%RH,±1℃	1	个		可检定或校准		
26	JMB017	温湿度计	美德时TH604F	/	±5%RH,±1℃	1	个		可检定或校准		
27	JMY014	种子冷库	/	/	冷库容积：44.5m³；控温范围：5-15℃	1	个	检测1个温度1个湿度（仪器目前使用的温湿度）	可检定或校准		
28	JMY071	谷物水分测定仪	BLH-5000	09708	准确度0.5级	1	台	检测水稻、玉米准确度	可检定或校准		
29	JB023	砝码	/	/	500g，M1级	1	只		可检定或校准		
30	JB024	砝码	/	/	500g，M1级	1	只		可检定或校准		
31	JB029	砝码	/	5931	200g，F1级	1	只		须检定，出具检定证书		
32	JB026	砝码	/	/	1kg	1	只		可检定或校准		
33	JB021	砝码	/	2188	500g～100mg，F1级	16	只		须检定，出具检定证书		
34	JMB018	水银温度计	/	/	(0-150)℃/0.5℃	1	支		可检定或校准		
35	JMB020	水银温度计	/	/	(0-150)℃/2℃	1	支		可检定或校准		
36	JMY077	热风循环烘箱	FD115	202500000007508	温度范围：10° C至300° C，内部容积：116L	1	台	每台仪器检测2个温度：130℃和103℃	可检定或校准		

37	JMY076	智能人工气候箱	RTOP-310Y	I03041154	控温范围：10～50℃，湿度范围：50～95%RH，光照度：0～8000LUX	1	台	每台仪器检测3个温度：20℃、25℃和30℃	可检定或校准		
合计						52					

要求：1、报价单位必须具备校准或检定以上相关仪器的资质，如需要分包的，必须事前告知采购单位，并经采购单位同意后，方可分包（转委托）给具备相关资质的实验室检定/校准，否则采购单位有权作废中标结果。
2、中标单位须根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》国家检定规程等法律、法规的要求，确保计量器具检定/校准数据准确可靠。
3、报价含税费、检定/校准人工费、上门费、仪器运送（寄件）费。仪器运送（寄件）过程中造成的仪器损坏，由中标单位负责。
4、中标单位需在签订协议后的2个月内完成上门检定/校准、交付完检定/校准仪器证书（含电子版及纸质版证书）。
5、每台仪器需出具检定/校准标签及证书，结果不合格的仪器也需出具检定/校准“不合格”或者“不符合”证书。

单位：江门市农业科学研究所　　地址：江门市礼乐礼深二路133号
联系人：康小姐　　联系电话：18029603353，0750-3636184
邮箱：34646894@qq.com