

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[1987] 恩 量标 恩法 证字第 0070-012 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格。特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standard" according to the Law on Metrology of the People's Republic of China.

建标单位 广东省恩平市质量技术监督检测所

Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 非自动衡器检定装置

代码 12114700

Name of Measurement Standard

Code

测量范围 $\leq 150t$

Measuring Range

不确定度或准确度等级
或最大允许误差 M_1 等级

Uncertainty/Accuracy Class/
Maximum Permissible Error

发证机关(印章)

The Issuing Authority

发证日期 2021 年 12 月 27 日

Date Issued

有效期至 2026 年 12 月 26 日

Date of Expiry

| 名称 Name | 型号 Model/Type | 测量范围 Measuring Range | 不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error | | 制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number |
|---|------------------|-------------------------|---|-------------------|--|
| | | | | | |
| 计量 标准 器 Measurement Standard | 砝码 | (5-20) kg | ≤16.075t | M ₁ 等级 | 浙江永康 0001-0809 |
| | 砝码 | 20kg | ≤5t | M ₁ 等级 | 河北香河 0810-1059 |
| | 砝码 | 20kg | ≤20t | M ₁ 等级 | 河北香河 1060-2059 |
| | 砝码 | 20kg | ≤35t | M ₁ 等级 | 山东蓬莱 2060-3809 |
| 主要 配套 设备 Main Auxiliary Equipment | 砝码 | 10mg~200g | 10mg~581.1g | M ₁ 等级 | 上海第二天平 仪器厂 425 |
| | 标准增砣 | 100 mg ~2000g | 100 mg~6111g | M ₁ 等级 | 蓬莱水玲砣码厂 539 |
| | 标准增砣 | 100 mg~2000g | 100 mg~6111g | M ₁ 等级 | 蓬莱水玲砣码厂 540 |
| 可 开 展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items | 名称 Name | 测量范围 Measuring Range | 不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error | | 依据的计量检定规程 或技术规范的代号及名称 Verification Regulation or Technical Specification and Its Code |
| | 非自行指示秤 | (0~150) t | Ⅱ级及以下 | | JJG14-2016 非自行指示秤 检定规程 |
| | 数字指示秤 | (0~150) t | Ⅱ级及以下 | | JJG539-2016 数字指示秤 检定规程 |
| | 模拟指示秤 | (0~150) t | Ⅱ级及以下 | | JJG13-2016 模拟指示秤 检定规程 |
| | 杆秤 | (0~200) kg | Ⅱ级 (以下空白) | | JJG17-2016 杆秤检定规程 |