

# 计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[ 2020 ] 粤量标 禅法证字 第 247 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 佛山市质量计量监督检测中心  
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 直流稳定电源校准装置 代码 15119008  
Name of Measurement Standard Code

测量范围 直流电压：10mV~1000V  
Measuring Range 直流电流：50  $\mu$  A~1000A


不确定度或准确度等级 或最大允许误差 MPE：  
Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error 直流电压：  
10mV~1000V： $\pm 0.0004\%$   
直流电流：  
10  $\mu$  A~20A： $\pm 0.0015\%$   
20A~1000A： $\pm (0.02\%rdg+0.004\%FS)$   
保存地点 佛山市南海区狮山镇科技西路2号5号楼电学医疗部（509室）  
Installed in

发证机关（印章）  
The Issuing Authority

发证日期 2026年1月23日  
Date of Issue

有效期至 2031年1月22日  
Date of Expiry



	名 称 Name	型 号 Type	测 量 范 围 Measuring Range	不 确 定 度 或 准 确 度 等 级 或 最 大 允 许 误 差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制 造 厂 及 出 厂 编 号 Manufacturer and Series Number
计 量 标 准 器 Measurement Standard	高精密交直流电流表 数字多用表 数字示波器	DLB-1000 8508A MD03032	DCA: (1~1000) A DCV: 10mV~1kV; DCA: 10 μA~20A 时间: 10ns~20ms 幅度: 1mV~100V	MPE: ±(0.02%rdg+0.004%FS) MPE: DCV: ±0.0004%; DCA: ±0.0015% 时间: ±1% 幅度: ±2%	武汉龙成电气设备厂/L09003 FLUKE/173062838 Tektronix/C047363
主 要 配 套 设 备 Main Auxiliary Equipment	变频电源 直流电子负载	CHP-1000 PLZ303W	ACV: (1~300)V ; ACA: (1~5A) ; Freq(45~100) Hz DCV: (1.5~120) V DCA: (0.1~60) A	MPE: ±1% MPE: ±1%	杭州创惠仪器有限公司/1001001 KIKUSUI/16031109 
开 展 的 检 定 或 校 准 项 目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测 量 范 围 Measuring Range	不 确 定 度 或 准 确 度 等 级 或 最 大 允 许 误 差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	依 据 的 计 量 检 定 规 程 或 计 量 技 术 规 范 的 编 号 及 名 称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
直 流 稳 定 电 源	DCV: 10mV~1000V DCA: 50 μA~1000A	MPE: DCV: ±0.01% DCA: ±0.01% (50 μA~20A) ; ±0.1 (20A~1000A)	JJF 1597-2016 直流稳定电源校准规范		