

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2019] 江量标开法证字第 06059 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standards" according to "the Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 广东省开平市质量技术监督检测所
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 环境试验设备温度、湿度校准装置 代码 04117300
Name of Measurement Standard Code

测量范围 温度：(-60~300)℃；湿度：(10~100)%RH
Measuring Range

不确定度或准确度等级 或最大允许误差 温度 MPE:±0.1℃；湿度 MPE:±1.5%RH

Uncertainty or Accuracy Class or
Maximum Permissible Error

保存地点 广东省开平市长沙曙光东路 133 号检定一室
Installed in

发证机关 (印章)
The Issuing Authority

发证日期 2023 年 09 月 25 日
Date of Issue

有效期至 2028 年 09 月 24 日
Date of Expiry

	名 称 Name	型 号 Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
	计量 标准器 Measurement Standard	温湿度场自动测试系统	DTZ-300	温度: (-60~300)℃ 湿度: (10~100)%RH 以下空白	温度 MPE: ±0.1℃ 湿度 MPE: ±1.5%RH
主要 配套设备 Main Auxiliary Equipment			以下空白		
开展的 检定或 校准项目 Verification or Calibration Items	名 称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Measurement Technical Specification and Its Code	
	温度、湿度环境 试验设备	温度: (-60~300)℃; 湿度: (10~100)%RH	MPE: 温度偏差: ±3.0℃; 温度均匀度: 3.0℃; 温度波动度: ±1.0℃; 湿度偏差: ±5.0%RH; 湿度均匀度: 7.0%RH; 湿度波动度: ±3.0%RH 以下空白	JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范	