

# 计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[ 2023 ] 埔 量标 埔企 证字第 0007 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考评合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standard" according to the "Law on Metrology of the People's Republic of China".

建标单位名称 广东科准计量检测有限公司

Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 大气采样器检定装置

代码 46517112

Name of Measurement Standard

Code

测量范围 (200~2000) mL/min

Measuring Range

不确定度或准确度等级 1.0级

或最大允许误差

Uncertainty/Accuracy Class/

Maximum Permissible Error

保存地点 广州市黄埔区镇东路202号自编A栋5楼505-510单元气

体室

Installed in

发证机关(印章)

The issuing authority

发证日期 2023 年 01 月 09 日

Date Issued

有效期至 2028 年 01 月 08 日

Date of Expiry

	名称 Name	型号 Model/Type	测量范围 Measu Ring Range	不确定度或准确度等级或 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
计量标准器 Measurement Standard	智能电子皂膜流 量计	TH-ZM8	(200~2000) mL/min	1.0级	武汉市天虹仪表有 限责任公司 161701015/KZ0045
主要配套设备 Main Auxiliary Equipment	自校式铂电阻温 度计	RCY-2A (-60~ 300) °C 0.01 °C分度	(-60~300) °C	MPE: ±0.3°C	保定市华慧电子科 技有限公司17078
	微差压数字压力 计	GM511	(-10~10) kPa	1.0级	标智仪表 1345686/ KZ0112
	机械秒表	504	(0~15) min	一等	上海星钻秒表有限 公司自编 002950/KZ0020
	空盒气压表	DYM3型/ (800 ~1060) hPa	(800~1060) hPa	MPE: ±2.0hPa	上海秩品仪器仪表 有限公司 08680/KZ2004
	绝缘电阻测试仪	DY30-2	电压: (500~ 2500) V; 电阻 : 2MΩ ~20GΩ	5级	DUOYI0136321/KZ 3008
可开展检定及 校准项目名称 Verification and Calibration Items	名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级或 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	依据的计量检定规程 或技术规范的代号及名称 Verification Regulation or Technical Specification and Its Code	
	大气采样器	(200~2000) mL/min	MPE: ±5%	JJG 956-2013 《大气采样器检定规 程》	

以下空白